



Cod. fisc./P.IVA 01151150867
Tel. 0935-520.111
Fax 0935-500.851

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Segreteria
Telefono 0935/520118
FAX 0935/520345

EMAIL: provveditorato@asp.enna.it
direttore_provveditorato@asp.enna.it
provveditorato@pec.asp.enna.it

WEB: <http://www.asp.enna.it/>


Alle Ditte interessate

Avviso per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, punto 2, lett.b) punti 2,3 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura triennale di sistemi diagnostici e analitici "in service" per l'esecuzione di indagini tossicologiche.

Questa Azienda intende procedere, ai sensi dell'art.63, punto 2 e 3, lett.b) D.Lgs. 50/2016, alla richiesta di fornitura di sistemi diagnostici e analitici "in service" per l'esecuzione di indagini tossicologiche le cui caratteristiche sono descritte nell'allegato "A", parte integrante della presente. A tal fine si intende effettuare un'indagine di mercato, ai sensi dell'art.66 del D.Lgs 50/2016, al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Azienda, oltre all'operatore economico individuato, vi siano altri operatori economici, fornitori dei sistemi di che trattasi, che presentino le medesime caratteristiche tecniche a quelle sopra riportate o caratteristiche con la medesima equivalenza prestazionale rispetto a quelle descritte nell'Allegato "A" accluso.

Si invitano, pertanto, gli operatori economici a dare comunicazione dell'interesse a partecipare alla procedura negoziata, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, al seguente indirizzo di posta elettronica, provveditorato@pec.asp.enna.it.

In mancanza di detto riscontro entro tale data questa Azienda procederà ad espletare la procedura per l'affidamento della fornitura in argomento all'unico operatore individuato ai sensi dell'art. 63, comma 2 del D.Lgs n.50/2016.

L'incaricato dell'istruttoria
Salvatore Camillo Testa


Il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato
(Dr.ssa Maria Concetta Perna)

Allegato "A"

Sistemi diagnostici e analitici "in service" per l'esecuzione di indagini tossicologiche.

REQUISITI MINIMI

La strumentazione dovrà garantire:

- Tecnologia di rilevazione in chemiluminiscenza o equivalente.
- Strumentazione a modalità random in accettazione e processazione dei campioni
- Possibilità di esecuzione dei test richiesti in simultanea e in presenza di relativo controllo interno
- Identificazione dei reagenti mediante barcode con informazioni suppletive inerenti: stabilità, calibrazione e n. test residui;
- Lo strumento non deve essere collegato a rete idrica o a deionizzatore
- Procedure di avviamento ed utilizzo dello strumento non superiore a 15 minuti
- Il programma di gestione per il controllo di qualità deve permettere il monitoraggio della validità dei lotti in uso, delle calibrazioni e delle sessioni di lavoro mediante utilizzo dei grafici Levey-Jenning
- Software con help on line
- Calendario delle manutenzioni ed archivio di quelle effettuate
- Monitoraggio remoto della strumentazione con possibilità di verificare l'operatività strumentale (ordinaria e straordinaria), controllare i consumi e ottenere una reportistica completa sui consumi di reagenti, calibratori e controlli.
- Formazione e aggiornamento del personale
- Completezza del pannello richiesto

ANALITI RICHIESTI PER TEST SU URINE

Fentanyl, Etil Glucuronide, Amfetamine, Metamfetamine, Barbiturici, Benzodiazepine I e II, Metadone, Oppiacei, BZG (Benzoilecgonica), Ossicodone, Tramadolo, Antidepressivi Triciclici (TCA), Cannabinoidi, Buprenorfina, 6-MAM, Cannabinoidi sintetici (JWH-018), à-PVP (detta FLAKKA), Cannabinoidi sintetici (UR-144), AB-PINACA (detta droga degli Zombie), Creatinina.

ANALITI RICHIESTI PER TEST SU SANGUE

Fentanyl, Etil Glucuronide, Amfetamine, Metamfetamine, Barbiturici, Benzodiazepine, Metadone, Oppiacei, BZG (Benzoilecgonica), Ossicodone, Tramadolo, Antidepressivi Triciclici (TCA), Cannabinoidi, Buprenorfina, 6-MAM, a-PVP (detta FLAKKA), AB-PINACA, Fenciclidina(PCP)

