



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**E N N A**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare  
Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

U.O.C. Servizio Provveditorato

Enna li, 18.07.19  
Viale Diaz n° 7/9– Cap. 94100  
Enna

Protocollo 2019-0027419

Riscontro alla nota

n. ....

Del

.....

Oggetto:

Richiesta di preventivo per la fornitura di un impianto ad osmosi inversa per il trattamento delle acque destinate alle autoclavi presenti nella centrale di sterilizzazione del P.O. Umberto I di Enna.

Spett.le ditta

Si prega codesta spettabile ditta di far pervenire offerta economica sul ME.PA. per per: fornitura e installazione “*chiavi in mano*” di un impianto ad osmosi inversa da porre al servizio delle autoclavi presenti nella centrale di sterilizzazione del P.O. Umberto I di Enna (si veda allegato A) .

Si precisa che le specifiche tecniche sotto indicate si devono intendere espresse ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., cioè seguendo pedissequamente il seguente assunto, elaborato dalla dottrina e fatto proprio da questa Stazione appaltante:

*L’individuazione delle caratteristiche dell’oggetto dell’appalto consente alla stazione appaltante di disporre di un parametro di riferimento sulla cui base poter procedere alla valutazione delle offerte ricevute e, successivamente, verificare la corrispondenza tra quanto richiesto e la prestazione ricevuta dall’aggiudicatario.*

*Diversamente, sotto il secondo profilo, l’individuazione delle caratteristiche dell’oggetto dell’appalto permette agli operatori economici di poter circoscrivere la propria offerta verificando, eventualmente, la legittimità dell’aggiudicazione.*

*La formulazione delle specifiche tecniche deve avvenire nel rispetto delle regole della corretta concorrenza tra gli operatori economici del mercato e, di conseguenza, nel rispetto dei principi in cui la concorrenza è tradizionalmente declinata, quali il principio di non discriminazione, il principio di parità di trattamento e il principio di massima partecipazione.*

*La descrizione delle caratteristiche tecniche del bene oggetto dell’appalto, dunque, non esclude dalla valutazione quelle offerte il cui contenuto sia comunque strutturalmente e funzionalmente corrispondente a quanto richiesto con la presente richiesta d’offerta e deve intendersi coerente con la c.d. clausola di equivalenza, ovvero sia con l’esigenza che sia prevista la possibilità, per i concorrenti, di offrire beni e servizi con caratteristiche equivalenti rispetto a quelle richieste.*

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna  
Tel. 0935/520751 – fax 0935/520345



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**E N N A**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare  
Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

*Conseguentemente la stazione appaltante valuterà se quanto offerto dai partecipanti alla gara possa ritenersi equivalente alle caratteristiche della prestazione o del bene indicate nelle specifiche tecniche.*

*Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, infatti, la clausola di equivalenza si ritiene applicabile "qualora siano inserite nella lex specialis di gara specifiche tecniche a tal punto dettagliate da poter individuare un dato prodotto in maniera assolutamente precisa (con una fabbricazione o una provenienza determinata, o un procedimento particolare, con riferimento a un marchio o a un brevetto)", al fine di favorire la presentazione di una proposta "che ottemperi in maniera equivalente agli stessi requisiti".*

*Il principio di equivalenza, pertanto, è vincolante per l'amministrazione solo qualora il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari predispongano una descrizione sì particolareggiata e puntuale al punto che "avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti".*

*L'onere della prova dell'equivalenza grava sull'offerente, residuando invero in capo alla stazione appaltante la valutazione circa la conformità del contenuto dell'offerta rispetto all'oggetto dell'appalto così come descritto nelle specifiche tecniche, senza che possa ravvisarsi in capo alla stessa un onere di attività di indagine circa l'asserita equivalenza.*

*Contemporaneamente con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza si precisa che l'equivalenza non può essere meramente affermata dall'impresa partecipante alla gara, bensì "va dimostrata in modo rigoroso con una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto, e comunque deve formare oggetto di apposita dichiarazione allegata all'offerta", con la conseguenza che "sin dal momento della presentazione dell'offerta, il concorrente che offre prodotti equivalenti deve fornire una prova idonea a dimostrare l'equivalenza allegata", in assenza della quale è legittima l'automatica esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica.*

*In ossequio a tale principio, quindi nell'offerta deve essere data prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte corrispondano in maniera equivalente ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche".*

**Si precisa, inoltre, il significato della espressione "chiavi in mano" :**

la ditta aggiudicataria della fornitura dell'apparecchiatura, si impegna, qualora necessario per il montaggio e installazione della stessa, a seguito di sopralluogo presso i locali individuati dalla scrivente ASP di Enna, all'interno del P.O. Umberto I° di Enna, a effettuare a proprio carico e onere l'attività di adeguamento strutturale/impiantistico, tale da rendere la fornitura dell'attrezzatura completa e funzionante.

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna  
Tel. 0935/520751 – fax 0935/520345



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**E N N A**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare  
Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

Qualora fosse necessaria l'attività di adeguamento dell'impiantistica elettrica, tutte le attività dovranno essere svolte a seguito di apposita autorizzazione del Servizio Tecnico aziendale e sotto la vigilanza dello stesso, nel caso in cui detti lavori non possano essere effettuati dalla ditta incaricata delle manutenzioni aziendali.

Relativamente ai detti lavori di adeguamento strutturale/impiantistico, se necessari, la ditta aggiudicataria della fornitura "*chiavi in mano*" dovrà indicare:

- se verranno eseguiti direttamente, fornendo, a tal proposito, le dovute attestazioni/certificazioni e iscrizioni al R.E.C.;
- se verranno eseguiti da ditte specializzate, incaricate dalla stessa, previa analogo autorizzazione da parte dell'ASP di Enna, fornendo, anticipatamente, l'indicazione del nominativo di dette ditte e le dovute attestazioni/certificazioni e iscrizioni al R.E.C.;

**Nel campo documentazione amministrativa** dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, comprensiva della dichiarazione di regolarità contributiva con indicazione dei nn.iscrizione INPS e INAIL, sedi e numero dei dipendenti o copia del DURC come da allegato (modello B), inserito nella documentazione richiesta;
- Patto d'integrità anticorruzione;
- Deposito cauzionale provvisorio, a norma dell'art.93 del D.L.gs. n.50/2016 e ss.mm.ii., pari al 2% dell'importo a base d'asta del lotto unico di gara;

**Nel campo documentazione tecnica** dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Descrizione delle attrezzature offerte, marca, modello e nome della ditta produttrice;
- Scheda tecnica dei prodotti offerti, depliant;
- Descrizione garanzia offerta, – durata minima 24 (ventiquattro) mesi su tutti gli inconvenienti, di qualsiasi natura, che si dovessero riscontrare durante il periodo di garanzia con l'obbligo di eliminazioni.
- Dichiarazione di sopralluogo obbligatorio (allegato B): referente Dott. De Rose tel. 0935/516290, 0935/516228.

**Nel campo offerta economica** dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Offerta economica come generata dal sistema con indicazione del prodotto offerto, marca modello e nome della ditta produttrice e il prezzo complessivo per l'intero lotto, IVA esclusa;
- CND e Repertorio, ove assegnati;
  - Il prezzo dovrà comprendere: consegna, franco magazzino, e quant'altro connesso alla fornitura;

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna  
Tel. 0935/520751 – fax 0935/520345



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**E N N A**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare  
Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

- L'aggiudicazione avverrà per singolo lotto in favore della ditta che avrà presentato l'offerta più bassa nel rispetto delle caratteristiche tecniche richieste ed in presenza di almeno due offerte valide;

**Adempimenti successivi all'aggiudicazione:**

- La formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà attraverso la stipula del contratto nei modi e nelle forme di legge da registrare solo in caso d'uso;
- **la fornitura dovrà essere eseguita a seguito di esplicito ordine scritto;**
- **consegna e installazione entro 20 gg. lavorativi dalla stipula del contratto: P.O. Umberto I di Enna (referente: Sig. Bannò tel 0935/516774)**
- **pagamento: entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura che dovrà pervenire dopo il ricevimento e collaudo, con esito positivo, dei beni forniti, le verifiche di Legge delle forniture e gli adempimenti amministrativi**
- Le attrezzature dovranno essere consegnate entro il termine perentorio di 20 giorni lavorativi dalla data dell'ordine. Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna del bene oggetto del presente contratto. In caso di ritardo, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, applicherà a carico del fornitore una penale nella misura giornaliera dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale. **Trascorso questo termine, la mancata consegna della merce, comporterà il passaggio al secondo migliore offerente, con oneri a carico della ditta inadempiente.**
- Successivamente alla consegna i beni saranno sottoposti a collaudo tecnico, alla presenza del Sanitario utilizzatore, di un tecnico incaricato dall'Azienda e dalla Ditta affidataria;
- Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate o documentate.
- Questa Azienda, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di acquistare i beni nel libero mercato, addebitando gli eventuali maggiori costi al fornitore inadempiente.



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**E N N A**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare  
Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

- Il controllo sulla quantità e qualità dei prodotti forniti spetta al Direttore dell'esecuzione del contratto, anche su segnalazione dell'U.O. utilizzatrice; in ogni caso, la ditta aggiudicataria è tenuta a prestare sui prodotti consegnati idonea garanzia da tutti gli inconvenienti non derivanti da cause di forza maggiore; in caso di merce contestata, in quanto ritenuta non conforme, la ditta è obbligata, a propria cura e spese, al ritiro ed alla sostituzione con materiale conforme entro 2 giorni dalla contestazione.
- In caso contrario, saranno applicate le penali sopra previste. Il regolare utilizzo delle attrezzature e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.
- Tutti i beni oggetto della presente gara devono essere coperti da garanzia per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data del collaudo /accettazione positivo degli stessi.

*L'Azienda può chiedere la risoluzione del contratto:*

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile;
- b) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratorie e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e) nei casi di cessione e di subappalto non autorizzati dall'Azienda;
- f) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- g) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti;
- h) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione;
- i) in caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidataria, l'Azienda ha diritto di incamerare, ove previsto, il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, anche in danno dell'inadempiente.

Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore Generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti, sotto il profilo tecnico-economico, i risultati dell'attività negoziale.

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna  
Tel. 0935/520751 – fax 0935/520345



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare  
Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

E' fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, etc.), che potrà essere attivato senza che le concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento od altro.

E' fatto espresso divieto di **cessione del credito**, fatta salva l'esistenza di carenza di liquidità che non consenta il rispetto dei termini di pagamento.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in relazione al contratto di cui alla presente procedura, è competente esclusivamente il Foro di Enna.

La Fattura dovrà essere intestata a: **AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA – V.LE DIAZ, 7/9 – 94100 – ENNA – P.I. 01151150867**

IVA: a carico dell'A.S.P.

**Seguono allegato A e B**

L'Assistente Amministrativo  
Geom. Andrea Sillitti

DI ORDINE

Il Direttore Servizio Provveditorato  
**Dott.ssa Maria Concetta Perna**

D. SACVATORE A.  
MINGERINO



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare  
Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

## ALLEGATO A

**LOTTO 1 – CARATTERISTICHE TECNICHE di un impianto ad osmosi inversa da 200 lt/h., per il trattamento delle acque destinate alle autoclavi presenti nella centrale di sterilizzazione del P.O. Umberto I di Enna.**

**IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA € 20.000,00 IVA ESCLUSA**  
**CIG: Z0729409FD**

### A) DOSAGGIO ANTI INCROSTANTE

- n°1 dosatore elettronico da 1lt a 0,8 bar, portata regolabile da 0 a 100%;
- n°1 filtro di aspirazione in polipropilene completo di raccordi;
- n°1 valvola di ritegno antiacido in VITON attacco da 1/2";
- tubo in polietilene 4 x6 ad alta pressione;
- tubo di aspirazione;
- serbatoio in polietilene per lo stoccaggio della soluzione;
- soluzione disincrostante

### B) FILTRAZIONE DI SICUREZZA E MICROFILTRAZIONE

**Sistema di filtrazione fine costituito da:**

- filtro senior da 10" con attacchi da 3/4" in ABS alimentare;
- cartucce in polipropilene avvolto da 10" con grado di ritenzione 5 micron;
- pressione di esercizio 5 ate;
- portata oraria max 4mc/h;

**Sistema di filtrazione fine costituito da:**

- filtro senior da 10" con attacchi da 3/4" in ABS alimentare;
- cartucce in polipropilene avvolto da 10" con grado di ritenzione 1-3 micron;
- pressione di esercizio 5 ate;
- portata oraria max 3mc/h;

### C) OSMOSI INVERSA

**Tipo Membrane:**

- Film composito a spirale avvolta TW/HF4040;
- n°1 modulo;
- n°1 vessels
- pressione alimento 8/12 bar;

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna  
Tel. 0935/520751 – fax 0935/520345



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**E N N A**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare  
Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

**Pompa di alimento ad alta pressione:**

- palette in grafite;
- alimentazione monofase 220 volt;
- potenza motore 0,75 Kw

**Quadro elettrico di comando:**

- interruttore generale;
- spia di servizio;
- visualizzazione pressione alimento;
- visualizzazione pressione concentrato;
- visualizzazione portata permeato;
- sonda di pressione ingresso macchina;
- elettrovalvola lavaggio;
- elettrovalvola ingresso macchina.





Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**E N N A**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare  
Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

**ALLEGATO B**

**OGGETTO:** Fornitura e collocazione di un impianto ad osmosi inversa da 200 lt/h., per il trattamento delle acque destinate alle autoclavi presenti nella centrale di sterilizzazione del P.O. Umberto I di Enna.

Con la presente, si comunica che in data odierna la Ditta \_\_\_\_\_  
ha effettuato il sopralluogo richiesto per la fornitura in oggetto.

Cordiali Saluti

Timbro e firma del delegato