



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**E N N A**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare  
Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

**U.O.C. Servizio Provveditorato**

Enna li. 22 - 11- 2019  
Viale Diaz n° 7/9- Cap. 94100  
Enna

Protocollo 52834

Riscontro alla nota

n. ....

Del

.....

**Oggetto:**

Richiesta di preventivo per la fornitura di un sistema motorizzato per chirurgia endoscopica da utilizzare presso la U.O. di Otorinolaringoiatria del P.O. Umberto I di Enna.

Spett.le ditta

Si prega codesta spettabile ditta di far pervenire offerta economica sul ME.PA. per la fornitura di un sistema motorizzato per chirurgia endoscopica dei seni paranasali e otochirurgia, da utilizzare presso la U.O. di Otorinolaringoiatria del P.O. di Enna (si veda allegato A).

Si precisa che le specifiche tecniche sotto indicate si devono intendere espresse ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., cioè seguendo pedissequamente il seguente assunto, elaborato dalla dottrina e fatto proprio da questa Stazione appaltante:

*L'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto consente alla stazione appaltante di disporre di un parametro di riferimento sulla cui base poter procedere alla valutazione delle offerte ricevute e, successivamente, verificare la corrispondenza tra quanto richiesto e la prestazione ricevuta dall'aggiudicatario.*

*Diversamente, sotto il secondo profilo, l'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto permette agli operatori economici di poter circoscrivere la propria offerta verificando, eventualmente, la legittimità dell'aggiudicazione.*

*La formulazione delle specifiche tecniche deve avvenire nel rispetto delle regole della corretta concorrenza tra gli operatori economici del mercato e, di conseguenza, nel rispetto dei principi in cui la concorrenza è tradizionalmente declinata, quali il principio di non discriminazione, il principio di parità di trattamento e il principio di massima partecipazione.*

*La descrizione delle caratteristiche tecniche del bene oggetto dell'appalto, dunque, non esclude dalla valutazione quelle offerte il cui contenuto sia comunque strutturalmente e funzionalmente corrispondente a quanto richiesto con la presente richiesta d'offerta e deve intendersi coerente con la c.d. clausola di equivalenza, ovvero sia con l'esigenza che sia prevista la possibilità, per i concorrenti, di offrire beni e servizi con caratteristiche equivalenti rispetto a quelle richieste.*

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna  
Tel. 0935/520751 – fax 0935/520345



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare  
Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

*Conseguentemente la stazione appaltante valuterà se quanto offerto dai partecipanti alla gara possa ritenersi equivalente alle caratteristiche della prestazione o del bene indicate nelle specifiche tecniche.*

*Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, infatti, la clausola di equivalenza si ritiene applicabile "qualora siano inserite nella lex specialis di gara specifiche tecniche a tal punto dettagliate da poter individuare un dato prodotto in maniera assolutamente precisa (con una fabbricazione o una provenienza determinata, o un procedimento particolare, con riferimento a un marchio o a un brevetto)", al fine di favorire la presentazione di una proposta "che ottemperi in maniera equivalente agli stessi requisiti".*

*Il principio di equivalenza, pertanto, è vincolante per l'amministrazione solo qualora il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari predispongano una descrizione sì particolareggiata e puntuale al punto che "avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti".*

*L'onere della prova dell'equivalenza grava sull'offerente, residuando invero in capo alla stazione appaltante la valutazione circa la conformità del contenuto dell'offerta rispetto all'oggetto dell'appalto così come descritto nelle specifiche tecniche, senza che possa ravvisarsi in capo alla stessa un onere di attività di indagine circa l'asserita equivalenza.*

*Contemporaneamente con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza si precisa che l'equivalenza non può essere meramente affermata dall'impresa partecipante alla gara, bensì "va dimostrata in modo rigoroso con una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto, e comunque deve formare oggetto di apposita dichiarazione allegata all'offerta", con la conseguenza che "sin dal momento della presentazione dell'offerta, il concorrente che offre prodotti equivalenti deve fornire una prova idonea a dimostrare l'equivalenza allegata", in assenza della quale è legittima l'automatica esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica.*

*In ossequio a tale principio, quindi nell'offerta deve essere data prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte corrispondano in maniera equivalente ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche".*

**Nel campo documentazione amministrativa** dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, comprensiva della dichiarazione di regolarità contributiva con indicazione dei nn. iscrizioni INPS e INAIL, sedi e numero dei dipendenti o copia del DURC come da allegato (modello B), inserito nella documentazione richiesta;
- Patto d'integrità anticorruzione;
- Deposito cauzionale provvisorio, a norma dell'art.93 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., pari al 2% dell'importo a base d'asta del lotto unico di gara;

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna  
Tel. 0935/520751 – fax 0935/520345



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare  
Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

**Nel campo documentazione tecnica** dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Descrizione delle attrezzature offerte, marca, modello e nome della ditta produttrice;
- Scheda tecnica dei prodotti offerti, depliant;
- Descrizione garanzia offerta, – durata minima 24 (ventiquattro) mesi su tutti gli inconvenienti, di qualsiasi natura, che si dovessero riscontrare durante il periodo di garanzia con l'obbligo di eliminazioni.

**Nel campo offerta economica** dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Offerta economica come generata dal sistema con indicazione del prodotto offerto, marca modello e nome della ditta produttrice e il prezzo complessivo per l'intero lotto, IVA esclusa;
- Offerta economica dettagliata e prezzi praticati presso altre aziende sanitarie;
- CND e Repertorio, ove assegnati:
  - Il prezzo dovrà comprendere: consegna, franco magazzino, e quant'altro connesso alla fornitura;
  - L'aggiudicazione avverrà per singolo lotto in favore della ditta che avrà presentato l'offerta più bassa nel rispetto delle caratteristiche tecniche richieste ed in presenza di almeno due offerte valide;

**Adempimenti successivi all'aggiudicazione:**

- La formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà attraverso la stipula del contratto nei modi e nelle forme di legge da registrare solo in caso d'uso;
- **la fornitura dovrà essere eseguita a seguito di esplicito ordine scritto;**
- **consegna e installazione entro 20 gg. lavorativi dalla stipula del contratto: P.O. Umberto I di Enna (referente: Sig. Bannò tel 0935/516774)**
- **pagamento: entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura che dovrà pervenire dopo il ricevimento e collaudo, con esito positivo, dei beni forniti, le verifiche di Legge delle forniture e gli adempimenti amministrativi**
- Le attrezzature dovranno essere consegnate entro il termine perentorio di 20 giorni lavorativi dalla data dell'ordine. Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna del bene oggetto del presente contratto. In caso di ritardo, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, applicherà a carico del fornitore una penale nella misura giornaliera dello 0.3 per mille dell'ammontare netto contrattuale. **Trascorso questo termine, la mancata consegna della merce, comporterà il passaggio al secondo migliore offerente, con oneri a carico della ditta inadempiente.**



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**E N N A**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare  
Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

- Successivamente alla consegna i beni saranno sottoposti a collaudo tecnico, alla presenza del Sanitario utilizzatore, di un tecnico incaricato dall'Azienda e dalla Ditta affidataria;
- Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate o documentate.
- Questa Azienda, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di acquistare i beni nel libero mercato, addebitando gli eventuali maggiori costi al fornitore inadempiente.
- Il controllo sulla quantità e qualità dei prodotti forniti spetta al Direttore dell'esecuzione del contratto, anche su segnalazione dell'U.O. utilizzatrice; in ogni caso, la ditta aggiudicataria è tenuta a prestare sui prodotti consegnati idonea garanzia da tutti gli inconvenienti non derivanti da cause di forza maggiore; in caso di merce contestata, in quanto ritenuta non conforme, la ditta è obbligata, a propria cura e spese, al ritiro ed alla sostituzione con materiale conforme entro 2 giorni dalla contestazione.
- In caso contrario, saranno applicate le penali sopra previste. Il regolare utilizzo delle attrezzature e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.
- Tutti i beni oggetto della presente gara devono essere coperti da garanzia (full-risk ovvero garanzia totale, comprensiva dei pezzi di ricambio, diritto di chiamata, costo della mano d'opera, ecc) per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data del collaudo /accettazione positivo degli stessi. Durante tale periodo, l'Azienda non dovrà sopportare alcun onere economico per il mantenimento in perfette condizioni di funzionamento delle attrezzature fornite. Se durante il periodo di garanzia si dovessero rilevare gravi difetti funzionali o strutturali dei beni forniti, il Fornitore è tenuto al ritiro immediato e alla sostituzione del medesimo con uno nuovo, senza alcun onere, nei tempi e nelle modalità previste. Tutte le parti di ricambio delle attrezzature offerte devono essere reperibili per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di collaudo dei beni e devono essere garantiti per un periodo di 24 mesi compresi gli accessori.

*L'Azienda può chiedere la risoluzione del contratto:*

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile;
- b) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo;

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna  
Tel. 0935/520751 – fax 0935/520345



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare  
Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratorie e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario:
  - e) nei casi di cessione e di subappalto non autorizzati dall'Azienda;
  - f) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
  - g) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti;
  - h) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione;
  - i) in caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidataria, l'Azienda ha diritto di incamerare, ove previsto, il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, anche in danno dell'inadempiente.

Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore Generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti, sotto il profilo tecnico-economico, i risultati dell'attività negoziale.

E' fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, etc.), che potrà essere attivato senza che le concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento od altro.

E' fatto espresso divieto di **cessione del credito**, fatta salva l'esistenza di carenza di liquidità che non consenta il rispetto dei termini di pagamento.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in relazione al contratto di cui alla presente procedura, è competente esclusivamente il Foro di Enna.

**La Fattura dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA – V.LE DIAZ, 7/9 – 94100 – ENNA – P.I. 01151150867**

IVA: a carico dell'A.S.P.

Segue allegato A

L'Assistente Amministrativo  
Geom. Andrea Sillitti

Il Direttore Servizio Provveditorato

*Dott.ssa Maria Concetta Perna*

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna  
Tel. 0935/520751 – fax 0935/520345



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**E N N A**  
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare  
Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

## **ALLEGATO A**

**LOTTO 1 – CARATTERISTICHE TECNICHE di un sistema motorizzato per  
chirurgia endoscopica da utilizzare presso la U.O. di otorinolaringoiatria  
del P.O. di Enna.**

**IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA € 35.000,00 IVA ESCLUSA**

**CIG: Z572AC62D2**

## **Sistema motorizzato per chirurgia endoscopica dei seni paranasali e otochirurgia**

Sistema motore completo, per la chirurgia otorinolaringoiatrica, costituito da:

- Unità di controllo remota, a norme elettromedicali, con microprocessore elettronico integrato per il controllo della velocità di rotazione e della coppia motrice erogata.
- Ampio display digitale touch screen a led, per il controllo dei parametri operativi nel corso dell'intervento
- Visualizzazione automatica degli errori
- Possibilità di memorizzare i parametri impostati
- Rilevamento automatico del motore
- Pompa peristaltica integrata nell'unità di controllo con microprocessore inseribile e disinseribile durante l'intervento. Portata della pompa regolabile in 8 livelli flusso da 6-125 ml/min.
- Collegamento di due motori contemporaneamente
- Coppia motrice massima 10Ncm a 100.000g/min.
- Differenti programmi operativi preimpostati elettronicamente:  
Programma operativo shaver per la chirurgia endoscopica dei seni paranasali, con modalità di oscillazione da 0 a 10000 g/m . Programma fresa per seni paranasali da 0 a 12.000 g/m  
Programma operativo manipolo intranasale con velocità di rotazione da 0 a 60.000g/min.  
Programma operativo otomicrotrapano , con velocità di rotazione da 0 a 100.000g/min. Con questo programma è possibile utilizzare i manipoli retti e angolati per la chirurgia dell' orecchio ed il manipolo angolato extra lungo per la chirurgia endoscopica della base cranica anteriore.
- Programma microsega con velocità di rotazione da 0 a 20.000 g/m
- Pedaliera a doppio pedale, a funzioni proporzionali, con comando per invertire il senso di rotazione della fresa e commutare i due manipoli.

**Configurazione richiesta composta da:**

- 01 Centralina touch screen con pompa peristaltica integrata
- 01 Micromotore Ec ad alto rendimento dimensioni ridotte con cavo di connessione diverse modalità di impiego tramite attacco intra autoclavabile doppio sistema di raffreddamento ventilato
- 01 Manipolo intra retto lungh. 11 cm. 40.000 giri impiego con frese a stelo liscio
- 01 Manipolo intra angolato lungh. 12,5 80.000 giri impiego con frese stelo liscio
- 01 Manipolo intra angolato extra lungo 100.000
- Set di frese diamantate a grana grossa con stelo liscio per fresature in parti delicate a basso indice di surriscaldamento misure 0,23-0,70 lungh. 9,5 cm set 9 pz
- Set frese standard con stelo liscio misure 014-070 lungh. 9,5 set 11 pz
- Manipolo shaver impugnatura ergonomica ed anogolata fissaggio della lama con sistema LOCK canale di suzione ed irrigazione retto modalità operativa oscillante per lama shaver max 7000 g/m modalità rotazione frese sinusali max 35.000 g/m
- Lama shaver a profilo di taglio aggressivo lungh. 12 cm. diam. 4 mm. autoclavabile
- Lama shaver a profilo di taglio delicato lungh. 12 cm. diam. 4 mm. autoclavabile
- Lama shaver a profilo di taglio aggressivo lungh. 12 cm. diam. 3 mm. autoclavabile
- Lama shaver a profilo di taglio delicato lungh. 12 cm. diam. 3 mm. autoclavabile
- Lama shaver 35.000 giri angolata 70° testa diamantata 3,6 mm. diam. 4 mm. Autoclavabile