



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare
Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

**U.O.C. Servizio
Provveditorato**

Protocollo **58288 DEL 10-12-2019**
Riscontro alla nota n.
Del

Oggetto: Richiesta di preventivo per la fornitura di un apparecchio portatile digitale per radiografia da utilizzare presso la U.O. di Radiologia del P.O. Umberto I di Enna.

Spett.le Ditta

Si invita codesta spettabile ditta a far pervenire offerta economica sul ME.PA. per la fornitura di un Portatile per Radiografia DR da utilizzare presso la U.O. di Radiologia del P.O. Umberto I, da utilizzare per gli esami a letto e in Terapia Intensiva. (si veda allegato A) .

Si precisa che le specifiche tecniche sotto indicate si devono intendere espresse ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., cioè seguendo pedissequamente il seguente assunto, elaborato dalla dottrina e fatto proprio da questa Stazione appaltante:

L'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto consente alla stazione appaltante di disporre di un parametro di riferimento sulla cui base poter procedere alla valutazione delle offerte ricevute e, successivamente, verificare la corrispondenza tra quanto richiesto e la prestazione ricevuta dall'aggiudicatario.

Diversamente, sotto il secondo profilo, l'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto permette agli operatori economici di poter circoscrivere la propria offerta verificando, eventualmente, la legittimità dell'aggiudicazione.

La formulazione delle specifiche tecniche deve avvenire nel rispetto delle regole della corretta concorrenza tra gli operatori economici del mercato e, di conseguenza, nel rispetto dei principi in cui la concorrenza è tradizionalmente declinata, quali il principio di non discriminazione, il principio di parità di trattamento e il principio di massima partecipazione.

La descrizione delle caratteristiche tecniche del bene oggetto dell'appalto, dunque, non esclude dalla valutazione quelle offerte il cui contenuto sia comunque strutturalmente e funzionalmente corrispondente a quanto richiesto con la presente richiesta d'offerta e deve intendersi coerente con la c.d. clausola di equivalenza, ovvero sia con l'esigenza che sia prevista la possibilità, per i concorrenti, di offrire beni e servizi con caratteristiche equivalenti rispetto a quelle richieste.

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna
Tel. 0935/520751 – fax 0935/520345



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare
Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

Conseguentemente la stazione appaltante valuterà se quanto offerto dai partecipanti alla gara possa ritenersi equivalente alle caratteristiche della prestazione o del bene indicate nelle specifiche tecniche.

Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, infatti, la clausola di equivalenza si ritiene applicabile "qualora siano inserite nella lex specialis di gara specifiche tecniche a tal punto dettagliate da poter individuare un dato prodotto in maniera assolutamente precisa (con una fabbricazione o una provenienza determinata, o un procedimento particolare, con riferimento a un marchio o a un brevetto)", al fine di favorire la presentazione di una proposta "che ottemperi in maniera equivalente agli stessi requisiti".

Il principio di equivalenza, pertanto, è vincolante per l'amministrazione solo qualora il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari predispongano una descrizione sì particolareggiata e puntuale al punto che "avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti".

L'onere della prova dell'equivalenza grava sull'offerente, residuando invero in capo alla stazione appaltante la valutazione circa la conformità del contenuto dell'offerta rispetto all'oggetto dell'appalto così come descritto nelle specifiche tecniche, senza che possa ravvisarsi in capo alla stessa un onere di attività di indagine circa l'asserita equivalenza.

Contemporaneamente con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza si precisa che l'equivalenza non può essere meramente affermata dall'impresa partecipante alla gara, bensì "va dimostrata in modo rigoroso con una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto, e comunque deve formare oggetto di apposita dichiarazione allegata all'offerta", con la conseguenza che "sin dal momento della presentazione dell'offerta, il concorrente che offre prodotti equivalenti deve fornire una prova idonea a dimostrare l'equivalenza allegata", in assenza della quale è legittima l'automatica esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica.

In ossequio a tale principio, quindi nell'offerta deve essere data prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte corrispondano in maniera equivalente ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche".

Nel campo documentazione amministrativa dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, resa ai sensi della L.445/00, comprensiva della dichiarazione di regolarità contributiva con indicazione dei nn. iscrizione INPS e INAIL sedi e numero dei dipendenti o copia del DURC come da allegato (modello B), inserito nella documentazione richiesta;
- Patto d'integrità anticorruzione;

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna
Tel. 0935/520751 – fax 0935/520345



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
E N N A

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare
Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

- Deposito cauzionale provvisorio, a norma dell'art.93 del decreto legislativo n.50/2016, pari al 2% dell'importo a base d'asta dell'importo a base d'asta del lotto unico di gara;

Nel campo documentazione tecnica dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Descrizione del prodotto offerto, marca, modello e nome della ditta produttrice;
- Scheda tecnica del prodotto offerto, depliant;
- Offerta economica dettagliata senza prezzi;
- Descrizione garanzia offerta. – durata minima 24 (ventiquattro) mesi su tutti gli inconvenienti, di qualsiasi natura, che si dovessero riscontrare durante il periodo di garanzia con l'obbligo di eliminazioni.

Nel campo offerta economica dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Offerta economica come generata dal sistema con indicazione del prodotto offerto, marca modello e nome della ditta produttrice e il prezzo complessivo per l'intero lotto, IVA esclusa;
- Offerta economica dettagliata, con indicazione delle attrezzature offerte, e prezzi praticati presso altre Aziende Sanitarie;
- CND e Repertorio, ove assegnati:
 - Il prezzo dovrà comprendere: consegna, messa in funzione, collaudo e quant'altro connesso alla fornitura;
 - L'aggiudicazione avverrà, per singolo lotto, in favore della ditta che avrà presentato **l'offerta economicamente più vantaggiosa** nel rispetto delle caratteristiche tecniche richieste, in base ai seguenti criteri:

Qualità, Tecnologia, Affidabilità	Max	Punti 70
Prezzo Globale della Fornitura	Max	Punti 30
Totale punteggio complessivo	Max	Punti 100
Generatore ad alta frequenza con potenza pari o superiore a 40 KW		5 punti
Corrente massima superiore a 450 mA		3 punti
Capacità termica del complesso radiogeno ≥ 300 KHU		2 punti
Larghezza massima del sistema inferiore a 70 cm		2 punti
Presenza di Ups integrato		1 punto
Possibilità di variare la distanza fuoco da 0.6 m fino ad almeno 2 mt		2 punti
Peso del sistema non superiore a Kg 300		4 punti
Acquisizione immagine in tecnica a 2 punti (KV e mAs) e 3 punti(Kv. mA.sec.)		2 punti
Tempo fra due scatti in modalità wireless inferiore a 10 secondi		2 punti

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna
Tel. 0935/520751 – fax 0935/520345



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
E N N A

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare
Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

Preview immagine (inWiFi) <3 secondi	2 punti
Peso detettore con formato 35x43 con batterie inferiore a 3 Kg	3 punti
Autonomia per ogni batteria dei due detettori >= 8 ore	2 punti
Conversione A/D dei due detettori a 16 bit	2 punti
Dimensione del pixel dei due detettori inferiore a 150 um	4 punti
Workstation monitor touch screen con dimensione maggiore o uguale a 18"	4 punti
Capacità di archivio > 16.000 immagini	2 punti
Elenco degli esami direttamente richiamata dalla Worklist	1 punto
Rilevazione automatica del campo operativo impostato sul diaframma collimatore	2 punti
Garanzia compresa tra 12 e 24 mesi	2 punti
Garanzia superiore a 24 mesi	5 punti
Numero tecnici in regione tra 1 e 4	1 punto
" " " tra 5 e 9	3 punti
" " " superiore a 9	7 punti
Tempo massimo di intervento garantito tra 180 e 120 min	1 punto
Tempo massimo di intervento garantito tra 119+ e 90 min	3 punti
Tempo massimo di intervento garantito <90 min	5 punti
Numero visite programmate per ciascun anno di garanzia >=1	1 punto
Numero visite programmate per ciascun anno di garanzia >=2	3 punti
Numero visite programmate per ciascun anno di garanzia >=3	5 punti
Possibilità di effettuare assistenza tramite collegamento da remoto	3 punti

Totale 70 punti

Attribuzione Punteggio Qualità Tecnica - Soglia minima:

Saranno ammesse alla fase di apertura delle proposte economiche solamente le offerte che conseguiranno una valutazione tecnico-qualitativa superiore o pari a punti 42, cioè il 60% dei settanta punti disponibili per "Qualità, Tecnologia, Affidabilità". Le offerte che non raggiungessero tale punteggio minimo verranno escluse:

Attribuzione del Punteggio Economico:

Tra le offerte ammesse alla apertura delle "Buste contenenti Offerta Economica", la proposta economica che presenterà il prezzo più basso conseguirà il massimo punteggio previsto, vale a dire punti 30.

Prezzo Globale della Fornitura:

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio con il sistema inversamente proporzionale, applicando la seguente formula:

$$(Importo Offerta più Bassa) \times 30 : (Importo Offerta in esame)$$

L'aggiudicazione della gara avverrà anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, ove ritenuta conveniente per prezzo e contenuto tecnico.

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna
Tel. 0935/520751 – fax 0935/520345



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare
Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

L'attribuzione dei punteggi di qualità verrà effettuata sulla base della valutazione delle dichiarazioni delle ditte e delle eventuali prove effettuate dalle ditte offerenti.

A tal fine si procederà alla nomina di apposita Commissione Giudicatrice Interna per la valutazione tecnico-qualitativa ed economica.

L'aggiudicazione avverrà, a favore dell'offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto derivante dalla sommatoria del punteggio qualità e prezzo.

In caso di parità di offerte valide si richiederà ai titolari delle ditte ammesse un'offerta migliorativa ed il miglior offerente sarà dichiarato aggiudicatario.

Adempimenti successivi all'aggiudicazione:

- La formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà attraverso la stipula del contratto nei modi e nelle forme di legge;
- **la fornitura dovrà essere eseguita a seguito di esplicito ordine scritto.**
- **consegna e installazione entro 30 gg. lavorativi dalla stipula del contratto: nei locali del P.O. Umberto I di Enna. C.da Ferrante (ref. Sig. Bannò tel. 0935/516774);**
- **pagamento: entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura che dovrà pervenire dopo il ricevimento e collaudo, con esito positivo, dei beni forniti, le verifiche di Legge delle forniture e gli adempimenti amministrativi;**
- Le attrezzature dovranno essere consegnate entro il termine perentorio di 30 giorni lavorativi dalla data dell'ordine. Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna del bene oggetto del presente contratto. In caso di ritardo, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, applicherà a carico del fornitore una penale nella misura giornaliera dello 0.5 per mille dell'ammontare netto contrattuale. **Trascorso questo termine, la mancata consegna della merce, comporterà il passaggio al secondo migliore offerente, con oneri a carico della ditta inadempiente.**
- Successivamente alla consegna il bene sarà sottoposto a collaudo tecnico, alla presenza del Sanitario utilizzatore, di un tecnico incaricato dall'Azienda e dalla Ditta affidataria;
- Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate o documentate.



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare
Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

- Tutti i beni oggetto della presente gara devono essere coperti da garanzia (full-risk ovvero garanzia totale, comprensiva dei pezzi di ricambio, diritto di chiamata, costo della mano d'opera, ecc) per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data del collaudo / accettazione positivo degli stessi. Durante tale periodo, l'Azienda non dovrà sopportare alcun onere economico per il mantenimento in perfette condizioni di funzionamento delle attrezzature fornite. Se durante il periodo di garanzia si dovessero rilevare gravi difetti funzionali o strutturali dei beni forniti, il Fornitore è tenuto al ritiro immediato e alla sostituzione del medesimo con uno nuovo, senza alcun onere, nei tempi e nelle modalità previste.
- Relativamente al servizio di assistenza tecnica post-vendita il fornitore deve attenersi ad un piano di assistenza/manutenzione post vendita presentato e valutato in sede di presentazione dell'offerta. Fermo restando che:
 - il tempo necessario per intervenire ad una richiesta di assistenza/manutenzione deve essere entro massimo le 24 ore lavorative dalla chiamata;
 - il tempo necessario per il ripristino dell'integrità e della funzionalità del bene non deve superare i 3 giorni lavorativi a partire dall'inizio della richiesta;
 - oltre il predetto termine di 3 giorni lavorativi il Fornitore si impegna a sostituire il bene per tutta la durata necessaria alla riparazione.
 - tutte le attività necessarie alla riparazione dei beni dovranno essere svolte nel rispetto delle vigenti normative nazionali e locali di sicurezza.
 - indicare la sede del Centro di Assistenza competente e i relativi recapiti .
 - tutte le parti di ricambio degli articoli offerti devono essere reperibili per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di collaudo dei beni e devono essere garantiti per un periodo di 24 mesi compresi gli accessori.
 - il fornitore è tenuto a consegnare il manuale d'uso, in lingua italiana, e di servizio per ciascun prodotto offerto.

L'Azienda può chiedere la risoluzione del contratto:

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile:
- b) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratorie e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e) nei casi di cessione e di subappalto non autorizzati dall'Azienda:

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna
Tel. 0935/520751 – fax 0935/520345



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare
Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

- f) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
 - g) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti;
 - h) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione;
 - i) in caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidataria, l'Azienda ha diritto di incamerare il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, anche in danno dell'inadempiente.
- Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore Generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti, sotto il profilo tecnico-economico, i risultati dell'attività negoziale.

E' fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, etc.), che potrà essere attivato senza che le concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento od altro.

E' fatto espresso divieto di **cessione del credito**, fatta salva l'esistenza di carenza di liquidità che non consenta il rispetto dei termini di pagamento.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale si richiamano le norme comunitarie e nazionali in materia di contratti pubblici.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in relazione al contratto di cui alla presente procedura, è competente esclusivamente il Foro di Enna.

La Fattura dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA – V.LE DIAZ, 7/9 – 94100 – ENNA – P.I. 01151150867

IVA: a carico dell'A.S.P.

Segue allegato A

L'Assistente Amministrativo

Geom. Andrea Sillitti

Il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato

Dott.ssa Maria Concetta Perna



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare
Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

ALLEGATO A

LOTTO 1 - CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME FORNITURA N°1 PORTATILE PER RADIOLOGIA DR DA DESTINARE ALLA UO DI RADIOLOGIA DEL P.O. UMBERTO I DI ENNA.

IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA € 90.000,00 IVA ESCLUSA
CIG: 8134108E41

Requisiti minimi:

Il Portatile per Radiografia DR offerto dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

COMPONENTI MOBILI:

- Apparecchio compatto, di facile manovrabilità, con ingombro e peso i più ridotti possibili.
- Ampie possibilità di movimentazione che permettano la traslazione del sistema nelle quattro direzioni.
- Dotato di braccio porta tubo radiogeno che permetta il brandeggio senza sforzo e l'esecuzione di esami in tutte le proiezioni, poco ingombrante in posizione di parcheggio e che consenta ampia visibilità durante gli spostamenti.
- In grado di adeguarsi a tutte le necessità di utilizzo riscontrabili in ambiente ospedaliero, con accorgimenti che ne facilitino la disinfezione e garantiscano una protezione antibatterica delle superfici di contatto.
- Dotato di batterie ricaricabili ad ampia autonomia e rapidi tempi di ricarica, con la possibilità di eseguire esposizioni anche con il cavo di alimentazione inserito.
- Dotato di alloggiamento per il detettore con carica batterie integrato.

COMPONENTI RADIOLOGICHE (generatore, tubo radiogeno, detettore, rilevatore):

Generatore:

- potenza massima erogata adeguata al sistema di detezione offerto di almeno 30Kw.
- indicazione digitale dei parametri programmati.
- sistema di controllo dei parametri di esposizione (kV e mAs).

Sistema integrato per la misurazione, registrazione e trasmissione della dose

Tubo Radiogeno:

- con ingombro e peso ridotto.
- doppia macchia focale non superiore a 0,8/1,3 mm.
- con dispositivo di collimazione regolabile e luce campo.

Detettore e Rilevatore n.1 35x43 e n.1 24x30 :

- Digitale con tecnologia del rilevatore al silicio amorfo e scintillatore allo ioduro di cesio.
- Matrice di acquisizione di almeno 2300 x 2800 pixel nel formato nominale 35x43 cm, ed elevato range dinamico.
- Matrice di acquisizione di almeno 1500 x 1900 pixel nel formato nominale 24x30 cm, ed elevato range dinamico.
- Comunicazione wireless tra detettori e stazione di acquisizione.
- Dotato di funzione memorizzazione immagini.

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna
Tel. 0935/520751 – fax 0935/520345



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
E N N A

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare
Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

- Capace di elevate DQE e MTF.
- Dimensioni standard secondo normativa ISO 4090.
- Leggero e robusto con una elevata resistenza al carico distribuito sull'intera superficie e puntuale.
- Batterie intercambiabili ad elevata durata, con ridotti tempi di ricarica.
- In grado di fornire immagini diagnostiche di alta qualità in relazione alla minima dose erogabile al paziente.
- Rapidi tempi di preview a monitor dell'immagine acquisita e capace del minor tempo di recupero dopo l'esposizione.
- Dotato preferibilmente di dispositivi per il controllo automatico della qualità del detettore (descrivere).
- Un elevato grado di impermeabilità e protezione antibatterica sono caratteristiche preferenziali.

CONSOLLE DI COMANDO:

- Monitor LCD touch non inferiore a 12" e dotato di protocolli di esposizione anatomicamente programmabili.
- Dotata di interfaccia utente di semplice utilizzo ed intuitiva.
- Dotata di programmi software dedicati al processing, rielaborazione e ottimizzazione dell'immagine prodotta nell'ottica del contenimento della dose paziente.
- Dotata di software per l'eliminazione dello scattering per l'utilizzo del detettore senza griglia fisica.
- Dotata di funzione di memorizzazione dati espositivi e di dose paziente per la gestione degli stessi secondo gli standard di comunicazione e per le necessità normative vigenti.
- Piena compatibilità con lo standard di comunicazione DICOM 3.0 per la connessione al sistema RIS/PACS installato.
- Possibilità di connessione Wi-Fi e/o via cavo al sistema di archiviazione immagini del Presidio.
- Dotata di un tempo di accensione il più ridotto possibile che ne consenta l'utilizzo in reali condizioni di emergenza.

DOSE EROGATA

Completo di sistema di calcolo e misura automatica per la valutazione della quantità di radiazioni ionizzanti prodotte dall'apparecchiatura nel corso della procedura radiologica, a norma del D.lgs. del 26 maggio 2000 n.187 – Art. 8 – integrato con l'apparecchiatura. Tale dispositivo dovrà consentire la memorizzazione automatica dei parametri d'esame associando automaticamente la dose erogata al paziente.

L'inoltro al PACS di Dose Report in formato Dicom SR nativo, sarà caratteristica premiante.

CONNETTIVITA'

Il sistema offerto dovrà essere conforme allo standard DICOM 3.0 e dovrà implementare un pacchetto Dicom quanto più completo possibile (richieste le classi Store, Worklist, Print, MPPS, Storage Commitment, Media), al fine di garantire le migliori garanzie di piena connettività.

Dovrà essere inclusa nell'offerta la completa integrabilità e sincronizzazione con il sistema informatico di Radiologia (RIS), il sistema di archiviazione e comunicazione delle immagini (PACS).