



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
 C.F. 01151150867
 www.asp.enna.it



Settore Provveditorato ed Economato
 Tel. 0935/520344 – fax 0935/520345

Enna
 Via A. Diaz n.7

Prot.n.

Avviso per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisto di una sonda endoscopica per il Servizio Endoscopia del P.O. "Basilotta" di Nicosia

Alle Ditte interessate

Questa Azienda intende procedere, ai sensi dell'art.63 D.Lgs. 50/2016, all'acquisto di una sonda endoscopica: videocolonscopio CF-H185 completo di accessori come da dettagli e caratteristiche allegate, da collegare alla colonna in dotazione c/o la struttura in oggetto, fondamentale e necessario per la corretta prosecuzione delle attività svolte dal servizio di U.O. di Chirurgia -Servizio Endoscopia del P.O. "Basilotta" di Nicosia.

A tal fine, si intende effettuare un'indagine di mercato ai sensi dell'art.66 del D.Lgs 50/2016 al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Azienda oltre all'operatore economico individuato, vi siano altri operatori economici, fornitori del dispositivo di che trattasi, che presentino le medesime caratteristiche tecniche ^o quelle sopra riportate. *Nume*

Si invitano, pertanto, gli operatori economici a dare comunicazione dell'interesse a partecipare alla procedura negoziata, entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso al seguente indirizzo di posta elettronica -provveditorato @pec.asp.enna.it.

In mancanza di detto riscontro entro tale data questa Azienda procederà ad espletare la procedura per l'affidamento della fornitura in argomento all'unico operatore individuato ai sensi dell'art. 63, comma 2, del D.Lgs n.50/2016. *si.*

Dr Salvatore Testa Camillo
Salvatore Testa Camillo

Il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato
 (Dr.ssa Maria Concetta Perna)

Nume



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice fiscale e partita IVA 01151150867
Distretto Ospedaliero EN.2 - Stabilimento P.O. Nicosia
Tel. 0935-671222 - Fax 0935-671212

Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Chirurgia
Responsabile Dott. Angelo Perri

Servizio di Endoscopia Digestiva Responsabile Dott. Antonio Bordonaro

Prot. n° 426594 del 11/4/2019

Nicosia 10/04/2019

U.O.C. Provveditorato

e.p.c. Dr.ssa La Paglia

Viale Diaz 7

94100- Enna

OGGETTO: Implementazione strumentazione endoscopia Nicosia

Il Sottoscritto Dr. Antonio Bordonaro, Dirigente Medico c/o l'U.O.C di Chirurgia dell'ospedale C. Basilotta di Nicosia e Responsabile del Servizio di Endoscopia Digestiva dello stesso nosocomio, fa richiesta di implementazione della strumentazione di materiale endoscopico e nello specifico nell'acquisto di una sonda endoscopica: Videocolonscopio CF-H185 completo di accessori come da dettagli e caratteristiche allegate, da collegare alla colonna in dotazione c/o la struttura in oggetto, fondamentale e necessario per la corretta prosecuzione delle attività svolte dal servizio: pazienti ricoverati, pazienti in agenda e non ultimo obbligatorio per lo svolgimento dello screening del carcinoma del colon-retto, già iniziato, il quale per legge necessita della presenza di almeno due sonde endoscopiche (Colonscopio) presenti in struttura.

Il costo presunto è di 25.000,00 Euro.

Certo di un riscontro favorevole per la procedura di acquisto, come da accordi con la direzione aziendale, porgo cordiali saluti.

Responsabile U.O.S.D. Chirurgia

Dr. Angelo Perri

AUSL N. 2 ENNA
Il Responsabile Servizio Endoscopia
U.O. di Chirurgia
Dr. Antonio Bordonaro
Dirigente Medico
Cod. ENPAM 300212251A
Cod. Fisc. BRDNTH70R05C351M

N° 1 CF-H185 VIDEOCOLONSCOPIO alta definizione HDTV 1080 linee
da collegare al videoprocessore e fonte di luce Olympus EXERA III 190 in dotazione al reparto.
flessibilità della sonda variabile, regolabile dall'operatore

immagine fornita a tutto schermo HDTV, dotato di microchip di identificazione
e tracciabilità dello strumento.

Angolo di visione **140°**

Diametro esterno sonda 12,8 mm

Diametro canale operativo 3,7 mm

Campo focale 2-100 mm

Angolazioni alto/basso 180°

Angolazioni dex/six 160°

Lunghezza operativa 1330 mm

Funzione NBI (Narrow Band Imaging)

Bilanciamento automatico del bianco

Impugnatura dello strumento dotata di 4 tasti funzione per il controllo delle periferiche, fermo
immagine, zoom elettronico su due livelli.

Completo di accessori per la pulizia e disinfezione. Insufflatore di CO2 per facilitare l'esame
endoscopico.