

DATA RICHIESTA	DITTA	OGGETTO RICHIESTA	RISPOSTA
<p>SI RETTIFICA LA RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI FORMULATA NEL FILE DENOMINATO : RICHIESTE DI CHIARIMENTO N. 3</p>			
05/06/21	Roche Diagnostics S.p.A.	<p>9. Si richiede, per il P.O. di Enna di esplicitare su piantina le aree interessate alla corretta sistemazione delle strumentazioni analitiche e preanalitiche e di individuare eventuali interventi edili necessari alla corretta organizzazione del laboratorio (impianti edili, impiantistici, etc.) inoltre, per una corretta valutazione dei costi, si richiede di esplicitare, oltre agli adeguamenti necessari ad una corretta funzionalità strumentale analitica, se sia necessario prevedere ulteriori migliorie atte alla corretta ergonomia delle aree previste.</p>	<p>LE PLANIMETRIE SONO STATE PUBBLICARE IN QUESTA STESSA PAGINE RELATIVA ALLA GARA DE QUA SUL PORTALE AZIENDALE DELL'ASP. SI ESPLICITA CHE LA STRUMENTAZIONE PREANALITICA ANDRA' POSIZIONATA NELL'ATTUALE ZONA DI ACCETTAZIONI. PER LE STRUMENTAZIONI ANALITICHE LA DISLOCAZIONE DOVREBBE ESSERE QUELLA ATTUALE. ALL'INTERNO DELLE AREE IDENTIFICATE AL RIFACIMENTO DI QUANTO NECESSARIO PER UNA CORRETTA ERGONOMIA OPERATIVA, E IN LINEA CON LE LEGGI VIGENTI, SI RICHIEDE L'INSTALLAZIONE DI SUPPORTI E/ O ADEGUAMENTI PER LA CORRETTA ALLOCAZIONE DEGLI APPARECCHI.</p>