

RICHIESTE DI CHIARIMENTI		N. 3	
DATA RICHIESTA	DITTA	OGGETTO RICHIESTA	RISPOSTA
31/05/21	Dasit S.p.A.	<p>QUESITO N. 1 "LOTTO 2 – EMATOLOGIA" Per il lotto 2 Ematologia, Sistemi di microscopia ottica, si chiede di specificare quali obiettivi dovranno comporre il corredo ottico di ciascun microscopio. E QUESITO</p> <p>3. Per il lotto 2 Ematologia, Sistemi di microscopia ottica, si chiede di confermare che la fornitura possa prevedere un singolo microscopio trinoculare avente sia il contrasto di fase che il campo chiaro. Qualora siano richiesti microscopi distinti, si chiede conferma che la camera digitale debba essere prevista per ogni microscopio offerto. Si richiede inoltre la possibilità di utilizzare un software analogo a Image Focus, ma certificato per la camera digitale fornita.</p>	<p>SI CONFERMA LA FORNITURA DI UN SINGOLO MICROSCOPIO TRINOCULARE, PER I PRESIDII DEFINITI SUL CAPITOLATO, AVENTE SIA IL CONTRASTO DI FASE CHE IL CAMPO CHIARO. PER OGNI MICROSCOPIO SI RICHIEDONO I SEGUENTI OBIETTIVI: 10X, 20X, 40X, 100X AD IMMERSIONE. SI CONFERMA LA POSSIBILITA' DI FORNIRE UN SOFTWARE ANALOGO A IMAGE FOCUS PURCHE' CERTIFICATO SECONDO NORMATIVA</p>
31/05/21	Dasit S.p.A.	<p>1. Per il lotto 2 Ematologia, caratteristiche oggetto di valutazione qualitativa: si chiede di confermare che tali criteri siano da attribuirsi ai soli presidi PP.OO Umberto I e C. Basilotta, cioè ai presidi ove vengono richiesti strumenti con maggiori potenzialità.</p>	<p>SI CONFERMA QUANTO RIPORTATO SUL CAPITOLATO</p>
31/05/21	Dasit S.p.A.	<p>2. Per il lotto 2 Ematologia, si chiede di precisare il numero di livelli del controllo di qualità necessari per ciascun presidio.</p>	<p>N. 2 LIVELLI (NORMALE E PATOLOGICO) DI CONTROLLO OGNI GIORNO PER CIASCUN PRESIDIO</p>
31/05/21	Dasit S.p.A.	<p>4. Caratteristiche oggetto di valutazione, Capitolato Speciale d'Appalto, pagina 25: viene richiesta la misurazione diretta del parametro MCV. Al fine di garantire una equa attribuzione del punteggio tecnico in relazione agli obiettivi diagnostici, si chiede di applicare il principio di equivalenza per il conteggio diretto dell'HCT. La strumentazione Sysmex determina il parametro HCT grazie al principio impedenziometrico abbinato alla focalizzazione idrodinamica. Quando le cellule attraversano l'orifizio di conta, generano un impulso elettrico che è proporzionale al volume cellulare. L'HCT si ottiene sommando l'ampiezza degli impulsi. L'MCV deriva dal rapporto tra HCT/RBC. Questa caratteristica strumentale garantisce le stesse prestazioni strumentali e ha la valenza della misurazione diretta dell'MCV.</p>	<p>VALE PRINCIPIO DI EQUIVALENZA</p>
31/05/21	Dasit S.p.A.	<p>5. Caratteristiche oggetto di valutazione, Capitolato Speciale d'Appalto, pagina 24: Volume Medio Reticolocitario (MRV) viene richiesto al fine di consentire una valutazione clinico-diagnostica dell'attività eritropoietica e di differenziazione delle anemie. I sistemi XN, offerti dalla scrivente, sono in grado di determinare un pannello completo di parametri reticolocitari (RET% e #, LFR, MFR, HFR, IFR, RET-He, HYPER% e HYPO%, micro% e macro%) refertabili, certificati e monitorabili con il sangue di controllo. Anche in assenza del Volume Medio Reticolocitario, i dati forniti da questi parametri sono in grado di supportare il laboratorio nella valutazione complessiva dell'attività eritropoietica e nella differenziazione delle anemie consentendo valutazioni precoci ed accurate durante le terapie con ferro e/o eritropoietina e consentono inoltre una valutazione di alterazioni di volume e di cromia, come riportano numerosi articoli bibliografici. Si chiede quindi di confermare che questi sistemi verranno premiati ugualmente indipendentemente dalla determinazione del Volume Medio Reticolocitario, secondo il principio dell'equivalenza. Si allega documentazione scientifica.</p>	<p>IN RELAZIONE ALLA DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA A SUPPORTO, SI CONFERMA CHE QUESTI SISTEMI VERRANNO PREMIATI UGUALMENTE</p>
31/05/21	Dasit S.p.A.	<p><b>3 – COAGULAZIONE”</b> In riferimento al lotto 3 Coagulazione, si chiede di confermare che i punteggi assegnati nella griglia di pag 30/31 del Capitolato Speciale D'appalto, e nel dettaglio alle caratteristiche: - Maggiore recettività di campioni <i>on board</i> - Maggior numero di reagenti refrigerati <i>on board</i> - Sonde di aspirazione separate per campione e reagenti per tutti gli strumenti offerti - Produttività strumentale &gt; 250 PT/h facciano riferimento alla strumentazione prevista per il solo presidio di Enna, cioè quello con la richiesta di analizzatori ad alta produttività.</p>	<p>IN RIFERIMENTO AL LOTTO 3 COAGULAZIONE SI CONFERMA QUANTO RIPORTATO SUL CAPITOLATO</p>

31/05/21	Dasit S.p.A.	<p><b>QUESITO N. 3 “LOTTO 8 – URINE”</b>  1. In riferimento al lotto 8 Urine, a pag. 48 del CS d’Appalto, Caratteristiche oggetto di valutazione qualitativa dei sistemi automatici, al punto 3 viene chiesto: “Maggior numero di strisce caricabili sul sistema allo START”. Si chiede di confermare che l’attribuzione del punteggio per tale caratteristica sia da intendersi proporzionale al numero di strisce caricabili sul sistema allo START. 2. Nel lotto 8 Urine, sempre a pag. 48, Caratteristiche oggetto di valutazione qualitativa dei sistemi automatici, al punto 15 viene chiesto: “Lettura di liquidi biologici diversi dall’urina con software specifico e marcatura CE e FDA”. Si chiede di considerare positivamente la presenza di un software specifico per la lettura di liquidi biologici diversi dall’urina con la sola marcatura CE, dal momento che in Italia la marcatura FDA non è indispensabile.</p>	<p>N. 1 : A TALE CARATTERISTICA VERRANNO ASSEGNATI PUNTI 4 AL SISTEMA PIU’ PERFORMANTE E PROPORZIONALE AGLI ALTRI.  N. 2: SI CONFERMA IN RELAZIONE ALLA NORMATIVA VIGENTE.</p>
31/05/21	Dasit S.p.A.	<p><b>QUESITO N. 4 LOTTO 20 – SCREENING DEL DOWN</b>  In merito alle caratteristiche richieste si chiede se, in virtù del principio di equivalenza, possano essere offerti sistemi con tecnologia in fluorescenza che, grazie alla fase omogenea che non prevede fasi di lavaggio né separazione libero-legato, è in grado di assicurare altissima precisione, accuratezza e ripetibilità.</p>	<p>SI CONFERMA IL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA</p>
31/05/21	Dasit S.p.A.	<p><b>QUESITO N. 5 formula</b></p>	<p>E’ STATA CHIESTA LA CONFERMA DELLA FORMULA AI TECNICI DELLA PIATTAFORMA CONSIP. NON APPENA DISPONIBILE LA RISPOSTA, VERRA’ IMMEDIATAMENTE PUBBLICATA.</p>
26/05/21	ABBOTT	<p>in riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto, si chiede quanto di seguito rappresentato:  Al punto 18.3 , pag. 37 del disciplinare di gara, si fa riferimento alla formula quadratica come metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica.  Si chiede quindi di confermare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che il rapporto tra i termini al numeratore (Ba- P) ed i termini al denominatore (Ba- Pmin) sia da elevare al coefficiente <math>\alpha=0,5</math> e che il risultato così ottenuto sia da moltiplicare per 30;</li> <li>• che il termine ‘X’ indicato nella formula sia da considerarsi come fattore moltiplicativo;</li> <li>• che la formula sotto riportata sia da considerarsi definitiva ed in linea con quanto indicato nel Disciplinare. (VIENE RIPORTATA UNA FORMULA)</li> </ul>	<p>E’ STATA CHIESTA LA CONFERMA DELLA FORMULA AI TECNICI DELLA PIATTAFORMA CONSIP. NON APPENA DISPONIBILE LA RISPOSTA, VERRA’ IMMEDIATAMENTE PUBBLICATA.</p>
05/06/21	Roche Diagnostics S.p.A.	<p><a href="#">1_RICHIESTA_CHIARIMENTI_DEL_13-05-2021.pdf</a></p>	
05/06/21	Roche Diagnostics S.p.A.	<p><b>Per tutti i lotti</b>  1. Con riferimento al nuovo decreto legge cd. Sblocca-Cantieri, l’art. 105, d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.l. 32/2019 (cd. “decreto sblocca cantieri”), conv. in l. 55/2019, non prevede l’indicazione del nominativo del subappaltatore. Pertanto in riferimento a quanto richiesto all’ art 9 di pag. 16 del Disciplinare di Gara vi chiediamo di confermare che non occorre produrre alcun documento del subappaltatore, ma è sufficiente citare la percentuale di subappalto sul DGUE dell’Operatore economico e la relativa attività. Si chiede inoltre di confermare che anche la generazione del Passoe debba essere eseguita esclusivamente dal solo operatore economico partecipante.</p>	<p>SI CONFERMA IL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE</p>
05/06/21	Roche Diagnostics S.p.A.	<p>2. si chiede di confermare la possibilità di presentare le dichiarazioni di conformità CE, dei reagenti e delle apparecchiature, redatte da Casa Madre in lingua inglese, nonché le dichiarazioni di conformità alle norme IEC (CB Test Certificate), corredate da un’unica dichiarazione resa dalla ditta concorrente, in lingua italiana, ai sensi del D.P.R. 445/2000, riportante che la strumentazione ed i reagenti offerti sono conformi alla normativa vigente.  Detta possibilità consentirebbe alle Ditte partecipanti di snellire e semplificare la predisposizione della documentazione tecnica richiesta e soprattutto di occupare meno spazio in termini di Mb nello slot di gara dedicato all’upload della documentazione tecnica.</p>	<p>E’ NECESSARIA LA TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA</p>

05/06/21	Roche Diagnostics S.p.A.	3. In riferimento alla documentazione tecnica accompagnatoria della relazione di cui a pagina 34 del Disciplinare di Gara, vista la limitazione di upload della piattaforma Mepa in merito alla grandezza di ogni singolo file pari a max 13 Mb, si chiede di confermare la possibilità di caricare, al posto del file unico, più file per ogni singola voce da Voi definita nella suddetta piattaforma. In caso negativo si fa presente che risulterà impossibile caricare tutta la documentazione da voi richiesta nella suddetta piattaforma.	COSI' COME GIA' RISPOSTO AD ALTRA RICHIESTA DI CHIARIMENTI, SI RIPORTA LA RISPOSTA DEI TECNICI: I Tecnici Consip hanno dato la seguente risposta: il campo <b>Documentazione tecnica – Tecnica - Invio telematico con firma digitale - Obbligatorio, ammessi più documenti -</b> È disciplinato obbligatorio e multiplo, pertanto se il file della relazione tecnica è superiore a 13 MB dovrà essere suddiviso in più file. COSI' ANCHE PER TUTTI GLI ALTRI INVII
05/06/21	Roche Diagnostics S.p.A.	4. In relazione al titolo della gara (pag.1) “CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER INDAGINI DIAGNOSTICHE, DIAGNOSTICI, PRODOTTI CHIMICI, VETRERIE E MATERIALI VARI DI CONSUMO PER I LABORATORI DI PATOLOGIA CLINICA. DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PER GLI ANNI 2019-2025”, si chiede di rendere chiaro il periodo di validità della gara in considerazione che in Capitolato sono indicati gli anni da 2019-2025	TRATTASI DI REFUSO LA FRASE: gli anni da 2019-2025 . I SETTE ANNO, PIU' EVENTUALE QUINTO D'OBBLIGO ED EVENTUALE PROTOGA TECNICA DI MESI SEI DECORRONO DALLA DATA DI AGGIUDICAZION E E DOPO LA STIPULA DEL CONTRATTO DI FORNITURA
05/06/21	Roche Diagnostics S.p.A.	5. Si chiede di confermare che l'importo settennale indicato nella tabella di cui all'art. 3 di pagina 7 del Disciplinare di Gara sia comprensivo del degli importi del quinto d'obbligo e della proroga tecnica di sei mesi	SI CONFERMA
05/06/21	Roche Diagnostics S.p.A.	6. Si chiede di specificare se il numero di test indicati in capitolato sono comprensivi dei test per le calibrazioni e per i controlli, nel caso non lo siano si chiede di indicare le sedute settimanali per parametro o per categorie di parametri	PUNTO 6: I TEST RICHIESTI NON SONO COMPRESIVI DEI TEST PER LE CALIBRAZIONI E I CONTROLLI, CHE SONO DA AGGIUNGERE SECONDO LE INDICAZIONI DEL PRODOTTO SETTE GIORNI SU SETTE PER I TEST RICHIESTI DA 1000 TEST ANNUI. PER UN NUMERO DI TEST ANNUI RICHIESTI INFERIORE VANNO PREVISTE 3 SEDUTE SETTIMANALI.
05/06/21	Roche Diagnostics S.p.A.	<b>LOTTO N. 1 - AUTOMAZIONE (Chimica Clinica – Immunochimica – ISE – Infettivologia)</b> 7. A pag 1 del Cap Speciale d'appalto è richiesto "É fatto obbligo alle aziende concorrenti di fornire le "guide in linea" e cartacee dei software gestionali e le metodiche degli esami in lingua italiana". Si chiede di specificare se per "software gestionale" si intenda il middleware. Si chiede di confermare che la richiesta di fornire le guide "on line" e "cartacee" sia un refuso e che sia possibile fornire la versione in file elettronico di tali manuali. Si fa presente che, dato il contenuto molto tecnico del manuale relativo al middleware, gran parte di tale documento risulta incomprensibile in italiano e per tale motivo viene sempre fornito in lingua inglese, si chiede quindi conferma che sia possibile fornire questo manuale in lingua inglese.	SI INTENDE IL MIDDLEWARE. SI INTENDE ANCHE IL FILE. SI CONFERMA
05/06/21	Roche Diagnostics S.p.A.	8. A pag 1 del Cap. Speciale d'Appalto è richiesta "E' fatto obbligo, altresì, alle aziende di fornire le schede di sicurezza di tutti i reagenti occorrenti" mentre a pag 5 dello stesso documento è richiesto solo alla ditta vincitrice di "fornire tutte le schede tecniche e le schede di sicurezza dei reagenti in cartaceo o su supporto informatico, in lingua italiana". Si chiede di chiarire, anche in virtù dello scarso spazio disponibile sul sito di gara, se le schede di sicurezza debbano essere allegate alla documentazione di gara oppure se queste debbano essere fornite solo in caso di aggiudicazione. Qualora debbano essere fornite in allegato all'offerta di gara si chiede di indicare in quale formato debbano essere fornite, se in formato elettronico sul sito di gara, se in formato cartaceo oppure se su supporto informatico a parte (ad es DVD).	SI INTENDE DA ALLEGARE ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA. PER LO SPAZIO SI RINVIA A QUANTO SPECIFICATO NELLE RISPOSTE PREVEDENTI, POTENDO ALLEGARE PIU' FILE.

05/06/21	Roche Diagnostics S.p.A.	9. Si richiede, per il P.O. di Enna di esplicitare su piantina le aree interessate alla corretta sistemazione delle strumentazioni analitiche e preanalitiche e di individuare eventuali interventi edili necessari alla corretta organizzazione del laboratorio (impianti edili, impiantistici, etc.) inoltre, per una corretta valutazione dei costi, si richiede di esplicitare, oltre agli adeguamenti necessari ad una corretta funzionalità strumentale analitica, se sia necessario prevedere ulteriori migliorie atte alla corretta ergonomia delle aree previste.	LE PLANIMETRIE SONO STATE PUBBLICARE IN QUESTA STESSA PAGINE RELATIVA ALLA GARA DE QUA SUL PORTALE AZIENDALE DELL'ASP. SI ESPLICITA CHE LA STRUMENTAZIONE PREANALITICA ANDRA' POSIZIONATA NELL'ATTUALE ZONA DI ACCETTAZIONI. PER LE STRUMENTAZIONI ANALITICHE LA DISLOCAZIONE DOVREBBE ESSERE QUELLA ATTUALE. SI CONFERMA LA NECESSITA' DI PROVVEDERE ALL'INTERNO DELLE AREE IDENTIFICATE AL RIFACIMENTO DI QUANTO NECESSARIO PER UNA CORRETTA ERGONOMIA OPERATIVA E IN LINEA CON LE LEGGI VIGENTI IN TERMINI DI ACCREDITAMENTO DELLA STRUTTURA (PAVIMENTAZIONE, CLIMATIZZAZIONE, ILLUMINAZIONE, INSONORIZZAZIONE).
05/06/21	Roche Diagnostics S.p.A.	10. In relazione al requisito di minima presente in tutti e 4 i Presidi Ospedalieri (pag.11, 12, 14 e 15) "La ditta aggiudicataria dovrà fornire eventuali reagenti ausiliari, calibratori e controlli necessari per l'esecuzione dei test per un numero di sette sedute settimanali", si chiede di confermare che le determinazioni offerte da ogni operatore economico prevedano, pena esclusione il mantenimento dei reagenti a bordo fino al loro esaurimento o al sopraggiunto limite di scadenza come indicato dal package insert certificato CE-IVD.	SI CONFERMA
05/06/21	Roche Diagnostics S.p.A.	11. In relazione al parametro valutabile per attribuzione punteggio qualità (pag.19) "Fornitura sistema che utilizzi tecnologia con kits già etichettati RFID per almeno il 90% dei test offerti e relativi software ed hardware per la gestione del magazzino reagenti", per una più ampia partecipazione, si chiede di confermare la possibilità di offrire un programma di magazzino che utilizzi la tecnologia barcode al fine di poter gestire tutti i reagenti e consumabili dell'intero laboratorio.	SI CONFERMA
05/06/21	Roche Diagnostics S.p.A.	<b>LOTTO N. 20 - SCREENING DOWN</b> 12. In riferimento al LOTTO 20 – SCREENING DOWN, il parametro valutabile per attribuzione punteggio qualità (pag.73) "Sistema in Chemiluminescenza", si chiede di considerare equivalente una rilevazione in elettro-chemiluminescenza.	SI CONFERMA
05/06/21	Roche Diagnostics S.p.A.	13. Si chiede conferma che il numero di screening richiesti, 600 sia indicativo di 600 PAPP-A e 600 FREE BETA HCG.	SI CONFERMA
05/06/21	Roche Diagnostics S.p.A.	14. In riferimento al parametro valutabile per attribuzione punteggio qualità (pag.73), "Caricamento in continuo dei reagenti" si chiede di considerare equivalente un sistema che consenta, grazie ad una elevata capacità (18 posizioni reagenti liberamente configurabili), di poter caricare sullo strumento numerosi kit della stessa tipologia, in grado di garantire qualsiasi routine richiesta senza necessità di caricamento in continuo dei reagenti.	SI CONFERMA
05/06/21	Roche Diagnostics S.p.A.	<a href="#">2_RICHIESTA_CHIARIMENTI_DEL_20-05-2021.pdf</a>	
05/06/21	Roche Diagnostics S.p.A.	per tutti i <b>lotti</b> 15. Si chiede di confermare che la strumentazione dovrà essere offerta in noleggio e quindi l'offerta economica dovrà prevedere il canone di noleggio, la cui quota non dovrà essere inferiore al 15% del valore del singolo lotto, e il canone di assistenza tecnica.	IL SERVICE CHE SI CHIEDE COMPRENDE SIA LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLE MACCHINE CHE L'ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI TUTTI I TIPI
05/06/21	Roche Diagnostics S.p.A.	16. Si chiede di confermare che la richiesta di presentazione di documentazione cartacea nella documentazione di gara (es. pagina 5 del Capitolato di Gara "le schede tecniche e le schede di sicurezza dei reagenti in <b>cartaceo</b> " e pag. 81 del suddetto documento "Si chiede di allegare pena esclusione copia del manuale operatore in italiano sia in forma <b>cartacea</b> che digitale") sia un refuso e che tutta la documentazione che compone l'offerta debba essere inviata esclusivamente tramite la piattaforma MEPA sotto forma di file informatici.	SI CONFERMA: TUTTO IN FILE. CIO' CHE VIENE, PER REFUSO, CHIESTO IN CARTACEO, SI DEVE INTENDERE IL FORMATO ELETTRONICO

05/06/21	Roche Diagnostics S.p.A.	<p>per il <b>lotto n. 1</b>  17. Nella sezione relativa alla Reingegnerizzazione del laboratorio di Nicosia, a pagina 6 del Capitolato Speciale, viene richiesto l'elaborazione di un layout del laboratorio specificando che dovrà essere allegata una planimetria dei locali con indicazione degli spazi occupati dalla strumentazione necessaria (al lotto 1) e richiesta nei vari lotti componenti la gara (tutti gli altri lotti la cui strumentazione verrà installata presso il laboratorio di Nicosia) e delle eventuali modifiche strutturali e/o impiantistiche che saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.</p> <p>Qualora un'azienda intendesse partecipare al solo lotto 1, non conoscendo la strumentazione che verrà offerta ed eventualmente aggiudicata per gli altri lotti e conseguentemente non potendo conoscere le eventuali modifiche strutturali e/o impiantistiche che saranno necessarie alla loro installazione, si chiede di poter proporre in questa fase al vostro rispettabile ente, un layout che privilegi una soluzione open-space (oltre ai locali tecnici necessari) in cui venga indicato esclusivamente lo spazio occupato dalla strumentazione necessaria al lotto 1 e delle eventuali modifiche strutturali e/o impiantistiche che saranno necessarie alla sua installazione e la creazione di un eventuale open-space (oltre ai locali tecnici necessari), senza indicare gli spazi occupati dalla strumentazione richiesta negli altri vari lotti componenti la gara e le eventuali modifiche strutturali e/o impiantistiche necessarie all'installazione delle stesse presso il laboratorio di Nicosia.</p>	E' STATO CHIESTO UN PARERE AL SERVIZIO TECNICO AZIENDALE E ALLA UOC DI PATOLOGIA CLINICA. NON APPENA DISPONIBILE SARA' PUBBLICATA LA RISPOSTA.
05/06/21	Roche Diagnostics S.p.A.	18. Si chiede di mettere a disposizione degli OO.EE. le planimetrie di tutti i laboratori interessati, possibilmente in formato dwg.	LE PLANIMETRIE SONO GIA' STATE PUBBLICATE SUL PORTALE ASP DI ENNA ALLA PAGINA RELATIVA ALLA GARA DE QUA
05/06/21	Roche Diagnostics S.p.A.	19. Si chiede di specificare, per ciascun laboratorio coinvolto nella gara, la portata dei rispettivi solai	IL SERVIZIO TECNICO AZIENDALE HA FORMULATO LA SEGUENTE RISPOSTA: Per tutti i solai sede dei Laboratori Analisi dell'ASP di Enna, il sovraccarico accidentale considerato in fase progettuale è pari a 350 kg/mq.
05/06/21	Roche Diagnostics S.p.A.	20. Si chiede di mettere a disposizione degli OO. EE. la tabella dei test, di cui alle pagine 16,17 e 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, in formato xls.	SI INVITA AD USARE I SOFTWARE GRATUITI RINVENIBILI ATTRAVERSO I MOTORI DI RICERCA INTERNET, PER LA TRASFORMAZIONE DA PDF A EXCEL
05/06/21	Roche Diagnostics S.p.A.	21. In relazione al requisito di minima presente a pagina 5 del Capitolato di Gara "L'offerta dovrà comprendere per i laboratori di Enna e di Nicosia anche la fornitura di uno spettrofotometro per letture manuali in assorbanza, concentrazione lineare e non lineare, cinetica, fixed-time e dotato di gruppo fotometrico statico a 8 lunghezze d'onda con filtri interferenziali da 340, 380, 405, 492, 510, 546, 578,630 nm; cuvetta a flusso termostata ad effetto Peltier con pompa peristaltica a volume programmabile /monouso da 10 mm", si chiede di confermare che la dicitura "spettrofotometro" sia un refuso ed in realtà si tratti di un fotometro, in quanto quest'ultimo è quello che presenta i filtri interferenziali così come in descrizione, invece uno spettrofotometro seleziona la lunghezza d'onda tramite un monocromatore a reticolo con selezione NM x NM. In alternativa si chiede di confermare l'equivalenza tra i due tipi di strumentazione.	SI RIMANDA ALLA RISPOSTA AI CHIARIMENTI RICHIESTI IL 26/05/2021
05/06/21	Roche Diagnostics S.p.A.	22. In relazione all'elenco dei test di cui alle pagine 16,17 e 18 del Capitolato di Gara, al fine di ottimizzare i test per calibratori e controlli e nell'ottica dell'ottimizzazione della stabilità on board dei reagenti, si chiede di esplicitare come deve essere suddivisa la routine tra strumento principale e strumento di backup e se tale suddivisione è esplicitativa per tutti i presidi. Si chiede, inoltre, se va valutata l'incidenza del test nell'economia del laboratorio individuando una soglia al di sotto del quale il test va inserito su una sola strumentazione.	LO STRUMENTO PRINCIPALE E QUELLO DI BACKUP DEVONO SEMPRE AVERE A BORDO I TEST PER L'URGENZA OLTRE AI TEST RICHIESTI CON UNA FREQUENZA > A 10000 TEST ANNUI.
05/06/21	Roche Diagnostics S.p.A.	per il <b>lotto n. 20</b> 23. Si chiede di indicare le sedute settimanali	N. 1 – 2 SEDUTE SETTIMANALI
05/06/21	Roche Diagnostics S.p.A.	<a href="#">3_RICHIESTA_CHIARIMENTI_DEL_26-05-2021.pdf</a>	

05/06/21	Roche Diagnostics S.p.A.	24. In relazione alla richiesta per i PO di Enna e Nicosia relativa a 2 spettrofotometri, si chiede di considerare almeno equivalente uno spettrofotometro che presenti un sistema a monocromatore in grado di selezionare la lunghezza d'onda nanometro per nanometro comprendendo nel range selezionabile lunghezze d'onda dall'ultravioletto all'infrarosso, comprendendo quindi anche le lunghezze d'onda indicate dai filtri interferenziali indicati in capitolato.	SI CONFERMA L'EQUIVALENZA COME GIA' COMUNICATO IN
03/06/2021	DiaSorin S.p.A.	<b>1) Art. 12 – Disciplinare di gara - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC</b> La piattaforma ANAC, nel procedere con il pagamento del contributo di cui all'art. 12 del disciplinare, segnala che la Scadenza della procedura offerta è il <b>27/09/2019</b> . Confermate che trattasi di refuso? In caso di refuso chiediamo che venga aggiornata la scadenza della procedura sul sistema ANAC.	ALTRA RISPOSTA A RICHIESTA DI CHIARIMENTI, SI E' GIA' PROVVEDUTO A RICHIEDERE ALL'ANAC LA MODIFICA DELLA DATA DI SCADENZA DEL PAGAMENTO, A BREVE SARA' POSSIBILE PROVVEDERE
03/06/2021	DiaSorin S.p.A.	<b>2) Art. 13 – Disciplinare di gara - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA</b> L'“OFFERTA” è composta da: A – Documentazione amministrativa; B – Offerta tecnica[una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare]; C – Offerta economica[una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare]; D – Documenti a comprova eventuale [ una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare].	SI INTENDE QUALUNQUE DOCUMENTAZIONE CHE L'OPERATORE VOLESSE ALLEGARE PER DIMOSTRARE I REQUISITI VARI RICHIESTI
03/06/2021	DiaSorin S.p.A.	<b>3) Art. 15.1 – Disciplinare di gara - Imposta di bollo</b> Confermare la possibilità di adempiere al versamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00 attraverso il modello F23 come riportato alla pag. 21 del disciplinare? In caso di risposta positiva si chiede la pubblicazione degli estremi per poter procedere in tal senso.	INDICARE NELL'F23 IL CODICE UFFICIO : TXQ
03/06/2021	DiaSorin S.p.A.	<b>4) Art. 15.2 – Disciplinare di gara – Documento di gara unico europeo</b> Si chiede la pubblicazione del documento DGUE in formato editabile in quanto sulla piattaforma MEPA è stato pubblicato il solo formato .PDF.	SI INVITA A REPERIRE DETTO FILE PRESSO I SITI UFFICIALI, GAZZETTA UFFICIALE, MINISTERI ETC)
03/06/2021	DiaSorin S.p.A.	<b>5) Art. 7.2 – Disciplinare di gara - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA - B) Fatturato specifico e 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE: a) Elenco delle forniture analoghe</b> Si prega di confermare che per fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto si possa intendere il fatturato analogo a quello oggetto di gara “Sistemi Diagnostici”, riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari, approvati alla data di pubblicazione della presente procedura e di conseguenza si chiede conferma che anche l'Elenco delle forniture analoghe sarà da intendersi per il settore “Sistemi Diagnostici”.	SI INVITA ALLA VALUTAZIONE DELL'AREA DELLE FORNITURE EFFETTUATE E L'AMBITO DEI SERVIZI PRESTATI NEL RISPETTO DELL'OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA CHE, NELL'OGGETTO RIPORTA: <b>PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI REAGENTI E MATERIALE CONSUMABILE PER I LABORATORI DI PATOLOGIA CLINICA DELL'ASP DI ENNA.</b> CON LE SPECIFICHE DI OGNI LOTTO, ABBASTANZA ESPLICITE E DETTAGLIATE, TALE DA NON POTERE DARE ADITO A DIVERSE INTERPRETAZIONI SE NON QUELLE CHE SI EVINCONO ALLA LETTURA TESTUALE DI TUTTO IL CAPITOLATO PUBBLICATO.
03/06/2021	DiaSorin S.p.A.	6) Si prega di confermare, con riferimento alla richiesta di comprova del requisito <b>capacità economica e finanziaria</b> che i documenti richiesti (Idonee dichiarazioni bancarie, dichiarazione concernente il fatturato globale) debbano essere trasmessi mediante AVCPASS non in fase di gara ma solamente in fase di comprova del requisito.	I DOCUMENTI TRASMESSI MEDIANTE AVCPASS DEBONO ESSERE TRASMESSI IN FASE DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA DE QUA.

03/06/2021	DiaSorin S.p.A.	7) Si prega di confermare con riferimento alla richiesta di comprova del requisito <b>capacità tecnica e professionale</b> che i documenti richiesti debbano essere trasmessi mediante AVCPASS non in fase di gara ma solamente in fase di comprova del requisito.	I DOCUMENTI TRASMESSI MEDIANTE AVCPASS DEBONO ESSERE TRASMESSI IN FASE DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA DE QUA.
03/06/2021	DiaSorin S.p.A.	<b>8) Art. 10 - Disciplinare di gara - Garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base del lotto a cui si partecipa.</b> Si prega di chiarire se il 2% si intende calcolato sulla base d'asta annua del lotto di partecipazione di cui al Capitolato speciale e rapportata ai sette anni di fornitura oppure se il 2% deve essere calcolato sull'importo "totale settennale" della tabella a pag. 7 del disciplinare di gara di cui all'art. 3 (Base d'asta + quinto d'obbligo + proroga)	SI CONFERMA CHE LA BASE D'ASTA SULLA QUALE CALCOLARE L'IMPORTO DELLA GARANZIA PROVVISORIA E' QUALLA COMPRENSIVA DEL QUINTO D'OBBLIGO E DELLA EVENTUALE PROROGA DI MESI SEI
03/06/2021	DiaSorin S.p.A.	9) Si prega di confermare, nel caso di documentazione tecnica non resa in lingua italiana, che questa possa essere presentata corredata da traduzione semplice con autocertificazione di copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dal sottoscrittore procuratore dell'offerta.	SI INVITA AD ATTENERSI A QUANTO RICHIESTO NEL DISCIPLINARE E NEL CAPITOLATO
03/06/2021	DiaSorin S.p.A.	10) Si chiede se l'Allegato_PrezziUnitari deve essere presentato solo per il lotto di pertinenza e quindi eliminando i lotti di non interesse o se deve essere lasciato completo anche dei lotti di non pertinenza.	E' POSSIBILE COMPILARE SOLO IL LOTTO DI INTERESSE ED ELIMINARE LE PAGINE RELATIVE AI LOTTI PER I QUALI NON SI INTENDE PARTECIPARE
31/05/2021	Binding site	in relazione alla gara in oggetto chiediamo i seguenti chiarimenti relativi al lotto 13- Dosaggio Catene leggere libere Kappa e Lambda: in relazione al criterio di valutazione "card monouso" a cui è associato il punteggio di "20 punti", si chiede di confermare che verrà considerata equivalente l'offerta di una strumentazione turbidimetrica completamente automatica ad alta sensibilità insieme a kit di catene leggere libere Kappa e Lambda utilizzabili su siero, urine e liquor il cui uso è raccomandato nelle linee guida internazionali degli ematologi. il numero totale di 400 test totali indicati, si riferisce alla somma di 200 test di catene leggere libere Kappa e di 200 test di catene leggere libere Lambda oppure indica la richiesta di 400 test di catene leggere libere Kappa e 400 test di catene leggere libere Lambda Il test Catene leggere libere Kappa e Lambda deve essere validato CE IVD su : 1) solo siero?; 2) siero e liquor? ; 3) siero, liquor e urina ?	CON RIFERIMENTO ALLA VOCE DELLA GRIGLIA DI QUALITA' CHE RECITA CARD MONOUSO 20 PUNTI: SARA' VALUTATO A DISCREZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA DI GARA. IL NUMERO DI TEST: 400 KAPPA, 400 LAMBDA. IL TEST DEVE ESSERE VALIDATO CE/IVD PER SIERO E LIQUOR.
03/06/2021	Binding site	chiarimenti relativi al lotto 13- Dosaggio Catene leggere libere Kappa e Lambda: il base d'asta settennale indicato nel disciplinare a pag 7 capitolo3 è di 133.500€, mentre nel capitolato speciale a pag.57 è indicato 15.000€. Quale importo è corretto? All'interno del sito ANAC, non è possibile pagare il contributo per ilCIG 77891799D8 indicato per il lotto 13, in quanto risulta essere legato una gara scaduta nel 2019. Potreste indicarci come possiamo procedere per il pagamento del contributo?	SI INVITA A LEGGERE LE RISPOSTE AI QUESITI IDENTICI
03/06/21	DiaSorin S.p.A.	<b>Art. 3 - Disciplinare di gara "OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI</b> a) Si chiede confermare che nella tabella a pag. 7 la descrizione della colonna "importo settennale" è un refuso e che quindi è da intendersi "importo settennale + c.d. quinto d'obbligo + di eventuale proroga tecnica. b) Confermate che gli importi riportati nella tabella a pag. 7 dell'art. 3 non sono da intendersi importi a base d'asta ? c) Confermate che gli importi a base d'asta per la formulazione dell'offerta economica (art. 17) sono da intendersi, per ogni lotto, quelle riportate nel Capitolato speciale.	a) SI CONFERMA CHE SI INTENDE 7 ANNI+QUINTO D'OBBLIGO+PROROGA. b) GLI IMPORTI DELLA TABELLA SONO PROPRIO GLI IMPORTI A BASE D'ASTA SUI QUALI PROPORRE LA PROPRIA OFFERTA. c) GLI IMPORTI A BASE D'ASTA, SI RIPETE, SONO QUELLI RIPORTATI NEL DISCIPLINARE, COME APPENA SPECIFICATO

03/06/21	DiaSorin S.p.A.	<p>2) <b>Allegato A – Domanda di partecipazione oggetto</b> :</p> <p>“Gara a procedura aperta per la fornitura settennale, in service, di sistemi per indagini diagnostiche, diagnostici, prodotti chimici, vetrerie e materiali vari di consumo, per i Laboratori di Patologia Clinica dell’Azienda Sanitaria Provinciale per gli anni 2021 - 2028, con <b>eventuale proroga tecnica di mesi sei</b> - SIMOG numero gara 7332869” .  <b>Mentre all’art. 4.2 IMPORTO A BASE DI GARA</b> :  Si precisa che sulla piattaforma SIMOG sarà indicato il valore del lotto singolo (determinato ai sensi dell’art.35 del D.Lgs 50/2016e ss.mm.ii.)  comprensivo dell’importo complessivo a base d’asta del c.d. quinto d’obbligo e di <b>eventuale proroga tecnica per mesi dodici</b>.  Si chiede di chiarire quale è la durata effettiva della fornitura.</p>	<p>LA DURATA EFFETTIVA E' 7 ANNI +PROROGA TECNICA DI MESI SEI. INOLTRE SI E' PREVISTA LA POSSIBILITA' DI OPZIONE ANCHE, ED EVENTUALMENTE, IL QUINTO D'OBLIGO.</p>
07/05/21	ABBOTT	<p>6. A pag. 19 del capitolato speciale d'appalto “caratteristiche oggetto di valutazione qualitativa” tra i criteri dell’automazione preanalitica viene previsto “Maggior numero di rack specifici prodotti per analizzatori”. Si chiede di confermare che i 2 punti saranno attribuiti all’azienda che offre il maggior numero di rack mentre a tutti le altre verrà assegnato un punteggio pari a zero.</p>	<p><b>ERRATA CORRIGE FORMULATA DALLA DRSSA RESTIVO DIRETTORE DELLA UOC DI PATOLOGIA CLINICA IN DATA 31/05/2021</b> : A TALE CARATTERISTICA VERRANNO ASSEGNATI PUNTI 2 AL SISTEMA PIU' PERFORMANTE E PROPORZIONALE AGLI ALTRI.</p>
07/05/21	ABBOTT	<p>7. A pag. 20 del capitolato speciale d'appalto “caratteristiche oggetto di valutazione qualitativa” tra i criteri dei reagenti viene previsto “Assenza di produzione di rifiuti speciali liquidi”. Si chiede di confermare che il criterio deve essere inteso come “minore produzione di rifiuti liquidi/h” e che il relativo punteggio di 2 punti verrà attribuito allo strumento integrato con minor produzione di rifiuti liquidi/h e proporzionalmente agli altri</p>	<p><b>ERRATA CORRIGE FORMULATA DALLA DRSSA RESTIVO DIRETTORE DELLA UOC DI PATOLOGIA CLINICA IN DATA 31/05/2021</b> : SI CONFERMA CONSIDERANDO LA CARATTERISTICA RIFERITA AI RIFIUTI LIQUIDI SPECIALI. IL SISTEMA PER TALI RIFIUTI VA CONSIDERATO SOLO PER IL PO UMBERTO I DI ENNA.</p>
24/05/21	EUROIMMUN	<p>CAPITOLATO SPECIALE - ALLEGATO 1 – LOTTO N. 5 - TABELLA TIPOLOGIA ESAMI: DOMANDA: E' POSSIBILE PARTECIPARE ALLA FORNITURA CON ALMENO IL 90% DEI PARAMETRI RICHIESTI?</p>	<p>ALLEGATO 1 – LOTTO N. 5 TABELLA TIPOLOGIA ESAMI: FORNITURA DI TUTTI I PARAMETRI RICHIESTI</p>
24/05/21	EUROIMMUN	<p>CAPITOLATO SPECIALE - ALLEGATO 1 – LOTTO N. 5 - TABELLA TIPOLOGIA ESAMI: INOLTRE ESSENDO IL LOTTO N. 5 MOLTO COMPLESSO E RICHIEDENDO LA COSTITUZIONE DI A.T.I., E' POSSIBILE AVERE UNA PROROGA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA?</p>	<p>NON E' POSSIBILE CONCEDERE PROROGHE</p>
31/05/2021	MEDICAL SYSTEMS	<p>In merito al lotto 7 “Lotto Elettroforesi capillare”, chiediamo conferma che la caratteristica“ Fornitura di controlli di qualità di terze parti da concordare con il Laboratorio e/o con documentata iscrizione a controlli nazionali interlaboratorio” è da intendersi come richiesta di fornitura di controllo VEQ da concordare con il Laboratorio con documentata iscrizione a controlli nazionali interlaboratorio.</p>	<p>IN MERITO AL QUESITO LOTTO 7 ELETTROFORESI CAPILLARE: SI CONFERMA</p>
20/05/21	bioMérieux Italia S.p.A.	<p>Chiarimenti sul Disciplinare di gara:  Quesito n°1  Nel Disciplinare l'unico passaggio che fa riferimento alle Penali è il seguente (paragrafo 24, penultimo capoverso, pag. 45 di 49) “Salva comunque l’applicazione delle penalità previste dall’articolo seguente e la risarcibilità dell’ulteriore danno, l’aggiudicatario inadempiente sarà addebitato l’eventuale maggior costo della nuova fornitura”. Tuttavia, il paragrafo successivo parla di definizione delle controversie e non di penali e in nessun altro punto del Capitolato si trova riferimento alla percentuale di penale da indicare ai sensi dell’art. 113 bis, comma 4 del codice degli appalti (valore compreso tra 0,3 per mille e 1 per mille).  Si chiede di conoscere nello specifico l’entità delle penali che verrebbero applicate nelle varie situazioni.</p>	<p>NEL CASO CHE LA LEX SPECIALIS NON SPECIFICA L'ENTITA', VIENE APPLICATA LA NORMA NAZIONALE CHE, IN MERITO E' ABBASTANZA CHIARA.</p>



20/05/21	bioMérieux Italia S.p.A.	<p>Quesito n°2</p> <p>Nel Disciplinare di gara si fa riferimento al sistema CONSIP come sistema di gestione della gara telematica, ma non viene riportato in nessun documento il numero di riferimento della gara all'interno del sistema stesso. Cercando anche all'interno del sistema CONSIP non compare la procedura in oggetto.</p> <p>Si richiede di indicarne il numero di gara, in modo da consentirne la partecipazione, tanto più che, in occasione di gare su piattaforma telematica, qualsiasi forma di comunicazione deve avvenire in forma pubblica.</p>	<p>LA COMUNICAZIONE PRESSO IL PORTALE AZIENDALE DELL'ASP DI ENNA ALLA VOCE BANDI DI GARA E' ABBASTANZA CHIARA. IL PERCORSO DA SEGUIRE PER RAGGIUNGERE LA PIATTAFORMA SULLA QUALE PRESENTARE L'OFFERTA E' INDICATO ATTRAVERSO UN LIK.</p>
20/05/21	bioMérieux Italia S.p.A.	<p>Quesito n°3</p> <p>In riferimento al punto 16 "Contenuto dell'offerta tecnica" è specificato: "sarà obbligo della ditta indicare su ogni scheda tecnica la numerazione del lotto di riferimento. In caso di inadempienza verrà dichiarata la non valutabilità del prodotto stesso...".</p> <p>Si chiede di potere indicare il lotto di riferimento in altra maniera quale per esempio l'inserimento delle singole schede tecniche in una cartella con il numero del lotto, evitando così alle aziende concorrenti di dovere editare una alla volta tutte le schede tecniche dei prodotti offerti.</p>	<p>ATTRAVERSO L'USO DI SOFTWARE ANCHE GRATUITI E' POSSIBILE FARE QUANTO, IN QUESTO QUESITO, POSTO QUALE DIFFICOLTA'. E' NECESSARIO IDENTIFICARE IL LOTTO</p>
20/05/21	bioMérieux Italia S.p.A.	<p>Quesito n°4</p> <p>Sempre in riferimento al punto 16 "Contenuto dell'offerta tecnica" è previsto che: "le ditte dovranno avere cura di riunire attraverso apposita fascicolatura, tutta la documentazione relativa ad ogni singolo lotto". Si chiede cosa si intenda per fascicolatura dato che trattasi di gara telematica.</p>	<p>L'ESPRESSIONE DEVE ESSERE INTESA IN SENSO TELEMATICO, CIOE' RAGGRUPPATO IN UN UNICO FILE. QUALORA IL PESO SPECIFICO DEL FILE DOVESSE SUPERARE IL LIMITE CONSENTITO, SI INVITA A LEGGERE LE RISPOSTE A QUESITI DI TAL GENERE, GIA' PUBBLICATI</p>
20/05/21	bioMérieux Italia S.p.A.	<p>Quesito n°5</p> <p>Riguardo l'offerta economica, il punto n. 17 del Disciplinare recita: "Ciascun prezzo unitario deve essere offerto e, in ogni caso, sarà considerato comprensivo della prestazione dei servizi connessi".</p> <p>Si chiede di conoscere in maniera dettagliata cosa si intende per "servizi connessi"</p>	<p>SI INTENDE QUANTO RICHIESTO COME FORNITURA COMPLETA IN SERVICE, COMPOSTA DALLA MESSA A DISPOSIZIONE DELLE MACCHINE, DELLA FORNITURA DEI MATERIALI DI CONSUMO, DI TEST, NONCHE' DELL'ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI TUTTI I TIPI E DI QUANT'ALTRO NECESSARIO.</p>
20/05/21	bioMérieux Italia S.p.A.	<p>Quesito n°6</p> <p>Dalla lettura del Disciplinare di gara e dalla modalità di formulazione dell'offerta economica non si evince se trattasi di una procedura che prevede la fornitura di apparecchiature in service con la formula del comodato oppure sono previsti canoni di Noleggio e di Assistenza, oltre alla fornitura dei reagenti.</p> <p>Si chiede di specificare la modalità di offerta prevista.</p>	<p>L'OOFFERTA FORMULATA DA TUTTE LE DITTE DEVE ESSERE OMNICOMPENSIVA DELLA FORNITURA COME SPECIFICATO NELLA RISPOSTA PRECEDENTE E NEL RISPETTO DI QUANTO SPECIFICATO NEGLI ATTI DI GARA CHE SI INVITA A RILEGGERE ATTENTAMENTE</p>
20/05/21	bioMérieux Italia S.p.A.	<p>Quesito n°7</p> <p>Nel caso in cui fossero previsti i canoni di noleggio e di assistenza tecnica, si chiede di specificare in maniera puntuale come dovranno essere inseriti i relativi importi sia nella piattaforma elettronica prevista sia nell'offerta economica da presentare dato che il modello da voi fornito non prevede l'inserimento dei canoni.</p>	<p>SI INVITA A LEGGERE LE RISPOSTE PRECEDENTI</p>

20/05/21	bioMérieux Italia S.p.A.	<p>Quesito n°8</p> <p>Il file "PREZZI UNITARI" su cui formulare l'offerta economica risulta comunque incompleto non consentendo una ottimale comparazione delle offerte tra le varie aziende, mancando tutta una serie di informazioni fondamentali, quali il codice del prodotto offerto, i quantitativi richiesti, il prezzo a confezione, il numero di test per confezione, il n. di confezioni offerte ecc. Si chiede pertanto di fornire un modello "Prezzi Unitari" che contenga tutte le informazioni necessarie per una corretta comparazione delle offerte delle varie ditte.</p>	<p>SI INVITA AD AGGIUNGERE AL FILE FORNITO IN EXCEL LE COLONNE CHE SI RITENGONO OPPORTUNE, AL FINE DI MEGLIO SPECIFICARE LA PROPRIA OFFERTA. IL FINE, CON L'INDICAZIONE DELL'UNICA COLONNA DI PREZZI UNITARI, ERA STATO PREVISTO QUALE INDICAZIONE DEL PREZZO UNITARIO DEL TES, COME SU SPECIFICATO, OMNICOMPRESIVO DEI SERVIZI E FORNITURE IN SERVICE</p>
20/05/21	bioMérieux Italia S.p.A.	<p>Quesito n°9</p> <p>Si chiede di chiarire come inserire nell'offerta economica reagenti non previsti dal capitolato tecnico, come consumabili, materiale accessori, calibratori controlli ecc. e reagenti equivalenti in alternativa, non essendo prevista alcuna possibilità nel file "PREZZI UNITARI".</p>	<p>L'INDICAZIONE DELLE VOCI QUALI ACCESSORI, CALBRATORI, CONTROLLI ETC, DEVE ESSERE INSERITA CON RIGHE ULTERIORI CHE POSSONO ESSERE INSERITE NEL FILE DI EXCEL. LA COLONNA DI PREZZI UNITARI, PERO' DEVE ESSERE QUELLA CHE INDICA IL COSTO OMNICOMPRESIVO</p>
20/05/21	bioMérieux Italia S.p.A.	<p>Quesito n°10</p> <p>Poiché lo spazio disponibile sulla piattaforma telematica messa a disposizione da Consip è insufficiente per l'inserimento delle relazioni tecniche dei certificati e di quant'altro richiesto considerata la complessità e il numero di reagenti di alcuni lotti, si chiede di trovare una soluzione per superare questa limitazione.</p>	<p>SI INVITA A LEGGERE LE RISPOSTE AI QUESITI IDENTICI</p>
20/05/21	bioMérieux Italia S.p.A.	<p>Quesito n°11</p> <p>Al punto 18.3 del Disciplinare di gara " Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica" si chiede di chiarire cosa indichi la componente <math>\alpha = 0,5</math> che non compare nella formula di calcolo del punteggio.</p>	<p>TALE FORMULA RIPORTATA NEL DISCIPLINARE E' QUELLA COMUNICATA DALLA PIATTAFORMA CONSIP, CHE SARA' UTILIZZATA PER LA GESTIONE DELLA PROGEDURA APERTA TELEMATICA. AL FINE DI POTERE AVERE MAGGIORI RAGGIAGLI E' POSSIBILE CONSULTARE I DOCUMENTI CONSIP QUALI: <i>Le formule della Piattaforma di eprocurement - Metodi di attribuzione del punteggio tecnico ed economico,</i></p>
20/05/21	bioMérieux Italia S.p.A.	<p>Chiarimenti sul Capitolato Speciale d'Appalto Allegato 1</p> <p>Quesito n°12</p> <p>Tra le avvertenze generali viene richiesta alla ditta partecipante che offre strumenti da banco la fornitura di un adeguato numero di tavoli opportunamente carrellati ed attrezzati per gli stessi.</p> <p>Si chiede di specificare se la fornitura di questi accessori dovrà essere fatta sotto richiesta del laboratorio in funzione delle loro esigenze ed eventualmente di specificare le necessità in modo da poter effettuare un calcolo più accurato della fornitura.</p>	<p>SI CONFERMA QUANTO RIPORTATO SUL CAPITOLATO</p>
20/05/21	bioMérieux Italia S.p.A.	<p>Quesito n°13</p> <p>Lotto N. 4 – Batteriologia. Caratteristiche oggetto di valutazione qualitativa.</p> <p>Criterio: Inoculo automatico.</p> <p>Si chiede conferma che per "Inoculo automatico" si intende che il riempimento dei pannelli di identificazione ed antibiogramma venga effettuato dal sistema offerto senza alcun intervento da parte dell'operatore.</p>	<p>LOTTO N. 4 BATTERIOLOGIA – CRITERIO INOCULATO AUTOMATICO. SI CONFERMA.</p>
20/05/21	bioMérieux Italia S.p.A.	<p>Quesito n°14</p> <p>Criterio: Flaconi per anaerobi con agente litico.</p> <p>Si chiede conferma che, nel caso in cui si possedessero flaconi per anaerobi con questa caratteristica, gli stessi debbano essere offerti nella apposita voce n. 156 "Flaconi per germi anaerobi".</p>	<p>Criterio: Flaconi per anaerobi con agente litico. SI CONFERMA</p>

20/05/21	bioMérieux Italia S.p.A.	<p>Quesito n°15</p> <p>Relativamente al Lotto n°4 – Batteriologia, si evidenzia che nell'elenco dei prodotti richiesti è presente la voce n°178 "Slide a due terreni per gonococchi con generatore di CO2". Tale prodotto non risulta più in commercio su nessun listino delle varie ditte, si chiede pertanto di eliminare tale voce.</p>	<p>SI ELIMINA TALE VOCE QUALORA VIENE CONFERMATA L'ASSENZA DAI LISTINI DI TUTTE LE DITTE.</p>
20/05/21	bioMérieux Italia S.p.A.	<p>Quesito n°16</p> <p>Lotto n°4 – Batteriologia</p> <p>Si porta in evidenza che le quantità indicate in gara, quale fabbisogno, risulta essere di gran lunga superiore ai consumi storici dei vari presidi della ASP, ciò comporta che la base d'asta stabilita, benché in linea con la spesa storica, di fatto risulta essere non congrua. Infatti, essendo fornitori per il settore della microbiologia, nella gara in oggetto si passa da uno storico di circa 6.000 test tra identificazione batterica ed antibiogramma a 14.000 test annui. Altro esempio, terreni di coltura in piastre, passiamo da uno storico di 18.700 piastre a 36.980 piastre messe in gara. Se consideriamo che i prezzi attualmente in vigore risalgono al 2007 a cui andrebbe aggiunto la rivalutazione su base ISTAT avvenuta in questi anni appare evidente che la base d'asta non è congrua e le quantità messe a gara non sono confermate dagli attuali consumi. Pertanto si chiede di rivedere o la base d'asta o i quantitativi indicati rendendoli conformi ai reali consumi storici.</p>	<p>SI CONFERMA QUANTO RIPORTATO SUL CAPITOLATO</p>
20/05/21	bioMérieux Italia S.p.A.	<p>Contestazioni sul capitolato. Nella fattispecie nell'allegato 1, capitolato speciale d'appalto, tra le avvertenze generali si chiede di specificare, pena esclusione, oltre al prezzo del singolo test anche il costo per l'uso degli apparecchi in service e della manutenzione preventiva. E' specificato a tal proposito che la quota per l'uso non potrà essere inferiore al 15% del valore del singolo lotto e che verrà azzerata alla fine del periodo di ammortamento previsto in 5 anni dalla data della fornitura. Si ritiene illegittima questa clausola del CSA in quanto l'amministrazione non può stabilire arbitrariamente il periodo di ammortamento di un bene strumentale in quanto ciò dipende dalle scelte operate delle varie Aziende, nei limiti che la legge prevede. Inoltre l'importo dei canoni previsti dovrebbero essere riconosciuti fino al termine stabilito per la fornitura e quindi, in questo caso, in sette anni. Solo in caso di proroga oltre tale periodo può essere richiesta una rinegoziazione delle condizioni contrattuali per i canoni di locazione, tenuto conto anche che i prezzi dei prodotti offerti dovrebbero essere riconsiderati in funzione dell'andamento ISTAT come previsto dal Codice degli Appalti. E' illegittimo inoltre, a nostro avviso, fissare una quota minima del valore del canone di locazione, in questo specifico caso il 15% del valore complessivo del lotto, in quanto le quote di locazione e assistenza tecnica variano in funzione del costo delle singole apparecchiature offerte per ciascun lotto, pertanto il valore dei canoni è strettamente di competenza delle aziende offerenti e non può essere in alcun modo fissato a monte dall'ente appaltante. Si aggiunge altresì che, qualora venisse applicato il principio indicato nel CSA (abbattimento del canone di locazione dopo il quinto anno, con importo minimo del 15% sulla base d'asta) l'amministrazione di fatto si pratica uno sconto di tale valore per gli anni successivi di fornitura. Si porta in evidenza che le quantità indicate in gara, quale fabbisogno, risulta essere di gran lunga superiore ai consumi storici dei vari presidi della ASP, ciò comporta che la base d'asta stabilita, benché in linea con la spesa storica, di fatto risulta essere non congrua. Pertanto si chiede di rivedere o la base d'asta o i quantitativi indicati rendendoli conformi ai reali consumi storici.</p>	<p>NELLA CONSIDERAZIONE CHE TALI CONTESTAZIONI RISULTANO PRESSOCHÉ UNICHE, NON SI RITIENE DI DOVERE FORMULARE GIUSTIFICATIVI RISPETTO ALLA FORMULAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA BASE D'ASTA COMPRESIVA DELLA VALUTAZIONE SULL'AMMORTAMENTO DEL COSTO DELLE MACCHINE MESSE A DISPOSIZIONE, IN UNO ALLA FORNITURA, OMNICOMPRESIVA, DI MATERIALI DI CONSUMO, TEST E SERVIZI VARI. I CALCOLI DA EFFETTUARE, DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, AL FINE DELLA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA FINALE, SI APPARTENGONO AGLI STESSI OPERATORI E, QUINDI, STABILIRE SE L'OFFERTA IPOTETICA DI EURO X PER IL PRODOTTO Y E' DATA DALLA SOMMATORIA DELLA VOCE 1+VOCE 2+ VOCE 3+ VOCE 4 ETC, SIA APPARTIENE SOLO ALL'OPERATORE PARTECIPANTE E NON ALLA STAZIONE APPALTANTE. IN SINTESI SI VUOLE ESPLICITARE CHE, NEL RISPETTO DELLA BASE D'ASTA E DELLA PERCENTUALE INDICATA NEGLI ATTI DI GARA, SECONDO UN PRINCIPIO DEI VASI COMUNICANTI, LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA VIENE PESATA, PER ESEMPIO, IN MISURA MAGGIORE PER LA QUOTA PRODOTTO, PIUTTOSTO CHE PER LA QUOTA SERVIZI, TALE SCELTA APPARTIENE SOLO ALL'O.E. PER QUANTO RIGUARDA LE QUANTITÀ INDICATE QUALE FABBISOGNO, SI SPECIFICA CHE TALE VALUTAZIONE SI APPARTIENE SOLO AL DIRETTORE DELLA UOC DI PATOLOGIA CLINICA.</p>