

DATA RICHIESTA	DITTA	OGGETTO RICHIESTA	RISPOSTA
03/06/21	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A. WERFEN	<p>Chiarimento Lotto n. 3                      In riferimento al LOTTO 3 – COAGULAZIONE, pag.26 delle caratteristiche di minima del Capitolato Speciale d'Appalto, si prega di confermare che <b><i>l'Identificazione positiva dei reagenti mediante lettore barcode all'atto dell'introduzione del rack Porta reagenti (o dei singoli flaconi) nello strumento</i></b>", debba avvenire automaticamente all'atto dell'introduzione in macchina dei reagenti senza ulteriori interventi dell'operatore.</p>	SI CONFERMA QUANTO RIPORTATO SUL CAPITOLATO
26/05/21	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A. WERFEN	<p>Chiarimento amministrativo Sul portale Mepa viene richiesto di allegare la "comprova imposta di bollo". Si chiede di specificare se deve essere effettuata tramite mod. F24 o con l'indicazione del numero seriale della marca da bollo. Inoltre si chiede conferma che se l'imposta di bollo è riferita alla "Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva per l'ammissione alla gara" (Allegato A) tale documentazione va già resa con l'applicazione della marca da bollo.</p>	SI INVITA A LEGGERE LE RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTO SIMILI
26/05/21	HORIBA ABX SAS SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE	<p>DISCIPLINARE DI GARA – Pag. 37 Metodo attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica                      CHIARIMENTO: si chiede la verifica della formula "quadratica" riportata nel disciplinare e di confermare se la formula corretta è corrispondente a quanto indicato nel file allegato, ovvero con elevazione ad esponente.</p>	SI INVITA A LEGGERE LE RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTO SIMILI
26/05/21	HORIBA ABX SAS SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE	<p>In riferimento all'offerta economica nel file "Prezzi Unitari" si chiede se bisogna indicare, oltre ai prezzi a confezione di tutti i prodotti moltiplicati per il numero di confezioni offerte per il periodo settennale, quanto segue: 1) la percentuale di quota parte del Lotto relativa all'uso della strumentazione (che sarà scorporata dai prezzi offerti delle singole confezioni allo scadere del quinto anno di aggiudicazione), oppure il canone di noleggio che potrà essere fatturato e corrisposto sino al quinto anno oltre ai prezzi unitari dei reagenti. 2) il prezzo di ogni test: emocromo, reticolocita, eritroblasta e vetrino.</p>	<p>IL FILE IN EXCEL PUO' ESSERE UTILIZZATO ANCHE AGGIUNGENDO DELLE COLONNE O DELLE RIGHE. E' IMPORTANTE PER L'ASP DI ENNA CHE SI EVINCA IL COSTO UNITARIO OMNICOMPRESIVO DI TUTTO (USO DELLE MACCHINE PER I PRIMI 5 ANNI E POI NON VERRA' PAGATO ALCUN ONERE, E QUINDI ANDRA' SCOPRORATO DAL COSTO UNITARIO OMICOMPRESIVO, POI IL COSTO DELL'ASSISTENZA E MANUTENZIONE, COSTO SERVIZI, SOFTWARE, ETC.). LO SCOPO E' CONOSCERE L'OFFERTA UNITARIA CHE, OVVIAMENTE MOLTIPLICATA PER LE QUANTITA' RICHIESTE IN CAPITOLATO, DEVE DARE IL TOTALE DELL'OFFERTA CHE SI PRESENTERA' PER IL LOTTO O I LOTTI DI INTRESSE E PER TUTTA LA DURATA PREVISTA.</p>

26/05/21	HORIBA ABX SAS SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE	3 – Lotto Ematologia Per l'ospedale di Leonforte e di Piazza Armerina sono previsti un numero di esami/anno esiguo pari a: PP.OO. Leonforte: 14 emocromi/gg 1 reticolocita ogni 3 gg PP.OO. Piazza Armerina: 36 emocromi/gg circa 2 reticolociti al gg. La richiesta per ogni PP.OO. risulta essere per due strumenti identici, con caratteristiche minime per cadenza analitica media, ed esecuzione di liquidi biologici. CHIARIMENTO: le caratteristiche oggetto di valutazione riguardano, quasi per la totalità, i 4 PP.OO. dell'ASP Enna. Gli analizzatori dovrebbero pertanto avere caratteristiche ad alta capacità analitica per rispondere in modo esaustivo. Si chiede il numero di liquidi biologici annui previsti per i PP.OO. di Leonforte e Piazza Armerina.	SI POSSONO PREVEDERE N. 40 TEST A PIAZZA ARMERINA E N. 15 A LEFORTE
26/05/21	HORIBA ABX SAS SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE	4 – Lotto Ematologia Patologia Clinica PP.OO. M. Chiello e F.B.C. Tra i requisiti minimi richiesti: • Aspirazione di una quantità non superiore a 200 microlitri di campione in modalità automatica; deve potere eseguire il conteggio dei reticolociti e indicare la presenza di eritroblasti. 1) Chiarimento: si chiede di specificare se il conteggio dei reticolociti deve esprimere anche le frazioni immature con basso, medio e alto contenuto di RNA (L,M,H), così come richiesto per gli analizzatori per i PP.OO. Umberto I e C. Basilotta. 2) Chiarimento: si chiede di motivare perché per tali analizzatori è sufficiente indicare la presenza di eritroblasti e non viene richiesta la possibilità di conta degli eritroblasti così come per gli analizzatori per i PP.OO. Umberto I e C. Basilotta.	SI CONFERMA QUANTO RIPORTATO SUL CAPITOLATO
26/05/21	HORIBA ABX SAS SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE	2 – Lotto Ematologia Patologia Clinica PP.OO. Umberto I e C. Basilotta Tra i requisiti minimi richiesti: • L'analizzatore deve essere in grado di eseguire conta dei Reticolociti con relative frazioni immature. Chiarimento: si chiede di specificare se per frazioni immature si intende la conta delle cellule a basso, medio e alto contenuto di RNA (L,M,H).	SI CONFERMA QUANTO RIPORTATO SUL CAPITOLATO
26/05/21	HORIBA ABX SAS SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE	2 – Lotto Ematologia Patologia Clinica PP.OO. Umberto I e C. Basilotta Tra i requisiti minimi richiesti: • Caricamento di provette primarie tramite rack con autonomia di almeno 50 campioni. Chiarimento: si chiede di confermare che per autonomia di almeno 50 campioni si intende che almeno 50 campioni siano caricabili simultaneamente nell'area di carico.	SI CONFERMA QUANTO RIPORTATO SUL CAPITOLATO
26/05/21	HORIBA ABX SAS SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE	2 – Lotto Ematologia Patologia Clinica PP.OO. Umberto I e C. Basilotta Tra i requisiti minimi richiesti: • Deve poter eseguire il conteggio degli eritroblasti e dei reticolociti. Chiarimento: si chiede se la conta degli eritroblasti debba essere espressa in % e valore assoluto e se è richiesta la correzione automatica della conta dei leucociti e della formula leucocitaria.	SI CONFERMA QUANTO RIPORTATO SUL CAPITOLATO
27/05/21	Stago Italia S.r.l.	1) disciplinare di gara punti 1. sistema e 16. contenuto dell'offerta tecnica. Nel disciplinare di gara, pag 3, si specifica che la dimensione massima di ciascun file per la presentazione dell'offerta è di 13 mb, e se ne suggerisce il frazionamento in più file in caso di superamento. A pag. 34 viene richiesto che la documentazione a supporto della relazione tecnica sia costituita da un unico file. Trattandosi di materiale molto voluminoso dal punto di vista informatico (depliant, brochure, progetti), si chiede di specificare quanti file di dimensione pari o minore di 13 mb sia possibile allegare all'offerta tecnica.	SI INVITA A LEGGERE LE RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTO SIMILI

27/05/21	Stago Italia S.r.l.	2) Con riferimento al lotto 3 e al pannello dei test richiesti, si prega di esprimere per il test LAC il dettaglio del numero dei test eseguiti sia per lo screening che per la conferma, oltre al numero di test eseguiti con la seconda metodica, se applicabile, specificando anche in questo caso il numero di test di screening e di conferma per lo svolgimento del numero totale di test richiesti.	PUNTO 2: TEST LAC PER L'OSPEDALE DI ENNA: N. 250 TEST SCREENING, N. 50 TEST CONFERMA; OSPEDALE DI NICOSIA: N. 150 TEST SCREENING, N. 50 TEST CONFERMA. PUNTO 4: STRUMENTI E TUTTI I REAGENTI OFFERTI DA UN UNICA AZIENDA: SI CONFERMA QUANTO PREVISTO DA CAPITOLATO. PUNTO 5: BACK-UP TAO: SISTEMA CHE ASSICURI LA CONSERVAZIONE DEI DATI DEI PAZIENTI IN CASO DI GUASTO DEL SISTEMA PRINCIPALE.
27/05/21	Stago Italia S.r.l.	3) capitolato speciale pag 2. Relativamente alla quota per l'uso viene indicato che non potrà ed essere inferiore al 15% del valore del singolo lotto e verrà comunque azzerata alla fine del periodo di ammortamento previsto in cinque anni dalla data di fornitura. Si chiede di confermare che il periodo di ammortamento non debba essere invece calcolato sull'intera durata del contratto di 7 anni.	SI INVITA A LEGGERE LE RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTO SIMILI
27/05/21	Stago Italia S.r.l.	4) Lotto 3 punto 18 della griglia di valutazione: strumenti e tutti i reagenti offerti da un'unica azienda. Si chiede di confermare che il periodo vada così interpretato: strumenti e tutti i reagenti offerti PRODOTTI da un'unica azienda.	strumenti e tutti i reagenti offerti da un'unica ditta: si conferma quanto previsto in capitolato
27/05/21	Stago Italia S.r.l.	5) Lotto 3, punto 19 Griglia di valutazione: Back-up TAO. Si chiede di specificare cosa si intenda per Back-up TAO	Back-up TAO: sistema che assicuri la conservazione dei dati dei pazienti in caso di guasto del sistema principale.
06/06/21	DIESSE Diagnostica Senese S.p.A.	1. Punto 9 pag. 16 disciplinare di gara punto 9 "Subappalto", se trattasi di refuso la richiesta inserita in quanto a seguito dell'entrata in vigore del Decreto "milleproroghe" ( <a href="https://www.sentenzeappalti.it/2021/01/01/decreto-milleproroghe-2020-norme-in-materia-di-appalti-pubblici/">https://www.sentenzeappalti.it/2021/01/01/decreto-milleproroghe-2020-norme-in-materia-di-appalti-pubblici/</a> ) D.L. 31.12.2020, n. 183) con entrata in vigore dal 31 dicembre 2020, risultano apportate le seguenti proroghe in materia di subappalto. * fino al 31 dicembre 2021, è sospesa l'applicazione del <a href="https://www.codicecontrattipubblici.com/parte-ii/art-105-subappalto/">https://www.codicecontrattipubblici.com/parte-ii/art-105-subappalto/</a> comma 6 dell'articolo 105 (obbligo di indicazione terna di subappaltatori) e del terzo periodo del <a href="https://www.codicecontrattipubblici.com/parte-iii/art-174-subappalto/">https://www.codicecontrattipubblici.com/parte-iii/art-174-subappalto/</a> comma 2 dell'articolo 174, del Codice dei contratti pubblici; * fino al 31 dicembre 2021 sono sospese le verifiche in sede di gara, di cui all' <a href="https://www.codicecontrattipubblici.com/parte-ii/art-80-motivi-di-esclusione/">https://www.codicecontrattipubblici.com/parte-ii/art-80-motivi-di-esclusione/</a> articolo 80 del medesimo Codice, riferite al subappaltatore. 2. In relazione a quanto sopra esposto che sia confermata: * la non necessità dell'indicazione nel DGUE della terna di subappaltatori * la non presentazione del DGUE del subappaltatore	SI CONFERMA IL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE
06/06/21	DIESSE Diagnostica Senese S.p.A.	3. In relazione al servizio di manutenzione/assistenza tecnica previsto in gara si chiede a Codesta Spett.le Stazione appaltante di confermarci se tale servizio, qualora svolto di norma dai soggetti espressamente autorizzati dai concorrenti in forza di appositi contratti continuativi di cooperazione, servizio e fornitura aventi data certa anteriore alla pubblicazione del bando di gara, si possa configurare come ricompreso nella fattispecie di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis).	SI CONFERMA IL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE

06/06/21	DIESSE Diagnostica Senese S.p.A.	4. Se la comprova dell'imposta di bollo possa intendersi assolta in modo virtuale mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con apposizione del contrassegno telematico sul cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a disposizione degli organi di controllo, e con indicazione del n. identificativo e data della marca da bollo, impegnandosi a conservare il documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.	IL DISCIPLINARE RECITA: IL COPNCORRENTE DOVRA' PRODURRE: F23 attestante il pagamento del bollo
06/06/21	DIESSE Diagnostica Senese S.p.A.	5. Se la domanda di partecipazione non necessita dell'apposizione del bollo, avendo assolto al requisito mediante autocertificazione di cui sopra.	VEDI SOPRA
06/06/21	DIESSE Diagnostica Senese S.p.A.	6. Chiediamo conferma che la polizza fidejussoria provvisoria debba essere valida per 180 gg	SI CONFERMA QUANTO RIPORTATO SUL CAPITOLATO
06/06/21	DIESSE Diagnostica Senese S.p.A.	7. Allegato 1 capitolato – pag. 2 cita "Il costo a base d'asta è IVA ESCLUSA ed è comprensivo anche dei reagenti ausiliari e di ogni altro materiale di consumo occorrente. In esso è compreso anche il costo per l'uso degli apparecchi in service e della manutenzione preventiva che, comunque, deve essere specificato da ogni singola Ditta oltre al singolo prezzo per test, pena esclusione. La quota per l'uso non potrà essere inferiore al 15% del valore del singolo lotto e verrà comunque azzerata alla fine del periodo di ammortamento previsto in cinque anni dalla data della fornitura" Chiediamo conferma che l'offerta debba essere presentata in service e non in locazione.	L'ESPRESSIONE UTILIZATA DI SERVICE E' CHIARA E INEQUIVOCABILE
06/06/21	DIESSE Diagnostica Senese S.p.A.	8. Nel caso di offerta in service chiediamo di confermare che si debbano indicare le % di incidenza per la manutenzione e per l'uso delle apparecchiature sull'importo del singolo test, e che la % dell'uso apparecchiatura sia scorporata da esso dal 5° Anno in avanti.	si conferma. Va annullata per il sesto e settimo anno e successivi, qualora si vada in proroga
06/06/21	DIESSE Diagnostica Senese S.p.A.	9. Si chiede di confermare che l'offerta economica debba essere intesa per la durata di fornitura di 7 anni con le indicazioni di cui sopra senza considerare la proroga	SI INVITA A LEGGERE LE RISPOSTE A QUESITI SIMILI, PER COMPRENDERE CHE LA BASE D'ASTA E, QUINDI L'OFFERTA, E' DA CONSIDERARSI PER N. 7 ANNI + 6 MESI DI PROROGA TECNICA + EVENTUALE QUINTO D'OBLIGO
05/06/21	Roche Diagnostics S.p.A.	11. In relazione al parametro valutabile per attribuzione punteggio qualità (pag.19) "Fornitura sistema che utilizzi tecnologia con kits già etichettati RFID per almeno il 90% dei test offerti e relativi software ed hardware per la gestione del magazzino reagenti", per una più ampia partecipazione, si chiede di confermare la possibilità di offrire un programma di magazzino che utilizzi la tecnologia barcode al fine di poter gestire tutti i reagenti e consumabili dell'intero laboratorio.	<b>RETTIFICA ALLA RISPOSTA FORNITA SUL QUESITO POSTO, AL QUALE, INIZIALMENTE SI ERA RISPOSTO: SI CONFERMA, NELLE RISPOSTE N. 3. RISPOSTA RETTIFICATA: PER LA CONFERMA DI UN EVENTUALE EQUIVALENZA DELLE DUE TECNOLOGIE IN QUESTIONE SI DEMANDA ALLA COMMISSIONE TECNICA.</b>