



REGIONE SICILIANA  
 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
ENNA

DETERMINA N ..... 67 ..... DEL ..... 26 GEN 2022 .....

**OGGETTO:** Indizione della procedura di gara aperta sul Me.Pa, per la fornitura di n.1 termosaldatrice rotativa per buste di sterilizzazione e relativa stampante per etichettatura, per l'ASP di Enna.

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Proposta N 488237 del 25/01/2022.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Collaboratore Amministrativo Prof.le  
 Dott. Antonio Zingali

Il Responsabile U.O.S. Gare Beni  
 Dott.ssa Francesca La Paglia

IL DIRETTORE  
 U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Dott.ssa Maria Concetta Perna

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria come da prospetto allegato (ALL. N. \_\_\_\_\_) che è parte integrante della presente determina.

Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

C.F. CP

Il Responsabile del procedimento

DIRETTORE DEL SEFP  
 ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE  
 Dr.ssa G. Menastori

Registro Provvisorio n. \_\_\_\_\_ del 26.01.2022

IL DIRETTORE DELL' U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

L'anno duemilaventidue il giorno..... 26 GEN 2022 .....del mese di .....  
 nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, a seguito di atto di "Delega competenze al Dirigente della UOC Servizio Provveditorato" Prot. N°431135 del 24/04/2019 del Direttore Generale Dr. Francesco Iudica.

**VISTO** il D.Lgs. n° 502/1992 s.m.i;

**VISTA** la L.R. n° 5/2009;

**VISTA** la Delibera n. I del 22/09/2009 con la quale è stato approvato l'atto costitutivo dell'A.S.P. di Enna;

**VISTO** l'Atto Aziendale approvato in via definitiva con delibera n. 857 del 12/06/2020 parzialmente rettificata con delibera n. 902 del 19/06/2020;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento di questa A.S.P., Area Amministrativa adottato con delibera n. 829 del 24/10/2016, che stabilisce le attività della U.O.C. Servizio Provveditorato e le competenze conseguentemente attribuite al Responsabile del predetto Servizio;

**VISTO** l'atto di "Delega competenze al Dirigente della U.O.C. Servizio Provveditorato" prot. n.431135 del 24/04/2019 a firma del Direttore Generale Dr. Francesco Iudica, che conferma le competenze del Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato, definite nei superiori atti normativi e regolamentari alle quali afferisce l'adozione della presente determina;

**VISTA** la nota prot. n.103007 del 15/11/2021, a firma del Responsabile U.O.S.D. A.R./B.OP., con la quale si richiede la fornitura di n.1 termosaldatrice rotativa per buste sterilizzazione e relativa stampante per etichettatura e report, con sistema di tracciabilità, per il Blocco Operatorio del P.O. C.Basilotta di Nicosia (EN);

**DATO ATTO** che, per l'attrezzatura richiesta, non sono in programmazione gare che saranno esperite dall'Ufficio Speciale "Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di Beni e Servizi" della Regione Sicilia, non sono in itinere gare di bacino, ai sensi della Circolare Assessoriale n. 225/2010 e dei verbali del 19/06/2020 e del 16/07/2020 del Comitato di Bacino Sicilia Orientale, nè, infine, per tale attrezzatura sono attive convenzioni CONSIP;

**VERIFICATO** che sul MEPA è presente l'attrezzatura di che trattasi;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 2 della Legge 6 luglio 2012, n. 94, *"le P.A. sono tenute, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a fare ricorso al Mercato Elettronico della P.A."*;

**RITENUTO** necessario avviare idonea procedura di gara, tramite ME.PA., ai sensi dell'art. 60, comma 1 e comma 3 (considerata l'urgenza dell'acquisizione del dispositivo in argomento), del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii e del vigente Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia;

**CHE** la gara verrà aggiudicata col criterio del prezzo più basso, secondo quanto disciplinato dall'art. 95, comma 4 lett. b), del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, ed in presenza anche di una sola offerta valida;

**DATO ATTO** che la spesa presunta da porre a base d'asta è di € 1.500,00 oltre I.V.A. al 22%, ritenuta congrua a seguito di verifica su piattaforma ME.PA dei prezzi indicati per la categoria merceologica del bene in argomento;

**VISTI I SEGUENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINA:**

- A Nota prot. n.103007 del 15/11/2021 del Responsabile U.O.S.D. A.R./B.OP.
- B Lettera di invito/capitolato per avvio R.D.O. su MEPA;
- C Patto di integrità per anticorruzione;
- D Modello autodichiarazione ex DPR 445/2000;
- E Modello di tracciabilità dei flussi finanziari;

- F Modello di offerta economica dettagliata con specifica dei prezzi praticati ad altre Aziende del SSN.


**DATO ATTO**, a seguito dell'istruttoria effettuata, che il presente provvedimento, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.3 del D.L. 23 ottobre 1996, come modificato dalla L.20 dicembre 1996 n.639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n.190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano aziendale della prevenzione della corruzione 2021/2023”;

#### DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1 **DI INDIRE** procedura aperta, tramite ME.PA., ai sensi dell'art. 60, comma 1 e comma 3 (considerata l'urgenza dell'acquisizione del bene in argomento) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e del Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia, per la fornitura di n.1 termosaldatrice rotativa per buste sterilizzazione e relativa stampante per etichettature e report, con sistema di tracciabilità, per il Blocco Operatorio del P.O. C. Basilotta di Nicosia (EN), per un importo complessivo presunto a base d'asta di €.1.500,00 oltre IVA al 22%.
- 2 **DI APPROVARE** la lettera d'invito/capitolato e relativi allegati, parte integrante del presente provvedimento.
- 3 **DI RISERVARSI** di affidare la fornitura in argomento, alla Ditta migliore offerente che sarà individuata in seguito alle risultanze della R.D.O. avviata sul ME.PA.
- 4 **DI DARE ATTO** che, qualora il bene di che trattasi fosse oggetto di aggiudicazione da parte dell'Ufficio Speciale "Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di Beni e Servizi" della Regione Sicilia prima della scadenza del contratto che si andrà a stipulare a seguito della R.D.O. che si indice con il presente provvedimento, gli effetti delle disposizioni assunte con quest'ultimo, cesseranno senza ulteriore formalizzazione di tale manifestazione di volontà.
- 5 **DI RISERVARSI** di aggiudicare la fornitura in argomento alla ditta che, per l'unico lotto, avrà presentato l'offerta più bassa nel rispetto delle caratteristiche tecniche riportate nell'Allegato accluso alla lettera d'invito, ai sensi dell'art. 95 comma 4, lett.b) D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., attese le caratteristiche standardizzate e definite dal mercato, anche in presenza di una sola offerta valida.
- 6 **DI DARE ATTO** che la spesa presunta di €.1.500,00 oltre IVA al 22%, pari ad €1.830,00 IVA al 22% compresa, o la minor spesa che potrà essere accertata a seguito dell'esperimento di gara in argomento, graverà sul conto patrimoniale n.101020401 "Impianti e Macchinari sanitari", del corrente bilancio anno 2021 e verrà assunta con successivo provvedimento di aggiudicazione della fornitura.
- 7 **Di DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di procedere in tempi brevi ai necessari acquisti, al fine di consentire un più veloce iter di predisposizione di tutti gli atti consequenziali alle determinazioni assunte.

Il Direttore  
U.O.C. Servizio Provveditorato  
Dott.ssa Maria Concetta Perna



Si dichiara che la presente determina è stata trasmessa all'Ufficio Delibere in data \_\_\_\_\_

L'Incaricato \_\_\_\_\_

### PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determina, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., e dell'art.32 della L.n.69 del 18/06/2009

dal 30 GEN 2022 al 13 FEB 2022

L'incaricato

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
IL DIRIGENTE AMM. VO U.O.C. COORDINAMENTO STAFF

Notificata al Collegio Sindacale il ..... con nota prot. n°. .....

### ESECUTIVITA' DETERMINA

- esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal

\_\_\_\_\_

- immediatamente esecutiva dal 28 GEN 2022

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO UFFICIO DELIBERE

### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n°. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- Modifica con provvedimento n°. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO



REGIONE SICILIANA



ASP  
ENNA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Nicosia 15 novembre 2021

**UOSD Anestesia P.O. Basilotta**  
**Via San Giovanni 94014 Nicosia**

Responsabile dott. Di Fabrizio Davide Neva

Telefono 0935/671252

e.mail [anestesia.basilotta@asp.enna.it](mailto:anestesia.basilotta@asp.enna.it)

All'U.O.C. Provveditorato

**Oggetto: acquisto termosaldatrice con stampante etichette con carattere di urgenza**

Si richiede, per l'imbustamento dei ferri chirurgici e device sterilizzabili nel Blocco Operatorio del P.O. C.Basilotta di Nicosia, l'acquisto di una termosaldatrice rotativa per buste sterilizzazione e relativa stampante per etichettatura e report, con sistema di tracciabilità secondo gli standard ISO, aventi le seguenti caratteristiche tecniche.

- **Saldatura**

Saldatura rotativa, multilinea, altezza di saldatura mm 15, distanza saldatura/prodotto > 30 mm a norma Din.

- **Parametri**

Velocità di saldatura 10m/min, regolazione della temperatura 10-200° C, tolleranza+/- ,forza di saldatura di riferimento 100 N, range 80-120 N, allarme e funzione blocco per surriscaldamento.

- **Funzioni:**

Microprocessore, menù multilingua, fotocellula d'avviamento e stampa, impostazione temperatura, impostazione operatori, lotti, cataloghi, scadenze, termostato di sicurezza, diagnostica e controllo periferiche dell'accensione, password regolazioni, password manutenzione, funzione orologio e calendario.

- **Conformità standard UNI EN ISO11607.2**

Validazione saldatura tramite controllo automatico parametri critici di saldatura, allarme sonoro di alta/bassa temperatura con blocco macchina tolleranza +/- 5°, allarme sonoro di alta/bassa pressione con blocco macchina, diagnostica e controllo funzionamento macchina.

- **Interfacce**

Display a cristalli liquidi 4 righe da 20 caratteri, tastiera alfanumerica a membrana adesiva tipo flex strip, stampante etichette, barcode scanner, porta RS 232, porta USB.

- **Funzioni stampante incorporata**

Posizione stampa regolabile, impostazioni formati stampa, impostazione dimensione caratteri, codice alfanumerico lotto/operatore, numero progressivo busta, ID busta e macchina, temperatura, velocità forza di saldatura, stampa report di saldatura, test di saldatura.

- **Parametri delle funzioni**

Password di 4 caratteri per bloccare l'accesso, 24 codici di lotto da 20 caratteri, 24 codici di operatore da 20 caratteri, scadenza regolabile in giorni o mesi, formati data G/M/A, conta pezzi di manutenzione, manutenzione programmata, controllo velocità e pressione di saldatura.

- **Funzioni stampante etichette**

Stampa on/off, impostazioni dimensione etichetta, stampa di più etichette, impostazione sequenza di stampa, data produzione e scadenza, codice alfanumerico lotto/operatore, numero progressivo busta, ID busta e macchina, temperatura di saldatura, velocità forza di saldatura, stampa report di saldatura.

- **Tracciabilità e software**

Tracciabilità via porta seriale, tracciabilità via pen drive USB.

- **Data base**

Salvataggio ID busta/saldatrice, salvataggio operatori, data di scadenza, codice lotto.

- **Calibrazione**

Funzione auto calibrazione riscaldamento, calibrazione temperatura, forza, velocità.

Si allegano copie dismissione saldatrice Gandus inventario N° A01076

Sicuro di un sollecito riscontro porgo distinti saluti

IL Responsabile U.O.S.D. A.R./B.OP.

Dr. Davide Di Fabrizio





**ALTHEA**  
**Dräger**



Servizi di Ingegneria Clinica

|  |   |   |              |
|--|---|---|--------------|
| Classe<br>TMS                                  |   | Descrizione<br>TERMOSALDATRICE          |              |
| Ditta Produttrice<br>Codice CIVAB Ditta<br>GAU |   | Descrizione<br>GANDUS SALDATRICI SRL    |              |
| Modello<br>Codice CIVAB Modello<br>HN          |   | Descrizione<br>MINIRO' H NET            |              |
| Matricola<br>782                               | N° Inventario<br>A01076                         | Codice Manutentivo<br>3197              |              |
| Azienda<br>ASP ENNA                            | Presidio Ospedaliero<br>P. O. BASILOTTA NICOSIA | Ubicazione<br>U.O. COMPLESSO OPERATORIO | Stanza<br>-- |
| Centro di Costo<br>A03020410                   |   | <b>PROPOSTA DI FUORI USO</b>            |              |

Prot. F.U. 013/2021ASPEN

Spett.le ASP Enna - U.O.C. Servizio Tecnico

Si informa con la presente che, dopo un'attenta valutazione nonché:

- a una procedura di riparazione da parte del laboratorio interno
- a un responso negativo di una verifica di rispondenza alle norme in materia di sicurezza elettrica
- a una procedura di riparazione da parte di una Ditta esterna

l'apparecchiatura/il bene sopra identificato non è più ritenuto idoneo all'utilizzo e se ne richiede dunque la dismissione. La richiesta di fuori uso è così motivata:

- apparecchiatura non rispondente alle norme in materia di sicurezza elettrica e il cui ripristino prevede una spesa non accettabile
- apparecchiatura non rispondente alle norme in materia di sicurezza elettrica e il cui ripristino risulta tecnicamente impossibile
- apparecchiatura per la quale risulta impossibile reperire sul mercato le parti di ricambio necessarie
- apparecchiatura i cui costi di riparazione risultano economicamente non vantaggiosi
- apparecchiatura per la quale risulta impossibile contattare il costruttore

Alla presente si allegano:

- Ultimo foglio di lavoro 011005400009928 attestante le attività di manutenzione svolte dal laboratorio interno
- Risultati delle verifiche di sicurezza elettrica eseguite sull'apparecchiatura
- Rapporti di intervento delle Ditte esterne
- Altro: Comunicazione della Casa Madre/Fornitore.

Luogo e data Enna 22/07/2021

Firma del Direttore Tecnico

**Ing. Dattilo Fabio**

Cell. 335.7285639  
email: fabio.dattilo@althea-group.com

**Dräger**



*Handwritten signature*

**E-MAIL MESSAGE**

Spett.le  
ALTHEA ITALIA SPA  
Via Torre Rossa, 66  
00165 ROMA

**c.a.: SIG. ELIO VISCUSO**  
**ASP ENNA**

Ns.rif: NG/kc/cm

Cornaredo, 16 marzo 2021

**OGGETTO: TERMOSALDATRICE MINIRO' H NET N. 0782**

Buongiorno,

in merito alla Vs. richiesta di materiale per la termosaldatrice in oggetto, siamo spiacenti dovervi informare che trattandosi di un apparecchio ormai da parecchi anni fuori produzione ed assistenza, e per il quale non disponiamo piu' di relativa ricambistica, **lo stesso e' da considerarsi irriparabile.**

Cordiali saluti.

GANDUS SALDATRICI SRL

*[Handwritten signature]*



**Ordine Di Lavoro / Rapporto Tecnico nr.**



**HIGÈA**

OdL nr.: 9928

Assegnato a: ANZANI

Richiedente: DIAMICO

# Rich. Ente:

Problema: GIUNTA

Inventario N.: A01016  
Produttore: GANDUS  
Matericola: 782  
Reparto: BRACCIO OP.  
Tipologia: TEFLOSACDATRICE  
Modello: YIMIRO H NET  
Sede: P.O. NICOSIA  
Unità: \*

Data / Ora:

Tipo di Int.:

Telefono:

Data/Ora Rich Ente :

FM:

**Dati di CHIUSURA**

Data / Ora: 03/08/21 11.15

L'apparecchio funziona correttamente:

Tecnico:

Firma:

Accettazione: **ALCAPO SALI**

Firma: **D'AMICO**

Personale non presente:

**Estremi degli INTERVENTI**

Tecnico \_\_\_\_\_ Descrizione \_\_\_\_\_ Data/H Iniziali \_\_\_\_\_ Data/H Fine \_\_\_\_\_ Codici Intervento \_\_\_\_\_

Come da nostra comunicazione allegata, 03/08/21 03/08/21 8010  
PROT. FU 043/2021 ASPEN del 22/07/2021, si 11.15

propone la dismissione dell'apparecchiatura  
in oggetto in quanto non sono più reperibili  
i ricambi. Si conclude l'intervento

**Ricambi**

Codice \_\_\_\_\_ Descrizione \_\_\_\_\_ RRM \_\_\_\_\_ Q.tà \_\_\_\_\_ udm \_\_\_\_\_

**Interventi Esterni**

Data Inizio \_\_\_\_\_ Data Fine \_\_\_\_\_ Vit \_\_\_\_\_ Manutentore \_\_\_\_\_

Note



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni

Punto istruttore e Responsabile del Procedimento Tel 0935/520200  
Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

**U.O.C. Servizio Provveditorato**

Direttore U.O.C. Servizio

Provveditorato:

Dott.ssa Maria Concetta Perna

Responsabile U.O.S. Gare Beni:

Dott.ssa Francesca La Paglia

tel. 0935/520711

e – mail:

[francesca.lapaglia@asp.enna.it](mailto:francesca.lapaglia@asp.enna.it)

Punto Istruttore e Responsabile del  
Procedimento:

Dott. Antonio Zingali

tel. 0935/520200

e – mail:

[antonio.zingali@asp.enna.it](mailto:antonio.zingali@asp.enna.it)

e-mail:

[direttore.provveditorato@asp.enna.it](mailto:direttore.provveditorato@asp.enna.it)

[provveditorato@pec.asp.enna.it](mailto:provveditorato@pec.asp.enna.it)

Spett.li ditte

**Oggetto:** Lettera di invito per la fornitura di n.1 termosaldatrice rotativa per buste di sterilizzazione con stampante etichette, per l'ASP di Enna.

Si invitano codeste spettabili ditte a far pervenire offerta economica sul ME.PA per le seguenti forniture:

- fornitura di n.1 termosaldatrice rotativa per buste di sterilizzazione con stampante etichette, per l'ASP di Enna.

**Importo presunto a base d'asta €1.500,00 oltre IVA del 22%**

**CIG: ZA6343A23C**

Si precisa che le specifiche tecniche indicate nell'allegato A, accluso alla presente, si devono intendere espresse ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., cioè seguendo pedissequamente il seguente assunto, elaborato dalla dottrina e fatto proprio da questa Stazione appaltante:

*L'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto consente alla stazione appaltante di disporre di un parametro di riferimento sulla cui base poter procedere alla*

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna

Tel. 0935/520200- 0935/520751

*Beni*  
*BN* 1



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Punto istruttore e Responsabile del Procedimento Tel 0935/520200  
Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

*valutazione delle offerte ricevute e, successivamente, verificare la corrispondenza tra quanto richiesto e la prestazione ricevuta dall'aggiudicatario.*

*Diversamente, sotto il secondo profilo, l'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto permette agli operatori economici di poter circoscrivere la propria offerta verificando, eventualmente, la legittimità dell'aggiudicazione.*

*La formulazione delle specifiche tecniche deve avvenire nel rispetto delle regole della corretta concorrenza tra gli operatori economici del mercato e, di conseguenza, nel rispetto dei principi in cui la concorrenza è tradizionalmente declinata, quali il principio di non discriminazione, il principio di parità di trattamento e il principio di massima partecipazione.*

*La descrizione delle caratteristiche tecniche del bene oggetto dell'appalto, dunque, non esclude dalla valutazione quelle offerte il cui contenuto sia comunque strutturalmente e funzionalmente corrispondente a quanto richiesto con la presente richiesta d'offerta e deve intendersi coerente con la c.d. clausola di equivalenza, ovverosia con l'esigenza che sia prevista la possibilità, per i concorrenti, di offrire beni e servizi con caratteristiche equivalenti rispetto a quelle richieste.*

*Conseguentemente la stazione appaltante valuterà se quanto offerto dai partecipanti alla gara possa ritenersi equivalente alle caratteristiche della prestazione o del bene indicate nelle specifiche tecniche.*

*Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, infatti, la clausola di equivalenza si ritiene applicabile "qualora siano inserite nella lex specialis di gara specifiche tecniche a tal punto dettagliate da poter individuare un dato prodotto in maniera assolutamente precisa (con una fabbricazione o una provenienza determinata, o un procedimento particolare, con riferimento a un marchio o a un brevetto)", al fine di favorire la presentazione di una proposta "che ottemperi in maniera equivalente agli stessi requisiti".*

*Il principio di equivalenza, pertanto, è vincolante per l'amministrazione solo qualora il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari predispongano una descrizione sì particolareggiata e puntuale al punto che "avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti".*

*L'onere della prova dell'equivalenza grava sull'offerente, residuando invero in capo alla stazione appaltante la valutazione circa la conformità del contenuto dell'offerta rispetto all'oggetto dell'appalto così come descritto nelle specifiche tecniche, senza che possa ravvisarsi in capo alla stessa un onere di attività di indagine circa l'asserita equivalenza.*

*Contemporaneamente con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza si precisa che l'equivalenza non può essere meramente affermata dall'impresa partecipante alla gara, bensì "va dimostrata in modo rigoroso con una documentazione tecnica del fabbricante o*

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna

Tel. 0935/520200- 0935/520751

 2



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Punto istruttore e Responsabile del Procedimento Tel 0935/520200  
Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

*una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto, e comunque deve formare oggetto di apposita dichiarazione allegata all'offerta", con la conseguenza che "sin dal momento della presentazione dell'offerta, il concorrente che offre prodotti equivalenti deve fornire una prova idonea a dimostrare l'equivalenza allegata", in assenza della quale è legittima l'automatica esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica.*

*In ossequio a tale principio, quindi nell'offerta deve essere data prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte corrispondano in maniera equivalente ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche".*

**Nel campo documentazione amministrativa** dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Lettera d'invito/capitolato
- Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, comprensiva della dichiarazione di regolarità contributiva con indicazione dei nn.iscrizione INPS e INAIL, sedi e numero dei dipendenti o copia del DURC come da allegato (modello B), inserito nella documentazione richiesta;
- Patto d'integrità anticorruzione;
- Dichiarazione cc dedicato.

**Nel campo documentazione tecnica** dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Offerta economica senza prezzi, con indicazione di marca e nome della ditta produttrice;
- Scheda tecnica dei prodotti offerti, depliant;
- Descrizione garanzia offerta, – durata minima 24 mesi - full risk su tutti gli inconvenienti, di qualsiasi natura, che si dovessero riscontrare durante il periodo di garanzia con l'obbligo di eliminazioni;

**Nel campo offerta economica** dovranno essere inseriti, completi in ogni singola voce, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- Offerta economica come generata dal sistema con indicazione del prodotto offerto, marca, modello e nome della ditta produttrice e il prezzo complessivo per l'intero lotto, IVA esclusa;

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna  
Tel. 0935/520200- 0935/520751





Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Punto istruttore e Responsabile del Procedimento Tel 0935/520200  
Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

- Offerta economica dettagliata indicante i prezzi unitari IVA esclusa e l'importo complessivo, come da modello allegato;
- CND e Repertorio, ove assegnati.

Il prezzo dovrà comprendere: consegna, collaudo e quant'altro connesso alla fornitura.

**Adempimenti successivi all'aggiudicazione:**

- La formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà attraverso la stipula del contratto nei modi e nelle forme di legge da registrare solo in caso d'uso.
- All'atto della formalizzazione del rapporto contrattuale andrà versato il deposito cauzionale definitivo pari al 10% del valore della fornitura IVA esclusa, da costituirsi ai sensi dell'art.103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
- **la fornitura dovrà essere eseguita a seguito di esplicito ordine informatico (N.S.O.):**
- **consegna dell'apparecchiatura entro 30 gg. lavorativi dall'emissione dell'ordine informatico (NSO): nei locali del Magazzino Economico sito nel P.O. "Umberto I" di Enna.** L'attività di consegna dell'apparecchiatura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, asporto dell'imballaggio. L'apparecchiatura dovrà essere consegnata a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall'Amministrazione. L'apparecchiatura deve essere consegnata unitamente alla manualistica d'uso in lingua italiana sia in formato digitale che in formato cartaceo.

Al termine delle operazioni di consegna e, comunque, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa, il Fornitore dovrà procedere alle operazioni di installazione e collaudo sia dell'apparecchiatura che degli eventuali dispositivi opzionali, pena l'applicazione delle penali. Nell'installazione è compreso il collegamento della fornitura alla rete elettrica dell'Amministrazione.

- I collaudi verranno effettuati nel rispetto delle indicazioni riportate nella Direttiva dei Dispositivi Medici 93/42 CEE e nella Guida CEI 62-122 e sue eventuali successive revisioni. Il collaudo deve essere effettuato in contraddittorio con l'ASP, alla presenza del Sanitario utilizzatore, di un tecnico incaricato dall'Azienda e dalla Ditta affidataria;
- In tale sede il Fornitore dovrà produrre la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di

U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna  
Tel. 0935/520200- 0935/520751





Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
E N N A**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Punto istruttore e Responsabile del Procedimento Tel 0935/520200  
Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

sicurezza. Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature o quant'altro dovesse rendersi necessario ai fini del collaudo. Il collaudo in uso clinico, con esito positivo, non solleva comunque il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti del bene stesso. Qualora il bene consegnato non risultasse in possesso dei requisiti richiesti, potrà essere rifiutato da questa Azienda non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui il bene dovesse palesare qualche difetto non rilevato e non immediatamente rilevabile.

- Il Fornitore per i primi 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data del collaudo positivo dovrà fornire i servizi di assistenza e manutenzione full risk sull'apparecchiatura e gli eventuali dispositivi opzionali ordinati. Sono comprese nel servizio di assistenza e manutenzione la riparazione e la sostituzione dell'apparecchiatura comprensiva di accessori, con la sola esclusione del materiale di consumo necessario all'ordinario utilizzo (es. materiale monouso e monopaziente). Il servizio di manutenzione full risk dovrà prevedere la riparazione e/o la sostituzione in permuta, includendo le cause accidentali, purché non derivanti da dolo da parte dell'Amministrazione. **Il fornitore sarà tenuto a ritirare il bene contestato, a sue spese, con l'obbligo di restituire nel tempo indicato dall'Azienda il bene corrispondente nella qualità e quantità.**
- **consegna delle fibre flessibili monouso entro 10 gg. lavorativi dal ricevimento dell'ordine informatico (N.S.O.) presso la Farmacia Ospedaliera.** Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna del bene oggetto del presente contratto. In caso di ritardo, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, applicherà a carico del fornitore una penale nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Le penali non potranno, comunque, superare, complessivamente, il 10% del suddetto importo netto contrattuale. Tutti i prodotti consumabili dovranno avere al momento della consegna almeno i 3/4 della loro validità;
- **pagamento: entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura che dovrà pervenire dopo il ricevimento e collaudo, con esito positivo, dei beni forniti, le verifiche di Legge delle forniture e gli adempimenti amministrativi;**
- Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate o documentate.

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna  
Tel. 0935/520200- 0935/520751



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni

Punto istruttore e Responsabile del Procedimento Tel 0935/520200  
Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

- Il controllo sulla quantità e qualità dei beni forniti spetta al Direttore dell'esecuzione del contratto, anche su segnalazione dell'U.O. utilizzatrice; in ogni caso, la ditta aggiudicataria è tenuta a prestare sui beni consegnati idonea garanzia da tutti gli inconvenienti non derivanti da cause di forza maggiore; in caso di merce contestata, in quanto ritenuta non conforme, la ditta è obbligata, a propria cura e spese, al ritiro ed alla sostituzione della stessa non conforme, entro 5 giorni dalla contestazione.
- In caso contrario, saranno applicate le penali sopra previste. Il regolare utilizzo dell'apparecchiatura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

*L'Azienda può chiedere la risoluzione del contratto, nei seguenti casi:*

- a) fornitura di prodotti difformi dai requisiti tecnici richiesti e contestati oltre la seconda volta;
- b) ritardo nella fornitura totale o parziale reiterato oltre la seconda volta;
- c) mancata sostituzione dei prodotti contestati reiterata oltre la seconda volta;
- d) in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile;
- e) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo;
- f) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- g) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratorie e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- h) nei casi di cessione e di subappalto non autorizzati dall'Azienda;
- i) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- j) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti;
- k) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione;
- l) in caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidataria, l'Azienda ha diritto di incamerare, ove previsto, il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, anche in danno dell'inadempiente.

Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore Generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti, sotto il profilo tecnico-economico, i risultati dell'attività negoziale.

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna  
Tel. 0935/520200- 0935/520751



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Punto istruttore e Responsabile del Procedimento Tel 0935/520200  
Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

E' fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, etc.), che potrà essere attivato senza che le concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento od altro.

E' fatto espresso **divieto di cessione del credito**, fatta salva l'esistenza di carenza di liquidità che non consenta il rispetto dei termini di pagamento.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in relazione al contratto di cui alla presente procedura, è competente esclusivamente il Foro di Enna.

**La Fattura dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA  
V.LE DIAZ, 7/9 – 94100 – ENNA – P.I. 01151150867**

**IVA:** a carico dell'A.S.P.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Collaboratore Amministrativo Prof.le  
Dott. Antonio Zingali

Il Responsabile U.O.S. Gare Beni  
Dott.ssa Francesca La Paglia

IL DIRETTORE  
U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Dott.ssa Maria Concetta Perna

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna  
Tel. 0935/520200- 0935/520751



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni  
Tel 0935/520200-520348

**ALLEGATO A**

**LOTTO 1**

**N.1 Termosaldatrice rotativa per buste sterilizzazione e relativa stampante per etichettatura e report, con sistema di tracciabilità secondo gli standard ISO, aventi le seguenti caratteristiche:**

- saldatura rotativa, multilinea, altezza di saldatura mm 1,5, distanza saldatura/prodotto >30mm a norma;
- velocità saldatura 10m/min, regolazione della temperatura 10-200 °C;
- microprocessore, menù multilingua, fotocellula d'avviamento e stampa;
- conformità standard UNI EN ISO11607.2;
- interfacce display a cristalli liquidi 4 righe da 20 caratteri;
- funzioni di stampa incorporata;
- funzioni di stampa etichette;
- tracciabilità via porta seriale, via pen drive USB;
- data base;
- calibrazione.

**Importo presunto a base d'asta : €.1.500,00 oltre IVA**

**CIG: ZA6343A23C**

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna  
Tel. 0935/520200-520348