



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

DELIBERA N. 1715

DEL 30 NOV 2022

OGGETTO: Indizione procedura di gara aperta sul MePA, ai sensi dell'art. 60 commi 1 e 3 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di un tavolo operatorio con accessori base per il P.O. Chiello di Piazza Armerina .

U.O. PROPONENTE : U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO – U.O.S. GARE BENI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 490973

DEL 25/11/2022

L'Incaricato dell'Istruttoria
Dott.ssa Francesca Faraci

Il Responsabile del Procedimento
Collaboratore Amm.vo Prof.le
Dott. Antonio Zingali

IL RESPONSABILE U.O.S. GARE BENI
Dott.ssa Francesca La Paglia

IL DIRETTORE
U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dott.ssa Maria Concetta Perna

IL CAPO DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

S.E.F.P.

Si attesta la copertura finanziaria e la compatibilità con il bilancio di previsione vigente.

come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

Autorizzazione n. _____ del ____ C.E. - C.P.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr. Salvatore Pistone

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO E PATRIMONIALE
Dott.ssa N. PHATA

DATA RICEZIONE DELLA PROPOSTA PRESSO UOC STAFF

28/11/2022

PREMESSO che con le nota prot. n. 76392 del 21/07/2022, integrata con nota prot. 0114987 del 14/11/2022 a firma del Responsabile della U.O.S.D. Ortopedia e Traumatologia del P.O. Chiello di Piazza Armerina, sulle quali è stato apposto il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale, è stata richiesta la fornitura di n.1 tavolo operatorio dotato di accessori base;

DATO ATTO che l'acquisizione della predetta fornitura è stata prevista nel piano degli investimenti triennale 2022 – 2023 – 2024, per un importo stimato nel 2022 in c/esercizio (AA0250) di € 145.000,00 per attrezzature sanitarie varie destinate ai PP.OO., ma che la somma occorrente (presumibilmente € 135.000,00) graverà sul conto di pertinenza del bilancio aziendale anno 2023;

CONSIDERATO che, l'acquisizione di detta fornitura si presenta urgente ed indifferibile al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività chirurgiche stante che l'attrezzatura in uso risulta obsoleta e gravata da continue rotture che causano gravi disservizi e problemi ai pazienti ed agli operatori;

DATO ATTO che, per i beni da acquistare, non vi sono gare esperite o in programmazione da parte dell'Ufficio Speciale della "Centrale Unica di Committenza" Regionale, non sono in itinere gare di Bacino, ai sensi della Circolare Assessoriale n. 225/2010 e dei verbali del 19/06/2020 e del 16/07/2020 del Comitato di Bacino Sicilia Orientale e non sono attive convenzioni CONSIP;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2 della Legge 6 luglio 2012 n. 94, "le P.P.A.A. sono tenute, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione";

VERIFICATO che le caratteristiche dei beni sono state fornite dal Responsabile richiedente;

CHE sul MEPA sono presenti i beni di che trattasi;

CHE il prezzo complessivo presunto, da porre a base d'asta, pari a € 135.000,00 oltre IVA per l'acquisto della sopracitata fornitura, risulta congruo, a seguito di apposita indagine di mercato effettuata sul MEPA per la categoria merceologica in argomento;

DATO ATTO che il metodo di acquisizione, che si ritiene più confacente alla fattispecie in esame, in base alla spesa presunta di € 135.000,00 oltre IVA, ritenuta congrua a seguito di verifica su piattaforma MEPA dei prezzi indicati per la categoria merceologica in argomento, risulta essere la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, comma 1 e comma 3 (considerata l'urgenza dell'acquisizione dei beni in argomento per assicurare il corretto svolgimento delle attività chirurgiche) del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., invitando tutte le ditte iscritte e abilitate per le categorie merceologiche in argomento, e in conformità del Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia;

RITENUTO di individuare quale criterio di aggiudicazione della fornitura in argomento, attese le caratteristiche standardizzate e definite dal mercato, il criterio del prezzo più basso nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nella lettera d'invito/capitolato, ai sensi dell'art.95, comma 4, lett.b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ii. anche in presenza di una sola offerta valida;

30 NOV 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno del mese di nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Francesco Iudica nominato con Decreto Assessoriale n.189/serv.1/S.G. del 04/04/2019, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dr.ssa Sabrina Cillia, e dal Direttore Sanitario, Dott. Emanuele Cassarà, e con l'assistenza del Segretario Verbalizzante

VISTI

- ✓ La legge Regionale 5/2009 e s.m.i.
- ✓ L'Atto Aziendale, adottato in via definitiva con Delibera n.857 del 12/06/2020, parzialmente rettificata con Delibera n. 902 del 19/06/2020;
- ✓ Il Regolamento di organizzazione e funzionamento di questa ASP – Area Amministrativa, adottato con delibera n.829 del 24/10/2016;

VISTI I SEGUENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE

- A. nota prot. n.78412 del 21/07/2022 e nota prot.114987 del 14/11/2022 del Responsabile della U.O.S.D. Ortopedia e Traumatologia del P.O. Chiello di Piazza Armerina, sulle quali è stato apposto il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale;
- B. Lettera di invito/Capitolato Tecnico;
- C. Modello Autodichiarazione ex DPR 445/2000;
- D. Modello Patto d'integrità anticorruzione;
- E. Modello offerta economica dettagliata;
- F. Modello Tracciabilità dei flussi finanziari.

DATO ATTO, a seguito dell'istruttoria effettuata, che il presente provvedimento, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.3 del D.L. 23 ottobre 1996, come modificato dalla L.20 dicembre 1996 n.639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n.190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano aziendale della prevenzione della corruzione 2022/2024".

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1.DI INDIRE procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, comma 1 e comma 3, D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ii per l'acquisizione urgente di un tavolo operatorio comprensivo di accessori base per la U.O.S.D. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Chiello di Piazza Armerina, invitando tutte le ditte iscritte e abilitate per la categoria merceologica sul MEPA, in conformità del Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia, da aggiudicarsi, attese le caratteristiche standardizzate e definite dal mercato, in base al criterio di aggiudicazione

del prezzo più basso, di cui all'art. 95, comma 4, lett. b) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., anche in presenza di una sola offerta valida.

2. DI APPROVARE la seguente documentazione da allegare alla procedura da espletare sulla piattaforma MEPA:

- Lettera di invito/Capitolato Tecnico;
- Allegato B – Modello Autodichiarazione ex DPR 445/2000;
- Modello Patto d'integrità anticorruzione;
- Modello offerta economica dettagliata;
- Modello Tracciabilità dei flussi finanziari.

3. DI RISERVARSI di aggiudicare la fornitura in argomento, attese le caratteristiche standardizzate e definite dal mercato, in base al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, di cui all'art. 95, comma 4, lett. b) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., anche in presenza di una sola offerta valida, alla ditta che avrà presentato l'offerta più bassa per l'intero lotto nel rispetto delle caratteristiche tecniche riportate nell'allegato "A" accluso alla lettera d'invito.

4. DI DARE ATTO che la spesa presunta di €. 135.000,00 (base d'asta) oltre IVA, o la minor spesa che potrà essere accertata a seguito dell'esperimento di gara in argomento, graverà sul pertinente conto del bilancio 2023, e che verrà assunta con successivo provvedimento di aggiudicazione.

5. DI DICHIARARE immediatamente esecutivo il presente provvedimento stante l'urgenza di acquisire la fornitura di che trattasi.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
D.ssa Sabrina Cilia

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Emanuele Casarà

IL DIRETTORE GENERALE
- Dr. Francesco Iudica -

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Luisa Tranchida

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., e dell'art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009

dal 04 DIC 2022 al 18 DIC 2022

L'incaricato

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL Dirigente U.O.C. COORD. STAFF

Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n°

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

dell'Assessorato Regionale Sanità ex L.R. n° 5/09 trasmessa in data _____ prot. n° _____

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Sanità:

- ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n° _____ del _____
- ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n° _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n° 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- immediatamente esecutiva dal 30 NOV 2022

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n° _____ del _____
- Modifica con provvedimento n° _____ del _____

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Bun



Al Responsabile del Provveditorato

OGGETTO: Richiesta acquisto di Tavolo Operatorio per U.O.S.D. di Ortopedia e Traumatologia P.O. "Chiello".

Si richiede l'acquisto di un nuovo tavolo operatorio da destinare U.O.S.D. di Ortopedia e Traumatologia, in sostituzione del vecchio apparecchio, ormai obsoleto e gravato da contratti rottamazione che causano gravi disagi e problemi ai pazienti e agli operatori (vedi quanto successo nel 2021 quando per un guasto alla colonna del letto sono costate diverse sedute chirurgiche).

Per tanto, per garantire la buona riuscita di un intervento chirurgico e per garantire la continuità chirurgica su due sale in caso di guasto al letto già in dotazione occorre dotare la sala operatoria di ortopedia di un tavolo operatorio di ultima generazione avendo caratteristiche tecniche qui di seguito elencate:

Caratteristiche:

- Tavolo operatorio di tipo elettromeccanico dotato su tutto, per struttura del piano e movimenti della colonna di una corsa realizzata in acciaio inox.
- La base deve essere mobile su 4 ruote gemellari, con sistema motorizzato per facilitare lo spostamento.
- Deve avere una superficie lamina, piano di base regolabile e a sbalzo, per facilitare la ripresa e la circolazione.
- Il tipo di stabilizzamento deve essere ultraleve e posizionamento motorizzato di piano regolabile e movimento, a garanzia della massima stabilità. Deve essere presente un sistema di sicurezza che garantisca la possibilità di bloccare i piani in caso di emergenza, con qualsiasi posizione del tavolo.
- I movimenti della colonna e del piano operatorio devono essere controllati da gruppi separati.

*Dott. Perrone
Si è pure come sempre
X Cambiate le azioni
A tutto alle azioni
celebrato*

un telecomando a mano
DIRETTORE SANITARIO
Dott. Emanuele Cassarà

F.P.C. V.O.S.D. ORTO P.O. CHIELLO
P.O. Chiello.

- un telecomando Wireless
- una pannello senza cavo, integrato nella colonna.

Sul display di controllo deve essere presente il comando "0" per l'allineamento automatico del tavolo: tale allineamento deve avvenire in modo armonico, con il raggiungimento simultaneo della posizione orizzontale da parte di tutte le sezioni del piano.

Il telecomando a cavo deve essere dotato delle seguenti funzioni:

- Retroilluminazione per un utilizzo sicuro anche in situazione di scarsa illuminazione di sala;
- Visualizzazione contemporanea dell'estensione di tutti i movimenti del piano e delle sezioni motorizzate;
- Memorizzazione di almeno 20 posizioni del tavolo, facilmente identificabili e richiamabili;
- Selezione su almeno 4 livelli della velocità di spostamento delle sezioni.

Il peso sostenibile dal tavolo deve essere di almeno 400 Kg con qualsiasi inclinazione Trend/Ambrèn/Starburg e Tilt laterale, deve essere presente un sensore che indichi il superamento della soglia di sicurezza del carico applicato. Sul display del telecomando l'operatore deve essere avvertito del movimento necessario per tornare in una posizione di sicurezza.

Per garantire la migliore sicurezza di utilizzo, deve essere presente un sistema che eviti la collisione del piano operatorio con il pavimento e che impedisca la collisione delle sezioni con la colonna.

Il piano e sezione unica deve essere completamente radiotrasparente in senso longitudinale.

La composizione del piano deve essere la seguente:

- sezione testa eportabile
- sezione schiena eportabile
- sezione totalmente in carbonio da 110 a 120mm.
- sezione basino con strato perineale
- sezione gambe in 4 parti separabili e divaricabili.

L'aggancio delle sezioni testa e gambe al piano operatorio deve avvenire con sistema rapido e sicuro.

Le sezioni testa e gambe deve essere leggera e robusta, per favorire l'utilizzo da parte degli operatori e garantire la massima sicurezza del paziente.

I materassini del piano e delle sezioni devono essere di spessore almeno 80 mm, in materiale viscoelastico pluristrato, antiscivolo, completamente radiotrasparenti, elettroconduttivi, facilmente lavabili e disinfiattabili.

Sono richieste almeno le seguenti caratteristiche di movimentazione:

- Altezza minima non superiore a 600 mm (senza materassini).
- Traslazione verticale elettromeccanica motorizzata di almeno 500 a 550 mm.
- Trendelenburg elettromeccanico motorizzato 45°.
- Anti-Trendelenburg elettromeccanico motorizzato 45°.
- TR (laterale) elettromeccanico motorizzato $\pm 30^\circ$.
- regolazione snodo piano schiena elettromeccanico motorizzato in positivo e negativo $+90^\circ / -45^\circ$.
- regolazione snodo gambe in positivo $+90^\circ / -105^\circ$ con movimentazione elettromeccanica motorizzata sincrona e asinrona.
- traslazione longitudinale elettromeccanica motorizzata 450 a 490 mm.

Accessori base

- 2 reggitraccia orientabili completi di cuscino e cinghia
- 1 fermapolsa con morsetto
- 1 fascia ferma gambe
- 1 fascia ferma gamba singola
- 1 fascia ferma addome
- 1 reggipiede a L eziandole
- 2 supporti per appoggi laterali
- 1 appoggio sacrale
- 1 appoggio dorsale
- 1 appoggio polivico

1 Carrello porta accessori

Il tavolo deve essere completo dei seguenti accessori, dotati dei necessari mezzi di aggancio:

- Kit trazioni completo arti inferiori radiotrasparente completo di:
 - Adattatore unilaterale completo di cuscino triangolare
 - Sezione gambe leggera per la preparazione del paziente
 - Supporto contrazione
 - Coppia montanti in carbonio
 - Coppia dinamometri con relativi supporti. Regolazione tramite giunto slancio. Gli elementi di comando devono essere facilmente riconoscibili (preferibilmente colorazione dedicata)
 - Coppia stralotti
 - Reggigracia di grespi
 - Adattatori per arco di Kirchner
 - Camella per lo stoccaggio e preferibilmente utilizzabile per il montaggio del gruppo trazione
 - Kit trazione fibia
 - Fissacordi regolabile
- 1 schienale multifunzione per chirurgia della spalla completa di cassetta regolata e dei supporti necessari. Sistema dotato di sollevamento automatico a pistone, sezioni laterali completamente asportabili per maggior accesso al paziente. Il sistema deve poter garantire la rotazione dell'arto di 360°. Completo di cinghia di contenimento e reggigraccio
- Tavolo in carbonio per la chirurgia della mano e del braccio
- 1 supporto per artroscopia ginocchio
- 1 Supporto ginocchio a rullo
- 1 Supporti per chirurgia gamite
- 1 Supporto braccio per posizione laterale
- 1 Supporto raggi poplite
- 1 Supporto per protesi d'anca in paziente con decubito laterale

Cardinali Saluti

Piazza Armerina, 11/03/2022

Il Responsabile U.S.S.O.


Elisabetta Jovanotti
Codice Fiscale 01 e 1245

Capo del Dipartimento

Direttore Sanitario

Direttore Generale

Dott. sa Faraci | Dott. sa Faraci | Caputo 15/11/2022 ALLEGATO A
Enna

aspe.ASP ENNA.REGISTRO UFFICIALE.Int.0114987.14-11-2022



Al Responsabile del Provveditorato
e p. c. alla Dott.sa Faraci

OGGETTO: Integrazione della richiesta di acquisto del Tavolo Operatorio ORTOPEDIA CHIELLO con numero protocollo 0076392 del 21/07/2022

Con la presente, il sottoscritto Dott Gianclaudio Caputo, intende integrare la richiesta in oggetto rendendo più chiare le caratteristiche che debba avere il CARRELLO PORTA ACCESSORI.

Il carrello porta accessori deve essere in acciaio, facilmente trasportabile, quindi dotato di ruote preferibilmente basculanti e deve avere due o quattro cestelli in griglia rimovibili necessari a contenere gli accessori e pezzi più piccoli del letto chirurgico richiesto.


Certo di un vostro riscontro, vi porgo i miei saluti.

Piazza Armerina, il 14/11/2022

Dott. Gianclaudio Caputo
RESPONSABILE U.O.S.D. ORTOPEDIA P.O. CHIELLO

Respon Faraci
Dott. Emanuele Cassara

REGIONE SICILIANA - ASP ENNA
P.O. CHIELLO Piazza Armerina
Dott. GIANCLAUDIO CAPUTO
U.O.S.D. Ortopedia
Tel. 0935 981332
Cod. Fisc. CT n. 12453



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni
Tel 0935/520190 – 520200 - 520711

U.O.C. Servizio Provveditorato

Telefono: Responsabile U.O.S. Gare Beni
0935/520711

Telefono: Responsabile del Procedimento
0935/520200

Telefono: Punto Istruttore 0935/520190

EMAIL:

Resp.le U.O.S. Gare Beni:
francescalapaglia@asp.enna.it

Resp.le del Procedimento:
antoniozingali@asp.enna.it

Punto Istruttore:
francesca.faraci@asp.enna.it

direttore.provveditorato@asp.enna.it
provveditorato@pec.asp.enna.it

Spett. Ditta

Oggetto: Richiesta di preventivo per la fornitura di un tavolo operatorio con accessori base per la U.O.S.D. Ortopedia e Traumatologia del P.O. Chiello di Piazza Armerina.

Si prega codesta spettabile ditta di far pervenire offerta economica sul ME.PA. per la fornitura di un tavolo operatorio con accessori base per la U.O.S.D. Ortopedia e Traumatologia del P.O. Chiello di Piazza Armerina, come da allegato "A" accluso alla presente richiesta.

Si precisa che le specifiche tecniche indicate nell'allegato "A" si devono intendere espresse ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., cioè seguendo pedissequamente il seguente assunto, elaborato dalla dottrina e fatto proprio da questa Stazione appaltante:

L'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto consente alla stazione appaltante di disporre di un parametro di riferimento sulla cui base poter procedere alla valutazione delle offerte ricevute e, successivamente, verificare la corrispondenza tra quanto richiesto e la prestazione ricevuta dall'aggiudicatario.

Diversamente, sotto il secondo profilo, l'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto permette agli operatori economici di poter circoscrivere la propria offerta verificando, eventualmente, la legittimità dell'aggiudicazione.

La formulazione delle specifiche tecniche deve avvenire nel rispetto delle regole della corretta concorrenza tra gli operatori economici del mercato e, di conseguenza, nel rispetto dei principi

in cui la concorrenza è tradizionalmente declinata, quali il principio di non discriminazione, il principio di parità di trattamento e il principio di massima partecipazione



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni
Tel 0935/520190 – 520200 - 520711

La descrizione delle caratteristiche tecniche del bene oggetto dell'appalto, dunque, non esclude dalla valutazione quelle offerte il cui contenuto sia comunque strutturalmente e funzionalmente corrispondente a quanto richiesto con la presente richiesta d'offerta e deve intendersi coerente con la c.d. clausola di equivalenza, ovvero sia con l'esigenza che sia prevista la possibilità, per i concorrenti, di offrire beni e servizi con caratteristiche equivalenti rispetto a quelle richieste.

Conseguentemente la stazione appaltante valuterà se quanto offerto dai partecipanti alla gara possa ritenersi equivalente alle caratteristiche della prestazione o del bene indicate nelle specifiche tecniche.

Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, infatti, la clausola di equivalenza si ritiene applicabile "qualora siano inserite nella lex specialis di gara specifiche tecniche a tal punto dettagliate da poter individuare un dato prodotto in maniera assolutamente precisa (con una fabbricazione o una provenienza determinata, o un procedimento particolare, con riferimento a un marchio o a un brevetto)", al fine di favorire la presentazione di una proposta "che ottemperi in maniera equivalente agli stessi requisiti".


Il principio di equivalenza, pertanto, è vincolante per l'amministrazione solo qualora il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari predispongano una descrizione sì particolareggiata e puntuale al punto che "avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti".

L'onere della prova dell'equivalenza grava sull'offerente, residuando invero in capo alla stazione appaltante la valutazione circa la conformità del contenuto dell'offerta rispetto all'oggetto dell'appalto così come descritto nelle specifiche tecniche, senza che possa ravvisarsi in capo alla stessa un onere di attività di indagine circa l'asserita equivalenza.

Contemporaneamente con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza si precisa che l'equivalenza non può essere meramente affermata dall'impresa partecipante alla gara, bensì "va dimostrata in modo rigoroso con una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto, e comunque deve formare oggetto di apposita dichiarazione allegata all'offerta", con la conseguenza che "sin dal momento della presentazione dell'offerta, il concorrente che offre prodotti equivalenti deve fornire una prova idonea a dimostrare l'equivalenza allegata", in assenza della quale è legittima l'automatica esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica.

In ossequio a tale principio, quindi nell'offerta deve essere data prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte corrispondano in maniera equivalente ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche".

La documentazione per la partecipazione alla gara dovrà essere presentata secondo le modalità di seguito esplicitate.



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni
Tel 0935/520190 – 520200 - 520711

Nel campo documentazione amministrativa/tecnica dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Lettera d'invito/capitolato;
- Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., resa ai sensi del D.P.R. 445/00, comprensiva della dichiarazione di regolarità contributiva con indicazione dei nn.iscrizione INPS e INAIL, sedi e numero dei dipendenti come da allegato inserito nella documentazione richiesta;
- Patto d'integrità anticorruzione;
- Dichiarazione ottemperante all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010, come modificato dall'art.7 della L. 12.11.2010 n. 187, e, pertanto, di impegnarsi ad indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e di tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto.
- Dichiarazione con la quale la ditta, ove richiesta, si impegna a fornire demo delle apparecchiature offerte e formazione gratuita, in favore del personale sanitario utilizzatore dei beni in argomento, per il tempo necessario all'apprendimento.
- Offerta economica senza prezzi, con indicazione di marca e nome della ditta produttrice;
- CND e repertorio (ove previsto);
- Schede tecniche e depliant
- Descrizione garanzia offerta durata minima 24 mesi - full risk su tutti gli inconvenienti, di qualsiasi natura, che si dovessero riscontrare durante il periodo di garanzia con l'obbligo di eliminazioni ;

Nel campo offerta economica dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- ▲ Offerta economica come generata dal sistema con indicazione del prodotto offerto, marca e nome della ditta produttrice e il prezzo complessivo per l'intero lotto, IVA esclusa;
- ▲ Offerta economica dettagliata come da modello allegato.
- ▲ Template compilato.

Il prezzo dovrà comprendere: consegna franco magazzino e quant'altro connesso alla fornitura.

L'aggiudicazione avverrà in favore della ditta che avrà presentato l'offerta più bassa nel rispetto delle caratteristiche tecniche richieste.

Adempimenti successivi all'aggiudicazione:

- La formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà attraverso la stipula del contratto nei modi e nelle forme di legge da registrare solo in caso d'uso;



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni
Tel 0935/520190 - 520200 - 520711

- deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo aggiudicato;
- **la fornitura dovrà essere eseguita a seguito di esplicito ordine informatico (N.S.O.);**

Quanto richiesto dovrà essere consegnato presso il Magazzino del P.O. Chiello di Piazza Armerina come indicato nei rispettivi ordinativi informatici (N.S.O.) franco di ogni spesa e nelle ore che saranno indicate dall'Azienda, entro 30 giorni dalla ricezione dell'ordine informatico (N.S.O).

Non verranno accettati dal Magazzino prodotti privi del marchio CE (salvo quanto previsto dalla normativa vigente).

I beni dovranno essere conformi alle normative di sicurezza. I beni dovranno essere forniti in confezione originale, sigillata e recare, tassativamente, stampigliato, la denominazione dell'impresa, le caratteristiche del prodotto e, comunque, tutte le indicazioni stabilite dalle norme di legge. Eventuali consegne non effettuate presso i rispettivi Magazzini saranno considerate come non eseguite.


- **Pagamento: entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura che dovrà pervenire dopo il ricevimento dei beni forniti, le verifiche di Legge delle forniture e gli adempimenti amministrativi.**

- Quanto richiesto dovrà essere consegnato entro il termine perentorio di 30 giorni lavorativi dalla data dell'ordine informatico (N.S.O.). Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna del bene oggetto del presente contratto. In caso di ritardo, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, applicherà a carico del fornitore una penale nella misura giornaliera dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Le penali non potranno, comunque, superare complessivamente il 10% di detto ammontare netto contrattuale. Trascorso questo termine, la mancata consegna della merce, comporterà il passaggio al secondo migliore offerente, con oneri a carico della ditta inadempiente.

- Al termine delle operazioni di consegna e, comunque, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla stessa il Fornitore dovrà procedere alle operazioni di collaudo sia dell'apparecchiatura che degli eventuali dispositivi opzionali, pena l'applicazione delle penali.

- I collaudi verranno effettuati nel rispetto delle indicazioni riportate nella Direttiva dei Dispositivi Medici 93/42 CEE e nella Guida CEI 62-122 e sue eventuali successive revisioni. Il collaudo deve essere effettuato in contraddittorio con l'ASP, alla presenza del Sanitario utilizzatore, di un tecnico incaricato dall'Azienda e dalla Ditta affidataria;

- In tale sede il Fornitore dovrà produrre la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza. Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature o quant'altro dovesse rendersi necessario ai fini del collaudo. Il collaudo in uso clinico, con esito positivo, non solleva comun-



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni
Tel 0935/520190 – 520200 - 520711

que il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti del bene stesso. Qualora il bene consegnato non risultasse in possesso dei requisiti richiesti, potrà essere rifiutato da questa Azienda non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui il bene dovesse palesare qualche difetto non rilevato e non immediatamente rilevabile.

- Il Fornitore per i primi 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data del collaudo positivo dovrà fornire i servizi di assistenza e manutenzione full risk sulla apparecchiatura e gli eventuali dispositivi opzionali ordinati. Sono comprese nel servizio di assistenza e manutenzione la riparazione e la sostituzione dell'apparecchiatura comprensiva di accessori. Il servizio di manutenzione full risk dovrà prevedere la riparazione e/o la sostituzione in permuta.
- Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò, influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate o documentate.
- Questa Azienda, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di acquistare i beni nel libero mercato, addebitando gli eventuali maggiori costi al fornitore inadempiente.

L'Azienda può chiedere la risoluzione del contratto:

- a. in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 del codice civile;
- b. per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo;
- c. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d. in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratorie e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e. nei casi di cessione e di subappalto non autorizzati dall'Azienda;
- f. nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- g. nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti;
- f. in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione;
- h. in caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidataria, l'Azienda ha diritto di incamerare, ove previsto, il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, anche in danno dell'inadempiente.

Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore Generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni
Tel 0935/520190 - 520200 - 520711

approvazione e/o convenienti, sotto il profilo tecnico-economico, i risultati dell'attività negoziale.

E' fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, etc.), che potrà essere attivato senza che le concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento od altro.

E' fatto espresso **divieto di cessione del credito**, fatta salva l'esistenza di carenza di liquidità che non consenta il rispetto dei termini di pagamento.


Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in relazione al contratto di cui alla presente procedura, è competente esclusivamente il Foro di Enna.

**La Fattura dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA -
V.LE DIAZ, 7/9 - 94100 - ENNA - P.I. 01151150867**

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Segue allegato "A"

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Iudica



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni
Tel 0935/520190 – 520200 - 520711

ALLEGATO "A"

N. 1 TAVOLO OPERATORIO

di tipo elettromeccanico mobile su ruote, con struttura del piano e rivestimenti della colonna in acciaio inox.

Base mobile su 4 ruote gemellari con sistema motorizzato per facilitare lo spostamento. Superficie lineare priva di zone incavate o a sbalzo, per facilitare la pulizia e la sanificazione. Il freno di stazionamento deve agire attraverso il posizionamento motorizzato di piedini autolivellanti a pavimento, a garanzia della massima stabilità. Deve essere presente un sistema di sicurezza che garantisca la possibilità di sbloccare i piedini in caso di emergenza, con qualsiasi posizione del tavolo.

I movimenti della colonna e del piano operatorio devono essere controllati da diversi dispositivi:

- un telecomando a cavo
- un telecomando wireless
- una pulsantiera senza cavo integrata alla colonna.

Sui dispositivi di controllo deve essere presente il comando "0" per l'allineamento automatico del tavolo: tale allineamento deve avvenire in modo armonico, con il raggiungimento simultaneo della posizione orizzontale da parte di tutte le sezioni del piano.

Il telecomando a cavo deve essere dotato delle seguenti funzioni:

- retroilluminazione per un utilizzo sicuro anche in situazione di scarsa luminosità in sala
- visualizzazione contemporanea dell'estensione di tutti i movimenti del piano e delle sezioni motorizzate
- memorizzazione di almeno 30 posizioni del tavolo, facilmente identificabili e richiamabili
- selezione su almeno 4 livelli della velocità di spostamento delle sezioni.

Il peso sostenibile del tavolo deve essere di almeno 450kg con qualsiasi inclinazione Trend/Antitrendelenburg e tilt laterale, deve essere presente un sensore che indichi il superamento della soglia di sicurezza del carico applicato.

Sul display del telecomando l'operatore deve essere avvisato del movimento necessario per tornare in posizione di sicurezza.

Per garantire la migliore sicurezza di utilizzo, deve essere presente un sistema che eviti la collisione del piano operatorio con il pavimento e che impedisca la collisione delle sezioni con la colonna.



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni
Tel 0935/520190 – 520200 - 520711

Il piano a sezione unica deve essere completamente radiotrasparente in senso longitudinale.

La composizione del piano deve essere la seguente:

- sezione testa asportabile
- sezione schiena asportabile
- sezione totalmente in carbonio da 110 a 120 mm.
- sezione bacino con svaso perineale
- sezione gambe in 4 parti separabili e divaricabili.

L'aggancio delle sezioni testa e gambe al piano operatorio deve avvenire con sistema rapido e sicuro.

Le sezioni testa e gambe deve essere leggera e robusta, per favorire l'utilizzo da parte degli operatori e garantire la massima sicurezza del paziente.

I materassini del piano e delle sezioni devono essere di spessore almeno 90mm, in materiale viscoelastico pluristrato, antidecubito, completamente radiotrasparenti, elettroconduttivi, facilmente lavabili e disinfettabili .

Sono richieste almeno le seguenti caratteristiche di movimentazione:

- altezza minima non superiore a 600mm (senza materassini)
- traslazione verticale elettromeccanica motorizzata di almeno 500 a 550mm
- trendelenburg elettromeccanico motorizzato 45°
- anti- trendelenburg elettromeccanico motorizzato 45°
- tilt (laterale) elettromeccanico motorizzato +/-30°
- regolazione snodo piano schiena elettromeccanico motorizzato in positivo e negativo +90°/-105° con movimentazione elettromeccanica motorizzata sincrona e asincrona
- traslazione longitudinale elettromeccanica motorizzata 450 a 460mm.

ACCESSORI BASE:

- 2 reggi braccio orientabili completi di cuscino e cinghia
- 1 ferma polso con morsetto
- 1 fascia ferma gambe
- 1 fascia ferma gambe singola
- 1 fascia ferma addome
- 1 reggitelo a L estensibile
- 2 supporti per appoggi laterali
- 1 appoggio sacrale
- 1 appoggio dorsale

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna
Tel. 0935/520190



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
E N N A

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni
Tel 0935/520190 – 520200 - 520711

- 1 appoggio pelvico
- 1 carrello porta accessori con le seguenti caratteristiche:

deve essere in acciaio, facilmente trasportabile, dotato di ruote piroettanti con 2 o 4 cestelli in griglia rimovibili necessari a contenere gli accessori e pezzi più piccoli del letto chirurgico richiesto.

Il tavolo deve essere completo dei seguenti accessori, dotati dei necessari morsetti di aggancio:

- Kit trazioni completo arti inferiori radiotrasparente completo di:
 - Adattatore universale completo di cuscino triangolare
 - Sezione gambe leggera per la preparazione del paziente
 - Supporto contro trazione
 - Coppia montanti in carbonio
 - Coppia dinamometri con relativi supporti, regolazione tramite giunto sferico, gli elementi di comando devono essere facilmente riconoscibili (preferibilmente colorazione dedicata)
 - Coppia stivaletti
 - Reggi coscia di Goepel
 - Adattatori per arco di Kirschner
 - Carrello per lo stoccaggio e preferibilmente utilizzabile per il montaggio del gruppo trazione
 - Kit trazione tibia
 - Fissa condili regolabile
- 1 schienale multi segmento per chirurgia da spalla completo di caschetto reggitesta e dei supporti necessari. Sistema dotato di sollevamento automatico a pistone, sezioni laterali completamente asportabili per maggiore accesso al paziente. Il sistema deve poter garantire la rotazione dell'arto di 360°. Completo di cinghia di contenimento e reggibraccio.
- Tavolo in carbonio per la chirurgia della mano e del braccio
- 1 supporto per artroscopia ginocchio
- 1 supporto ginocchio a rullo
- 1 supporto per chirurgia gomito
- 1 supporto braccio per chirurgia laterale
- 1 supporto reggi poplite
- 1 supporto per protesi d'anca in paziente con decubito laterale.

- Importo a base d'asta € 135.000,00 iva esclusa
- CIG:

- se s.a.s.:

- che i soci accomandatari sono:

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____
_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____
_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____
_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____
_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____
_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

- che il direttore tecnico è:

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

- se altro tipo di società o consorzio:

- che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza sono:

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____
_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____
_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____
_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____
_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____
_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

- che il direttore tecnico è:

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

- che il socio unico è:

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

- che il socio di maggioranza, se società con meno di quattro soci, è:

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

- che la ditta/società/consorzio/cooperativa _____ :

partecipa come impresa singola;


in caso di associazione, raggruppamento di imprese o consorzio:

Verum
2

partecipa come mandataria capogruppo dell'associazione, raggruppamento di imprese o consorzio _____;

partecipa come mandante dell'associazione, raggruppamento di imprese o consorzio _____;

1. Che la ditta _____ risulta essere iscritta alla CC.IAA. di _____ o nel registro professionale o commerciale di stato membro per i non residenti in Italia, nella categoria equivalente all'oggetto della contrattazione al n. _____ cod. attività _____;
2. Che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3. Che il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, tutti i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci Accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società, non hanno pendenti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 27 dicembre 1956 n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della legge 31/05/1965 n.575, sostituito con l'art.3 della legge 19 marzo 1990, n°55;
4. Che il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, tutti i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci Accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società, e i soggetti cessati dalla carica (indicare i soggetti) nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente lettera invito, non hanno riportato sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e non abbiano, altresì, riportato condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 (indicare cognome, nome, luogo, data di nascita e incarico societario);


3


5. Che il concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Azienda o che, nell'esercizio della propria attività professionale, non ha commesso alcun errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla Amministrazione aggiudicatrice;
6. che la ditta non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;
7. Che la Ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita ed è regolarmente iscritta alle seguenti posizioni dei registri:

INPS sede di _____ N. _____ dal _____


INAIL sede di _____ N. _____ dal _____

Dichiara inoltre la propria regolarità contributiva essendo in perfetto ordine con i pagamenti dei contributi dovuti e che nulla osta al rilascio del DURC.


8. Che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di essere in possesso della certificazione di cui art. 17 della L. 68/99, ovvero di non essere soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge (specificando la causa);
9. Di non avere riportato sanzione interdittiva di cui all'art.9 comma 2, lett. C), del D.lgs n.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
10. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della legge 55/1990;
11. Che la ditta non si trova in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art.80 D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii.;
12. Che la ditta è in possesso della necessaria capacità economica e finanziaria e si impegna in caso di assegnazione, se richiesto, a comprovare tale capacità in uno dei modi previsti dall'art. 83 del Dlgs.50/16 e ss.mm.ii.;
13. Che la ditta è in possesso della necessaria capacità tecnica e si impegna in caso di aggiudicazione, se richiesto, a comprovare tale capacità in uno dei modi previsti dall'art. 83 del Dlgs.50/16 e ss.mm.ii.;



14. Di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non essersi accordato, né si accorderà, con altri partecipanti alla gara;
15. Di avere preso visione della lettera di invito e capitolato e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le clausole in essa contenute;
16. Di impegnarsi ai sensi del D.P.R.445/00 ad Osservare il Codice di comportamento generale, approvato con D.P.R. n. 62/2013, il Codice di comportamento aziendale e la Carta etica aziendale, e ad accettare, inoltre, la clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto con questa A.S.P. in caso di violazione degli obblighi derivanti da tali Codici;
17. Di accettare l'applicazione di interessi moratori più favorevoli, rispetto ai tassi di riferimento previsti dal D.Lgs. 231/02;
18. Che il prezzo offerto non è superiore a quello praticato alle altre Aziende Sanitarie;
19. Che il prezzo è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retribuite previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
20. Che l'offerta presentata ha una validità di 180 giorni lavorativi dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
21. Indicazione dello status posseduto dalla ditta concorrente rispetto al prodotto offerto (produttore/distributore/rivenditore/importatore etc);
22. Che i prodotti offerti rispondono ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti in vigore all'atto dell'offerta ed a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura;
23. Che i prodotti offerti, sono costruiti a perfetta regola d'arte, sono conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, e sono in possesso del marchio CE;
24. Di aver preso visione dei locali e di aver valutato tutti gli elementi che possano influire sulla determinazione del prezzo
25. Di impegnarsi a fornire i pezzi di ricambio per almeno 10 anni dalla data di collaudo;
26. Di accettare che il relativo pagamento avvenga entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica del regolare funzionamento delle macchine e collaudo con esito positivo;



27. Di accettare, ai sensi dell'art.23 del Dlg. 30/06/2003, n.196 "Codice in materia di protezione di dati personali", il trattamento dei dati forniti.
28. Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a:
- a) denunciare alle Autorità giudiziaria e/o agli organi di polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso di esecuzione, del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti, e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
 - b) rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
 - c) di essere a conoscenza che la violazione, debitamente accertata, dei superiori punti 1 e 2 costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1455 e 1456 del c.c.;
 - d) di impegnarsi al rispetto delle previsioni di cui alla Legge regionale 15/08.
 - e) di ottemperare all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.n° 136 del 13.08.2010 come modificato e integrato dall'art.7 della L. 12.11.2010 n° 187 e di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. n° 15/2008 come modificato e integrato dall'art.28, comma 1, lett. a) e b) della L.R. n° 6/2009 e pertanto di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e di tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale;
29. Di essere in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
30. In caso di RTI e consorzi d'impresa di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a conformarsi alla disciplina vigente ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;
31. Il DUVRI è pari a zero;
32. Di accettare, ai sensi dell'art.23 del Dlg. 30/06/2003, n.196 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali" e ss.mm.ii., il trattamento dei dati forniti;
33. Di accettare, nel caso di reclamo formale dell'Azienda Sanitaria Provinciale pervenuto entro 30 gg. dalla data di consegna, di sostituire la merce consegnata nel caso di imperfezioni dovute alla fabbricazione ovvero al trasporto della merce.



34. di accettare tutte le condizioni della lettera d'invito, degli allegati e delle eventuali richieste di chiarimenti pervenute con le relative risposte;

Li _____

Timbro e Firma Leggibile

[Handwritten signature]



Am

PATTO DI INTEGRITÀ' TRA L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA E I PARTECIPANTI ALLA GARA

Questo documento, approvato contestualmente agli atti di gara dal Direttore Generale di questa Azienda, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in argomento, costituisce parte integrante della presente gara d'appalto e di qualsiasi contratto assegnato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna impiegati ad ogni livello nell'espletamento della presente gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto il vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.

Il sottoscritto Operatore economico

nato ail.....

residente in.....Via.....

Codice Fiscale n.....

In qualità di

dell'Impresa iscritta al n.....del Registro delle imprese della Camera di

Commercio di....., Partita Iva.....

in qualità di eventuale affidataria delle forniture in oggetto o aggiudicataria o subappaltatrice, si impegna a segnalare all'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara .

Il sottoscritto Operatore economico dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.

Il sottoscritto Operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito delle gare in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi".



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
Codice Fiscale e partita IVA 01151150867

Il sottoscritto Operatore economico prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

1. risoluzione o perdita del contratto;
2. escussione della cauzione di validità dell'offerta;
3. responsabilità per danno arrecato all'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna nella misura dello 1% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
4. esclusione del concorrente dalle gare d'appalto indette dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna per due anni.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente patto d'integrità fra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data _____

Il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott.ssa Maria Concetta Perna

Titolare o legale rappresentante

della Ditta.....

(timbro e firma)

Per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna
Il Direttore Generale


4) _____ €.

5) _____ €.

6) _____ €.

Li _____

Timbro e Firma Leggibile

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is cursive and appears to be a name, possibly starting with 'P'.

ALLEGATO F
Penna

ALL' ASP ENNA
Viale Armando Diaz, 7/9
94100 Enna EN

MODELLO PER COMUNICAZIONE DI LEGGE 136/2010 "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI"
G.L.G.

RAGIONE SOCIALE	
CODICE FISCALE	
PARTITA I.V.A.	
INDIRIZZO	
TELEFONO/FAX	

Il soggetto di cui sopra, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 della legge n.136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell'Amministrazione in indirizzo,

DICHIARA

- che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti dei contratti stipulati con ASP di Enna sono:

Estremi identificativi del conto corrente:

CODICE IBAN	
INTESTATO A	

Generalità della persona delegata ad operare su di esso:

COGNOME E NOME	
COD. FISCALE	

N.B.: si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti ed altre persone siano delegate ad operare su tali conti, vi è l'obbligo di comunicarli tutti.

- che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il conto corrente dedicato sopra indicato;
- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- che, in caso di variazione del conto corrente, ne sarà data tempestiva comunicazione.

Data

.....
(Timbro e Firma)

MEDIANTE IMPOSTIZIONE DI TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SI AUTORIZZA ANCHE IL TRATTAMENTO E L'UTILIZZO DEI DATI AI SENSI DEL D.LGS 196/2003.