



Regione Siciliana
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
 ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867

Viale Diaz 7/9 – 94100- ENNA

U.O.C. Servizio Provveditorato

Direttore: Dott.ssa Maria Concetta Perna
 e-mail: direttore.provveditorato@asp.enna.it

pec: provveditorato@pec.asp.enna.it

U.O.S. Gare Beni

Responsabile: Dott.ssa Francesca La Paglia
 tel: 0935/520711

e-mail: francesca.lapaglia@asp.enna.it

Responsabile del Procedimento

Dr.ssa Antonio Zingali

Tel.0935/520819-520200

e-mail: octies.cesarezirilli@asp.enna.it

antonio.zingali@asp.enna.it

Alle Ditte interessate

OGGETTO: Avviso di consultazione preliminare di mercato per la fornitura di "Materiale di consumo compatibile con elettromiografo Nicolet mod. Viking IV in dotazione all' UOC di Neurologia del P.O. Umberto I di Enna "

Questa Azienda ha ricevuto dal Direttore dell'UOC di Neurologia del P.O. Umberto I di Enna richiesta di acquisto di materiale di consumo di cui all'oggetto aventi le caratteristiche di cui all'Allegato "A".

A tal fine si intende condurre consultazione preliminare di mercato per la fornitura di dispositivi per colonproctologia ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs 50/2016, al fine, poi, di avviare apposita procedura di scelta del contraente, come previsto dalla normativa vigente, per la fornitura di quanto in oggetto indicato.

La presente consultazione preliminare di mercato ha unicamente fini esplorativi, per determinare la disponibilità dei prodotti e il valore di mercato, onde procedere alla determinazione di un prezzo a base d'asta congruo e conseguente indizione della procedura di gara.

Si invitano, pertanto, le ditte interessate, a volere riscontrare la presente, entro le ore 12.00 del giorno 17 maggio 2023, producendo :

- Schede tecniche dei prodotti offerti;
- Prospetto riepilogativo delle specifiche caratteristiche del bene, secondo quanto riportato nel suddetto Allegato "A";
- prezzo unitario delle singole componenti del sistema e prezzo complessivo della fornitura.

Distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento
 Dott. Antonio Zingali

Il Responsabile
 U.O.S. Gare Beni
 Dott.ssa Francesca La Paglia

Il Direttore
 U.O.C. Servizio Provveditorato
 Dott.ssa Maria Concetta Perna

Allegato "A"

Caratteristiche tecniche del materiale di consumo specialistico compatibile per elettromiografia compatibile con elettromiografo Nicolet, Mod. Viking IV in dotazione all' UOC di Neurologia del P.O. Umberto I di Enna.

- **N° 500 Pz Annuì -Ago elettrodo concentrico per emg. Monouso , sganciabile lungh. 30 mm +/- 5 mm, diametro 0,25 mm.**
- **N°100 Pz annui -Ago elettrodo concentrico per emg. Monouso , sganciabile lungh. 46 mm +/- 5 mm, diametro 0,37 mm.**
- **N° 5 Pz annui -Cavo di connessione per agoelettrodo concentrico con terminale tipo DIN pentapolare.**
- **N° 5 Pz annui- Fascia di terra**