



Regione Siciliana
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867

Viale Diaz 7/9 – 94100- ENNA

U.O.C. Servizio Provveditorato

Direttore: Dott.ssa Maria Concetta Perna
e-mail: direttore.provveditorato@asp.enna.it
pec: provveditorato@pec.asp.enna.it

U.O.S. Gare Beni

Responsabile: Dott.ssa Francesca La Paglia
tel: 0935/520711

e-mail: francesca.lapaglia@asp.enna.it

Responsabile del Procedimento

Dr.ssa Antonio Zingali

Tel.0935/520819-520200

e-mail:antonio.zingali@asp.enna.it

Alle Ditte interessate

OGGETTO: Avviso di consultazione preliminare di mercato per la fornitura, di n.1 Laser a scansione, da destinare al reparto di Assistenza Sanitaria di Base del Poliambulatorio di Valguarnera, appartenente al Distretto di Enna.

Questa Azienda ha ricevuto dal Sostituto del Direttore f.f. Distretto Sanitario Territoriale di Enna, la richiesta di acquisto del bene in oggetto, aventi le caratteristiche di cui all'Allegato "A".

A tal fine si intende condurre consultazione preliminare di mercato per la fornitura del bene, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n.36/2023, (già art.66 del D. Lgs. n.50/16 e ss.mm.ii.) in attesa del recepimento del nuovo Codice degli Appalti in discussione presso l'A.R.S. Al fine, poi, di avviare apposita procedura di scelta del contraente, come previsto dalla normativa vigente, per la fornitura di quanto in oggetto indicato.

La presente consultazione preliminare di mercato ha unicamente fini esplorativi, per determinare la disponibilità del prodotto e il valore di mercato, onde procedere alla determinazione di un prezzo a base d'asta congruo e conseguente indizione della procedura di gara.

Si invitano, pertanto, le ditte interessate, a volere riscontrare la presente, entro le ore 10.00 del giorno 22/09/2023, producendo:

- prospetto riepilogativo delle specifiche caratteristiche dei beni, secondo quanto riportato nel suddetto Allegato "A";
- Prezzo complessivo del bene.

Distinti saluti

Il Direttore Sostituto
U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott. Salvatore Mingirno

Allegato "A"

Caratteristiche tecniche richieste:

N.1 Laser a scansione: 1064 nm-10 W YAG

2 Motori

Display Touch Screen 7"