



Prot.n. _____

Data _____

U.O.C. Servizio Provveditorato
 Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato
 Dott.ssa Maria Concetta Perna
 U.O.S. Gare Beni

Responsabile U.O.S. Gare Beni
 Dott.ssa Francesca La Paglia
 tel. 0935/520711
 e-mail: francesca.lapaglia@asp.enna.it
 provveditorato@pec.asp.enna.it

Responsabile dell'istruttoria
 Dott.ssa Marzia Viscuso
 tel. 0935/520209
 e-mail: marzia.viscuso@asp.enna.it

Alle Ditte Interessate

OGGETTO: Avviso di consultazione preliminare di mercato per la fornitura di Spazzolini monouso per il brushing/pulizia di broncoscopi/videobroncoscopi Olympus, da destinare alla U.O. di Chirurgia Generale dell'ASP di Enna.

È pervenuta richiesta da parte del Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera, di fornitura dei prodotti di cui alla tabella che segue:

SUB	DESCRIZIONE	UM	LATEX FREE	FABBISOGNO ANNUO
a	SPAZZOLINO MONOUSO PER PULIZIA BRONCOSCOPIO FLESSIBILE, CON SPAZZOLA SU ENTRAMBE LE ESTREMITÀ, DIAMETRO SPAZZOLA 5 MM, LUNGHEZZA SPAZZOLINO CIRCA 1200 MM, PER CANALE OPERATIVO DI 2,8 MM E 3,2 MM.	NR	si	100
b	SPAZZOLINO MONOUSO PER PULIZIA VIDEOBRONCOSCOPIO, CON SPAZZOLA SU ENTRAMBE LE ESTREMITÀ, DIAMETRO SPAZZOLA 3 MM, LUNGHEZZA SPAZZOLINO CIRCA 1.200 MM, PER CANALE OPERATIVO 2 MM.	NR	si	100
c	SPAZZOLINO PER CITOLOGIA, MONOUSO, STERILE, PER CANALE OPERATIVO DIAMETRO 1,2 MM LUNGO 6 MM, LUNGHEZZA TOTALE MINIMA DELLO SPAZZOLINO 1.150 MM	NR	si	100

A tal fine si intende condurre consultazione preliminare di mercato per la fornitura di dispositivi in argomento ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 36/2023, al fine, poi, di avviare apposita procedura di scelta del contraente, come previsto dalla normativa vigente, per la fornitura di quanto indicato.

La presente consultazione preliminare di mercato ha unicamente fini esplorativi, per determinare la disponibilità dei prodotti e il valore di mercato, onde procedere alla determinazione di un prezzo a base d'asta congruo e conseguente indizione della procedura di gara.

Si invitano le ditte interessate a volere riscontrare la presente, all'indirizzo pec provveditorato@pec.asp.enna.it, entro le ore 12.00 del giorno 31 ottobre 2023, producendo:

- Schede tecniche dei prodotti offerti;
- Prezzo unitario dei singoli componenti del sistema e prezzo complessivo della fornitura.

Distinti saluti

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
 Dott.ssa Marzia Viscuso

Il Direttore
 U.O.C. Servizio Provveditorato
 Dott.ssa Maria Concetta Perna