



U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO
Direttore: Dott.ssa Maria Concetta Perna
e-mail: direttore.provveditorato@asp.enna.it
pec: provveditorato@pec.asp.enna.it
U.O.S. Gare Beni
Responsabile: Dott.ssa Francesca La Paglia
Te. 0935 520711
e-mail: francesca.lapaglia@asp.enna.it
Punto Istruttore: Sig.ra Pietra Rita David
Te. 0935 520118
e-mail: pietra.david@asp.enna.it
Cod. fisc./P.IVA 01151150867

Alle Ditte Interessate

OGGETTO: Avviso di consultazione preliminare di mercato per la fornitura di una sedia rotelle, una barella a cucchiaio e una barella spinale.

Questa Azienda ha ricevuto dal Direttore Medico di Presidio del P.O. Umberto I di Enna la richiesta di acquisto di:

- n. 1 sedia rotelle;
- n. 1 barella a cucchiaio;
- n. 1 barella spinale.

A tal fine si intende condurre consultazione preliminare di mercato per la fornitura sopra descritta, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 36/2023 (art. 66 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), al fine, poi, di avviare apposita procedura di scelta del contraente, come previsto dalla normativa vigente, per la fornitura di quanto in oggetto.

La presente consultazione preliminare di mercato ha unicamente fini esplorativi, per determinare la disponibilità dei prodotti e il valore di mercato, onde procedere alla determinazione di un prezzo a base d'asta congruo e conseguente procedura di gara.

Si invitano, pertanto, le ditte interessate a volere riscontrare la presente entro le ore 10,00 del giorno 09 ottobre c.a., producendo:

- descrizione dei prodotti offerti;
- prezzo unitario e prezzo complessivo della fornitura

Si allegano le caratteristiche minime tecniche.

L'Incaricato dell'Istruttoria
Sig.ra Pietra Rita David

Il Direttore
U.O.C. Servizio Provveditorato
Dr.ssa Maria Concetta Perna

UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Il Direttore Sostituto
Dr. Salvatore Alessandro Mingrino



ALLEGATO A

N. 1 BARELLA A CUCCHIAIO

Caratteristiche

- La lunghezza deve essere di almeno 1 650 mm estensibile fino a un minimo di 2 010 mm
- Larghezza: minima 400 mm
- Spessore (chiusa): massimo 90 mm
- Lunghezza (chiusa): massima 1 200 mm
- La massa non deve essere maggiore di 11 kg
- La massa dovrebbe essere il più ridotta possibile
- La capacità di carico deve essere almeno di 150 kg.
- Il telaio della barella a cucchiaio deve avere una struttura robusta e leggera, con impugnature incorporate.
- Deve avere lunghezza regolabile per ricevere pazienti di tutte le taglie.
- Deve essere costruita in modo che le due parti possano essere separate e chiuse per l'uso corrente.
- Le superfici devono essere concave per accogliere il paziente in modo da sostenerlo e ridurre al minimo il movimento laterale.
- Le superfici concave devono essere fissate in modo rigido al telaio.
- Giunti, aperture e guarnizioni devono essere a tenuta.
- Devono essere previste tre cinture di trattenuta paziente ad apertura rapida.

N. 1 BARELLA SPINALE

Caratteristiche:

- ottima rigidezza (deve mantenere la forma anche in presenza di carichi notevoli minimo richiesto dalla normativa di 150 kg)
- versatilità (può essere utilizzata per diversi tipi di pazienti, lesioni e frangenti)
- isolamento termico
- maneggevolezza; impugnature solide e fissaggi adeguati (numero di fori adeguati che permettano una buona presa da parte dei soccorritori e un adeguato posizionamento dei sistemi di fissaggio)
- radiocompatibilità (per permettere l'esecuzione di indagini diagnostiche quali RX, TC e MRI)
- resistenza ad urti e corrosioni



- dev'essere lavabile e igienizzabile
- concordanza con gli altri presidi di immobilizzazione (collare cervicale, fermacapo, ragno ecc.)
- completa di fermacapo e ragno

N. 1 SEDIA A ROTELLE

Caratteristiche:

- sedia a rotelle comoda servoassistita a telaio rigido in acciaio verniciato a polveri con schienale estraibile e reclinabile;
- seduta e schienale anatomici facilmente rimovibili senza utensili;
- rivestimento in similpelle blu e imbottitura ignifuga, testati secondo norma EN 1021-1 e EN 1021-2;
- poggiatesta e poggiatesta regolabili in altezza e ribaltabili lateralmente;
- pedane estraibili lateralmente;
- 4 ruote da \varnothing 12,5 cm di cui due con freno;
- WC estraibile e lavabile;
- misura seduta 50 cm;