



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
C.F. 01151150867
www.asp.enna.it

Alle Ditte interessate

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Responsabile dell'Istruttoria:

Dott. Liborio Vullo

Tel. 0935 520245

Email: liborio.vullo@asp.enna.it

RUP:

Dott.ssa Francesca La paglia

Tel. 0935 520711

Email: francesca.lapaglia@asp.enna.it

Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato:

Dott.ssa Maria Concetta Perna

Email: provveditorato@pec.asp.enna.it

Oggetto: Avviso di consultazione preliminare di mercato per la fornitura di strumentazione da destinare all'Ambulatorio di Oculistica del Poliambulatorio di Enna.

Questa Azienda ha ricevuto dal Direttore del Distretto Territoriale di Enna, richiesta di fornitura per strumentazione come di seguito specificato nell' "Allegato A";

A tal fine si intende condurre consultazione preliminare di mercato per la fornitura in argomento, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 36/2023, al fine, poi, di avviare apposita procedura di scelta del contraente, come previsto dalla normativa vigente, per la fornitura di quanto in oggetto.

La presente consultazione preliminare di mercato ha unicamente fini esplorativi, per determinare la disponibilità dei prodotti e il valore di mercato, onde procedere alla determinazione di un prezzo a base d'asta congruo e conseguente procedura di gara.

Si invitano, pertanto, le ditte interessate a volere riscontrare la presente entro le ore 12:00 del giorno 07 Marzo 2024, all'indirizzo provveditorato@pec.asp.enna.it producendo:

- descrizione del prodotto offerto;
- prezzo unitario della fornitura.

In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.

Il Collaboratore Amministrativo Prof.le
Dott. Liborio Vullo

Il Responsabile U.O.S. Gare Beni
Dott.ssa Francesca La Paglia

Il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato
Dr.ssa Maria Concetta Perna



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
C.F. 01151150867
www.asp.enna.it

“ALLEGATO A”

- N.1 Tonometro ad appianazione di Goldman adatto per lampada a fessura a colonna modello Haig Streit;
- N.1 Frontofocometro digitale con riconoscimento automatico di lenti normali e progressive, con campo di misura:
 - Sfera 0 ~ ± 25D 0,01/0,12/0,25 D
 - Cilindro ~ ± 9.99 D passi 0,01/0,12/0,25D
 - Asse 0 ~ 180° (step di 1°)
 - Prismi 0 ~ 15 Δ passi 0,01/0,12/0,25 Δ
 - Modalità di misurazione Cilindro +, +/-, -
 - Prisma XY, PB
 - Modalità di misurazione Riconoscimento singolo/progressivo/automatico